



Szp.Leszcz./AT/ZL/ZP/JW/ 106 / 2015

Katowice, dnia 19.02.2015r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie fantomu wodnego Blue Phantom i serwisowanie wraz z kalibracjami posiadanego fantomu wodnego  
Znak: Szp.Leszcz./PN/6/2015**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ,  
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ,  
ORAZ  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zamawiający – Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach informuje, że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1.** Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy – par. 1 ust. 4  
Wnosimy o wykreślenie tego zapisu w całości z treści umowy.

**Uzasadnienie:**

W ocenie Wykonawcy zapis jest niezgodny z przepisami tj. art. 353(1) Kodeksu cywilnego ponieważ nakłada na Wykonawcę jednostronne zobowiązanie oraz zapisami art. 7 ustawy Pzp gdyż zapisy SIWZ są nieprecyzyjne. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "kontynuowanie umowy na dotychczasowych zasadach"? Czy umowa będzie aneksowana czy Zamawiający planuje zawieranie kolejnych umów? Niezależnie od powyższych nieścisłości, takie brzmienie według Wykonawcy narusza również zasadę powszechności zamówień, stanowi ominięcie przepisów nakazujących przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych. Można bowiem domniemywać, iż Zamawiający w przyszłości gdyby były inne podmioty uprawnione do sprawowania serwisu pogwarancyjnego przedmiotu niniejszego postępowania poza Wykonawcą, nie zorganizuje przetargu, mimo iż szacunku wartości zamówienia przecież nie zna.

Dodatkowo w ocenie Wykonawcy Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 143 ustawy Pzp (zakaz zawarcia umowy na czas nieoznaczony) a także art. 142 ust. 1 i 5 ustawy Pzp (nakaz wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy – o charakterze innym niż tylko inflacja).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla zapis w Załączniku nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy – par. 1 ust. 4.

**Pytanie 2** Dotyczy: Załącznik nr 5A do SIWZ Istotne postanowienia umowy – dot. Serwisu pogwarancyjnego – par. 11

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu w całości z treści umowy.

Uzasadnienie: jak powyżej dla pytania nr 1.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla zapis w Załączniku nr 5A do SIWZ Istotne postanowienia umowy – dot. Serwisu pogwarancyjnego – par. 11

**Pytanie 3.** Dotyczy: SIWZ

Uwagi ogólne co do przedmiot zamówienia:

Z treści dokumentacji przetargowej wynika, że przedmiot zamówienia obejmuje :

- dostawę nowego fantomu wraz z jego instalacją, montażem, uruchomieniem, szkoleniem, 24 miesięczną gwarancją oraz usługi serwisu pogwarancyjnego świadczone przez okres 24 miesięcy,
- serwisowanie wraz z kalibracją innego niż dostarczany, w ramach tego postępowania, fantom urządzenia wraz z instalacją, montażem, uruchomieniem, szkoleniem, 24 miesięczną gwarancją oraz usługi serwisu pogwarancyjnego świadczone przez okres 24 miesięcy.

W związku z powyższym podany kod wspólnotowy zamówienia obejmuje jedynie część zamówienia, brak kodu dot. usług w tym serwisu pogwarancyjnego.

Czy Zamawiający wprowadzi stosowne zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje kod 50400000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych.

**Pytanie 4.** Dotyczy: SIWZ

Nieprawidłowo określona jest część SIWZ dot. zamówienia uzupełniającego. Brakuje wskazania części zamówienia, której dotyczyć ma zamówienie dodatkowe (przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz usługi, a dodatkowo podzielony jest na pakiety) oraz wskazania od której wartości zamówienia podstawowego należy liczyć wysokość zamówienia dodatkowego.

Czy Zamawiający wprowadzi stosowne zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ s 11.

**Pytanie 5.** Dotyczy: SIWZ

Zamawiający oczekuje od wykonawcy, złożenia zapewnienia co do warunków świadczenia usług serwisu, po okresie wykonania zamówienia, za cenę na poziomie ceny określonej ofertą, powiększoną o wskaźnik waloryzacji w okresach rocznych. Oczekiwanie przez Zamawiającego złożenia tego typu oświadczenia, przez Wykonawcę jest oczekiwaniem nie mieszczącym się w pojęciu swobody umów. Żądane przez Zamawiającego oświadczenie, narusza interes Wykonawcy poprzez zobowiązanie go do zagwarantowania ceny świadczenia usług po upływie nie mniej niż 48 miesięcy, przez bliżej nieznanym okresie czasu, tym samym plasuje Zamawiającego w pozycji dominującej.

Czy Zamawiający wprowadzi stosowne zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez usunięcie zapisów dotyczących świadczenia usług serwisu po okresie wykonania zamówienia?

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na Pytanie 2.


**Pytanie 6.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 2 Oferta cenowa, Pakiet nr 1 Część D „Oprogramowanie...” oraz Pakiet nr 2 parametr nr 7 i 8 „Aktualizacja oprogramowania...”:

Zamawiający w ramach Pakietu nr 1 wymaga oprogramowania do sterowania i akwizycji danych pomiarowych, a jednocześnie w Pakiecie nr 2 wymaga zaktualizowania posiadanego oprogramowania OmniPro-Accept wraz ze wszystkimi wyszczególnionymi funkcjami.

Czy w przypadku realizacji Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2 przez jednego Wykonawcę Zamawiający zaakceptuje dostarczenie jednego wspólnego oprogramowania dla obu Pakietów, które spełnia wszystkie wymagane parametry, a także pozwala na sterowanie i akwizycję danych pomiarowych dla fantomów pochodzących od tego samego producenta w ramach dostawy w Pakiecie nr 1 oraz rozbudowy w Pakiecie nr 2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ingeruje w zapewnienie funkcjonalności oprogramowania.



**Pytanie 7.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 2 Oferta cenowa, Pakiet nr 2, punkt 1.2 „Termin dostawy...” oraz SIWZ część „Termin realizacji zamówienia” i Załącznik nr 5 Istotne Postanowienia Umowy par.3 pkt.1:

Zgodnie z zapisami SIWZ w części „Przedmiot zamówienia” Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne, kompletne pakiety. W efekcie poszczególne pakiety mogą być realizowane przez różnych Wykonawców. W szczególnym przypadku Wykonawca Pakietu nr 2 może nie posiadać wiedzy o terminach realizacji Pakietu nr 1 przez innego Wykonawcę, a co za tym idzie, może nie znać daty podpisania „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia” wynikającego z realizacji Pakietu nr 1.

Zamawiający proszony jest o modyfikację zapisu dotyczącego realizacji Pakietu nr 2, tak aby był on niezależny od Wykonawcy Pakietu nr 1 i zaakceptowanie poniższej propozycji brzmienia punktu 1.2 w Załączniku nr 2 dla Pakietu nr 2 oraz odpowiednich zapisów w Istotnych Postanowieniach Umowy: „Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych do 60 dni kalendarzowych: ..... (należy wpisać), liczony od daty przekazania do rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego fantomu wodnego Blue Phantom, potwierdzone pismem przesłanym faxem do Wykonawcy Pakietu nr 2, jednakże nie wcześniej niż 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy z Wykonawcą Pakietu nr 2.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę zadania z Pakietu nr 2 o etapie realizacji zadania z Pakietu nr 1.

**Pytanie 8.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 2 Oferta cenowa, Pakiet nr 1, Część A „Fantom wodny ...”, parametr nr 4:

Czy w celu złożenia ważnej oferty na zakup fantomu wodnego Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie fantomu, dla którego maksymalna prędkość skanowania wynosi 25 mm/s, natomiast maksymalna prędkość pozycjonowania wynosi 50 mm/s?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wraza zgodę.

**Pytanie 9** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 2 Oferta cenowa, Pakiet nr 1, Część B „Sterująca jednostka centralna ...”, parametr nr 5:

Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie zawartego w opisie parametru zwrotu „sprawdzić odległość do X-ray booth”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla w pkt. B. 5. Załącznika nr 2 do SIWZ Pakiet nr 1 zwrot: „sprawdzić odległość do X-ray booth”.

**Pytanie 10.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 2 Oferta cenowa, Pakiet nr 1, Część B „Sterująca jednostka centralna ...”, parametr nr 8:

Czy w celu złożenia ważnej oferty na zakup fantomu wodnego Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie centralnej jednostki sterującej, dla której prąd upływu jest mniejszy niż 200 fA, a typowo poniżej 20 fA?

**Odpowiedź:**


Zamawiający wraza zgodę.

**Pytanie.11.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 2 Oferta cenowa, Pakiet nr 1, Część C „Wózek transportowy ze zbiornikiem wodnym”:

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że określenie „wózek transportowy” ma dotyczyć możliwości transportu wody w zbiorniku wodnym dla fantomu wodnego.

Jednocześnie Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż pomimo braku szczegółowego opisu technicznego, wymaga dostarczenia niezależnego, niezintegrowanego ze zbiornikiem wodnym wózka, umożliwiającego transportowanie fantomu wodnego oraz elektryczne sterowanie wysokością ustawienia (np. teleskopowo) oferowanego fantomu wraz z możliwością jego dokładnego pozycjonowania w kierunkach horyzontalnym i wertykalnym.

**Odpowiedź:**



Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia niezależnego, niezintegrowanego ze zbiornikiem wodnym wózka, umożliwiającego transportowanie fantomu wodnego oraz elektryczne teleskopowe sterowanie wysokością ustawienia.

**Pytanie 12.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5 Istotne postanowienia Umowy, § 1 ust. 2 lit. A lit. b i c: Z zakresu winny być wyłączone naprawy inne niż dotyczące wad sprzętu (np. zalanie ,uszkodzenie, itp.), zakres wskazany w lit. b obejmuje wszelkie usterki, natomiast zakres wskazany w lit. c wyłącza usterki spowodowane nieprawidłową eksploatacją.

Zwracamy się o wyjaśnienie jaki jest cel ujęcia kwestii napraw zarówno w lit. b jak i c oraz o ewentualne skorygowanie treści w/w zapisów.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 13.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5 Istotne postanowienia Umowy, § 1 ust. 2 lit. B:

Zwracamy się o wyjaśnienie dlaczego umowa dot. zakupu i dostarczenia zawiera postanowienia dotyczące serwisu pogwarancyjnego, skoro zawierana jest odrębna umowa serwisowa obejmująca serwis pogwarancyjny ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 14.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5 Istotne postanowienia Umowy, § 3 ust. 1 tiret 8:

Dla ilu osób Zamawiający przewiduje szkolenie personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje szkolenie dla 5 osób.

**Pytanie 15.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5 Istotne postanowienia Umowy, § 3 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1.

Czy dla każdego z pakietów tj. dla dostawy jak i dla upgrade (jeśli wykonywane są oba) może być sporządzony odrębny protokół i w oparciu o każdy z protokołów może zostać odrębnie wystawiona faktura VAT ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5 Istotne postanowienia Umowy, § 6 ust. 1 lit a):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu na: „za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, za niewykonaną lub nienależycie wykonaną część umowy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 17.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5 Istotne postanowienia Umowy, § 6:

Umowa nie zawiera postanowień nakładających obowiązek sporządzania dokumentów potwierdzających wykonanie napraw i przeglądów, co wydaje się istotne z uwagi na sankcję zawartą m. in w § 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz § 7 ust. 2 lit. a). W związku z powyższym w jaki sposób Zamawiający przewiduje dokumentowanie wykonanych napraw i przeglądów ?

**Odpowiedź:**


Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 18.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5 Istotne postanowienia Umowy, § 10 ust. 2 lit a):

Zwracamy się o wyjaśnienie, o który protokół chodzi w przypadku gdy wykonywane są oba pakiety ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Po podpisaniu protokołów odbioru przedmiotu zamówienia poszczególnych pakietów.



**Pytanie 19.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5 Istotne postanowienia Umowy, § 11 ust. 2:

Zwracamy się o wykreślenie lub zmianę w/w ustępu, gdyż ograniczenie wykraczające poza ustawowe ograniczenie przelewu wierzytelności.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Wymóg uzyskania zgody wynikający z ustawy o działalności leczniczej.

**Pytanie 20.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5A Istotne postanowienia Umowy, § 2 ust. 1 lit. b i c:

Zwracamy się o wyjaśnienie jaki jest cel ujęcia kwestii napraw zarówno w lit. b jak i c, a dodatkowo wyłączyć z obowiązku również naprawy spowodowane innymi czynnikami jak np. zalanie, przepięcie, uszkodzenie sprzętu itp. ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 21.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5A Istotne postanowienia Umowy, § 2 ust. 2, §3 ust. 2:

W związku zaistniałą sprzecznością względem terminów płatności wskazanych w paragrafie 2 „na koniec miesiąca” oraz w paragrafie 3 „30 dni od daty wystawienia faktury” prosimy o ujednoczenie zapisów paragrafu 3 ust. 2 na zgodne z zapisami paragrafu 2 ust. 2

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 22.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5A Istotne postanowienia Umowy, § 2 ust. 2:

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu na: „Cena wymieniona w ust. 1 powiększona o należny podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury, płatna będzie w równych (1/24) miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca po wykonaniu usługi” ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 23.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5A Istotne postanowienia Umowy, § 2 ust. 4:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy waloryzacja jest obligatoryjna, czy jest to uzależnione od zawarcia aneksu do umowy ?

**Odpowiedź:**

Potencjalna możliwość na wniosek Wykonawcy.

**Pytanie 24.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5A Istotne postanowienia Umowy, §3 ust. 1:

Zwracamy się prośbą o akceptację i zmianę zapisów §3 ust. 1 na następujące:

„1.Płatności uregulowane zostaną na rachunek wskazany na fakturze VAT. „

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 25.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5A Istotne postanowienia Umowy, § 5 pkt. 1 lit. b:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów określonych w §5 pkt 1 ppkt b załącznika nr 5A na następujące:

Za niesprawność sprzętu (w przypadku awarii) powyżej 21 dni w okresach 12 miesięcznych (niesprawność to brak sprawności sprzętu, uniemożliwiająca jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem powyżej 3 godzin w ciągu dnia, w wysokości 300zł za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy).

**Odpowiedź:**


Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5A Istotne postanowienia Umowy, § 8 ust. 2:

Zwracamy się o wykreślenie lub zmianę w/w ustępu, gdyż ograniczenie wykraczające poza ustawowe ograniczenie przelewu wierzytelności.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Wymóg uzyskania zgody wynikający z ustawy o działalności leczniczej.



**Pytanie 27** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5A Istotne postanowienia Umowy, § 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:

„Zapisy umowy nr ..... dotyczą posiadanego przez zamawianego fantomu wodnego Blue Phantom wraz z niezbędnym wyposażeniem sprzętowym i oprogramowaniem stanowią integralną część niniejszej Umowy.” ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 28.** Dotyczy: SIWZ – załącznik nr 5A Istotne postanowienia Umowy, § 11:

Oczekiwanie przez Zamawiającego złożenia tego typu oświadczenia, przez Wykonawcę jest oczekiwaniem nie mieszczącym się w pojęciu swobody umów. Żądane przez Zamawiającego oświadczenie, narusza interes Wykonawcy poprzez zobowiązanie go do zagwarantowania ceny świadczenia usług po upływie nie mniej niż 48 miesięcy, przez bliżej nieznanym okresie czasu, tym samym plasuje Zamawiającego w pozycji dominującej.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie w/w § w całości.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Załączniki:

- Strona 2 SIWZ – aktualnie obowiązująca po modyfikacji,
- Strona 3 SIWZ – aktualnie obowiązująca po modyfikacji,
- Strona 16 SIWZ – aktualnie obowiązująca po modyfikacji,
- Strona 27 z Załącznika nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy - aktualnie obowiązująca po modyfikacji,
- Strona 33 z Załącznika nr 5A do SIWZ Istotne postanowienia umowy - aktualnie obowiązująca po modyfikacji.

### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający - Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach przedłuża termin składania ofert do dnia 25.02.2015r. do godz. 10:00, miejsce składania ofert: Kancelaria Dyrektora – Katowice, ul. Raciborska 26.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2015r. o godz. 11:00 w **Sekcji Zamówień Publicznych, budynek Przychodni, II piętro** – Katowice, ul. Raciborska 28.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy złożyć w Kancelarii Dyrektora, do dnia 25.02.2015r. do godz.10:00.

DYREKTOR  
Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego  
w Katowicach

lek. med. Włodzimierz Miącz