

ZMIANA Z DNIA ..19..02..2015R.

- dostarczenie zestawu pozwalającego na zamontowanie posiadanej linii dozymetrycznej LDA-99 SN: DEE-300-1106 ze sterownikiem emXX SN: 11072 - dotyczy Pakietu nr 2,
- transport sprzętu do miejsca przeznaczenia,
- instalację,
- montaż,
- uruchomienie przedmiotu zamówienia,
- szkolenie personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”,
- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,
- 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia”,
- serwis gwarancyjny, w ramach, którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:
 - a) przeglądy serwisowe oraz kalibrację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta,
 - b) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami niezbędnymi do ich wykonania,
 - c) naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,
 - d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych,
 - e) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych do 72 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych),
 - f) wymianę sprzętu na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy w przypadku, gdy łączna niesprawność sprzętu (w przypadku awarii) przekroczy 60 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych.
- dostępność części i serwisu przez okres min. 5 lat po zakończeniu okresu gwarancji.
- serwis pogwarancyjny na okres 24 miesięcy po zakończeniu gwarancji, na następujących warunkach w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy.
 - a) przeglądy serwisowe oraz kalibrację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta,
 - b) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami niezbędnymi do ich wykonania,
 - c) naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,
 - d) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych do 72 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych).

Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia obowiązywania umowy serwisowej (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy serwisowej)

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne, kompletne Pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podpisy Komisji Przetargowej

strona 2

ZMIANA Z DNIA 19.02.2015R.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 33124000-5, 50400000-9

Termin realizacji zamówienia

Dotyczy Pakietu nr 1. do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.

Dotyczy Pakietu nr 2. do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia” fabrycznie nowego fantomu wodnego Blue Phantom 2 - tj. realizacji Pakietu nr 1.

Miejsce dostawy

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice – Zakład Radioterapii.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz dołączają do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ

Zawartość Oferty

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie **spełnia/nie spełnia**.

na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Formularz Oferty** stanowiący **Załącznik Nr 1 do SIWZ**,
2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Ofertę Cenową**, stanowiącą **Załącznik Nr 2 do SIWZ**.
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp**, stanowiące **Załącznik Nr 3 do SIWZ**.
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp**, stanowiące **Załącznik Nr 4 do SIWZ**.
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Istotne Postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia** fantomu wodnego Blue Phantom i serwisowania wraz z kalibracjami posiadanego fantomu wodnego stanowiące **Załącznik Nr 5 do SIWZ** oraz **Istotne Postanowienia Umowy dot. serwisu pogwarancyjnego** stanowiące **Załącznik nr 5A do SIWZ**.
6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Oświadczenie o podwykonawcach**, stanowiące **Załącznik Nr 6 do SIWZ**.
7. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączają do Oferty:
 - a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 dostawą fantomu wodnego lub jego rozbudową).

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZMIANA Z DNIA 19.02.2015

	input) a uziemionym (grounded input) dla każdego elektrometru		
5.	Minimum 5 m kabel pomiędzy jednostką sterującą a układem kontrolera napędu skanera	TAK	
6.	Minimum 30 m kabla typu Ethernet do połączenia ze zdalnym komputerem	TAK	
7.	Zakresy pomiarowe elektrometrów: <ul style="list-style-type: none"> • Od 0 do 0.4 nA z rozdzielczością nie gorszą niż 0.5 fA • Od 0 do 40 nA z rozdzielczością nie gorszą niż 5 fA • Od 0 do 4 uA z rozdzielczością nie gorszą niż 0.5 pA 	TAK	
8.	Prąd upływu nie większy niż 1 fA	TAK	
9.	Możliwość ustawienia napięcia polaryzującego w zakresie od ±50 do ±500 V	TAK	
10.	Możliwość podłączenia zewnętrznego sygnału wyzwającego	TAK	
11.	Zasilanie ze źródła prądu przemiennego 50 Hz o napięciu 230 V	TAK	
12.	Kontroler napędu skanera z ręcznym sterownikiem umożliwiającym: <ul style="list-style-type: none"> • Ruch skanerem w każdej osi, w pełnym zakresie, ze zmienną prędkością • Definiowanie poziomu wody w zbiorniku • Definiowanie położenia izocentrum • Definiowanie limitów dla zakresu ruchów • Zadawanie predefiniowanych pozycji pomiarowych (minimum 3 pozycje) 	TAK	
13.	Pudło transportowe oraz pokrowiec w zestawie	TAK	
14.	Nakładka wspomagająca ustawianie komór	TAK	
15.	Dodatek konserwujący do wody	TAK	
16.	Rama do poziomowania układu skanującego zgodnie z powierzchnią wody	TAK	
17.	Termometr do pomiaru temperatury wody w fantomie z precyzją nie gorszą niż ±0.3 °C	TAK	
18.	Barometr do pomiaru ciśnienia atmosferycznego	TAK	
C. Wózek transportowy ze zbiornikiem wodnym – 1 sztuka			
1.	Pompa dwukierunkowa zasilana ze źródła prądu przemiennego 50 Hz o napięciu 230 V, o wydajności minimum 20 l/min	TAK	
2.	Pojemność zbiornika wodnego nie mniej niż 220 litrów	TAK	
3.	Przewód wodny do połączenia pomiędzy zbiornikiem a fantomem wodnym trójwymiarowym opisanym powyżej	TAK	
D. Oprogramowanie sterujące i akwizycyjne – 1 sztuka			

ZMIANA Z DNIA 19.02.2015R.

- szkolenie personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”,
- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,
- 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia”,
- serwis gwarancyjny, w ramach, którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:
 - a) przeglądy serwisowe oraz kalibrację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta,
 - b) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
 - c) naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,
 - d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych,
 - e) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych do 72 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych),
 - f) wymianę sprzętu na nowy o takich samych parametrach i okresie gwarancji jak na początku umowy w przypadku, gdy łączna niesprawność sprzętu (w przypadku awarii) przekroczy 60 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych.

B. Serwis pogwarancyjny na okres 24 miesiące po zakończeniu gwarancji, na następujących warunkach w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy.

- a) przeglądy serwisowe oraz kalibrację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta,
- b) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
- c) naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,
- d) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych do 72 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych).

Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia obowiązywania umowy serwisowej (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy serwisowej)

3. Dostępność części i serwisu przez okres min. 5 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

§2

1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

a) Wynagrodzenie za:

- *** Pakiet nr 1 - Zakup fantomu wodnego Blue Phantom 2, zgodnie Załącznikiem nr 1 do Umowy - Oferta cenowa Wykonawcy.**

netto:

podatek VAT (%)

brutto: (cyfrą), (słownie)

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podpisy Komisji Przetargowej

strona 27

ZMIANA Z DNIA 19.02.2015R.

§9

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§10

Zapisy Umowy Nr dot. zakupu i dostarczenia fantomu wodnego Blue Phantom i serwisowania wraz z kalibracjami posiadanego fantomu wodnego stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§11

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu do Umowy.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....
data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podpisy Komisji Przetargowej

strona 33