



Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Ul. RACIBORSKA 26, 40-074 K A T O W I C E

http:// www.szpital.net.pl

e-mail: szpital@szpital.net.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

Szp.Leszcz./AT/ZL/ZPJW/ 1 / 2015

Katowice, dnia 01.01.2015. r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie fantomu wodnego Blue Phantom
Znak: Szp.Leszcz./PN/73/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

I. Zamawiający – Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach informuje, że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1. Dotyczy SIWZ - załącznik nr 2 Oferta cenowa, Część A „Fantom wodny ...”, parametr nr 4:

Czy w celu złożenia ważnej oferty na zakup fantomu wodnego Blue Phantom 2 firmy IBA Dosimetry Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie fantomu, dla którego maksymalna prędkość skanowania wynosi 25 mm/s, natomiast maksymalna prędkość pozycjonowania wynosi 50 mm/s?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2. Dotyczy SIWZ – załącznik nr 2 Oferta cenowa, Część B „Sterująca jednostka centralna ...”, parametr nr 8:

Czy w celu złożenia ważnej oferty na zakup fantomu wodnego Blue Phantom 2 firmy IBA Dosimetry Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie centralnej jednostki sterującej, dla której prąd upływu jest mniejszy niż 200 fA, a typowo poniżej 20 fA?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3. Dotyczy SIWZ – załącznik nr 2 Oferta cenowa, Część C „Wózek transportowy ze zbiornikiem wodnym”:

Czy w celu złożenia ważnej oferty na zakup fantomu wodnego Blue Phantom 2 firmy IBA Dosimetry Zamawiający zaakceptuje ofertę, obejmującą:

- a) wózek transportowy ze zbiornikiem wodnym, służący do przechowywania i transportu wody dla fantomu, oraz
- b) niezależny, niezintegrowany ze zbiornikiem wodnym wózek transportowy umożliwiający transportowanie oferowanego fantomu wodnego oraz elektryczne sterowanie wysokością ustawienia (teleskopowo) oferowanego fantomu wraz z możliwością jego dokładnego pozycjonowania w kierunkach horyzontalnym i wertykalnym.

Odpowiedź:

Tak.

II. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.01.2016r. do godz. 10:00, miejsce składania ofert: Kancelaria Dyrektora – Katowice, ul. Raciborska 26.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2016r. o godz. 11:00 w Sekcji Zamówień Publicznych, budynek Przychodni, II piętro – Katowice, ul. Raciborska 28.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy złożyć w Kancelarii Dyrektora, do dnia 14.01.2016r. do godz. 10:00.

DYREKTOR
Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego
w Katowicach

lek. med. Włodzimierz Migacz