



Katowickie Centrum Onkologii

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

http://www.kco.katowice.pl

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZLZP/RI/ 895 / 16

Katowice, dnia 16.06.2016 r.

Zapytania do SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie igieł medycznych, igieł do biopsji, igieł i zestawów do znieczuleń dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
Znak sprawy: KCO/PN/ 33 /2016.

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 4

„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły o średnicy 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 10

„Czy Zamawiający w Pakiecie 10 wymaga zaofiarowania igieł do posiadanego przez Zamawiającego pistoletu do biopsji FAST-GUN.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-10

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaofiarowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację czy ostrze jest krótko- czy długo ścięte?”

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-10

„Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania igieł 1,1 i 1,2 krótko oraz długo ściętych, zamawianych w zależności od potrzeb szpitala?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-10

„Czy Zamawiający wymaga, by na opakowaniu zbiorczym a100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-10

„Czy Zamawiający wymaga, by napisy na pojedynczych opakowaniach były w kolorze rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO w celu łatwiejszej ich identyfikacji?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-14

„Czy Zamawiający wymaga, aby w celu łatwiejszej identyfikacji igły w całym pakiecie pochodziły od jednego producenta?”

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 2

„Czy Zamawiający, w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości produktu, już na etapie składania oferty, będzie wymagał złożenia deklaracji zgodności potwierdzającej, że wyrób jest wyrobem medycznym klasy Is, czyli, że jest wyrobem przeznaczonym do pobierania leków, a nie do iniekcji?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 4

„Czy Zamawiający dopuści igły endoskopowe do ostrzykiwań o średnicy 2,4 mm? Pozostałe parametry jak w specyfikacji.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 9

„Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści zaoferowanie igły do trepanobiopsji z uchwytem motylkowym posiadającej ruchomy znaczniki głębokości na wypychaczu bioptatu, igła sterylna w rozmiarze 11Gx10,0cm, wyposażona w:

- uchwyt igły z dołączonym mandrynem,
- mechanizm chwytający bioptat umieszczony wewnątrz kaniuli, działający Automatycznie,
- mandryn zespolony z nakładką uchwytu motylkowego o konstrukcji uniemożliwiającej jego zamknięcie w pozycji niewłaściwej,
- kaniulę półotwartą na końcu dystalnym do odlamywania bioptatu ze znacznikiem położenia części wyciętej,
- dodatkową nakładkę uchwytu motylkowego bez mandrynu,
- ostrze tulipanowate,
- profil prosty ze stopniem w komorze retencyjnej w świetle igły,
- wypychacz bioptatu z bezpiecznym uchwytem,
- prowadnik wypychacza w zestawie,
- łącznik luer lock.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 10

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 10 igły do biopsji z talerza biodrowego „T-Lok Bone Marrow” 11Ga x 4' (10,2 cm) z ergonomicznym uchwytem, z blokadą mandrynu, dźwignią rękojeści, wskaźnikiem głębokości oraz mechanizmem spiralnym umieszczonym na końcu igły, w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.”

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy Pakietu nr 9 – Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 igieł endoskopowych do ostrzykiwań o długości 2400mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz 1 z pakietu 13 i utworzenia oddzielnego zadania dla tego produktu i tym samym umożliwienie złożenia oferty”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 poz 1 jednorazowych igł do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA), które współpracują z aparatami ultradźwiękowymi firmy Olympus; średnica igły 22G i 25G, igła na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EBUS, długość wysunięcia igły do 60mm, maksymalna średnica części wprowadzanej (osłonki) do kanału roboczego 1.4 i 1.6mm, mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie, strzykawka próżniowa o poj. 20ml z możliwością blokowania w pozycji 5,10,15,20, długość narzędzia od 720mm do 750mm z możliwością regulowana długość osłonki, każde opakowanie sterylne zawiera łącznik Luer-Lock do podłączania igły i stabilizowania igły; kanał roboczy endoskopu 2,0 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2

„Dotyczy pakietu nr 8, poz. nr 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o igły jedn. użytku do biopsji szpiku kostnego z mostka w rozmiarze 1,2 z możliwością regulacji 30-50mm i długości całkowitej 67mm i/lub 50-70mm i długości całkowitej 87mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igły o ww. parametrach.

Zapytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 8 poz. 3

„Dotyczy pakietu nr 8, poz. nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o igły jedn. użytku do biopsji szpiku kostnego z mostka w rozmiarze 1,8 z możliwością regulacji 30-50mm i długości całkowitej 67mm i/lub 50-70mm i długości całkowitej 87mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igły o ww. parametrach.

Zapytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 13 poz. 7

„Czy nie zaszła omyłka pisarska, jest „Ręczny tester szczelności typu „Olympus” MB-155 + pompa powietrzna MK-1”, a powinno być: „Automatyczny tester szczelności typu „Olympus” MB-155 + pompa powietrzna MU-1”?”

Odpowiedź:

Tak – ma być automatyczny tester szczelności typu „Olympus” MB-155 + pompa powietrzna MU-1.

Zapytanie nr 18 – dot. §3 ust. 1a) Istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz pkt. 4 Formularza oferty oraz zapisów SIWZ

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje przez cały okres obowiązywania umowy:
b) niezmiennosc cen netto.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 19 – dot. §7 ust. 2 Istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej do 150,00 zł za każde zdarzenie.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w op. a*100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie igieł do portu, rozmiar 22Gx25mm, spełniających pozostałe wymagania SW7?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie igieł o rozm. 19G x 90mm z ostrzem Quinkiego?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 6 poz. 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie igieł o rozm. 27G x 90 mm z igłą prowadzącą?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie igieł z możliwością regulacji 5-30 mm i długości całkowitej 43 mm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 25

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 12 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): igła wysokiej rozdzielczości HDFNA dająca 2,5 raza jaśniejszy obraz niż zwykle igły EUS, końcówka osłonki zaokrąglona, mandryn wykonany z nitinolu, regulowana długość osłonki igły, igła do stosowania z echoendoskopem Pentax, regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0-8cm, regulowana dł. wysunięcia koszulki 0-5cm, średnica 22 Gauge, długość robocza narzędzia 138cm do 143cm, średnica osłonki 1,72mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 26

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 12 w pozycji 2a, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): igła wysokiej rozdzielczości HDFNA dająca 2,5 raza jaśniejszy obraz niż zwykle igły EUS, końcówka osłonki zaokrąglona, mandryn wykonany z nitinolu, igła do stosowania z echoendoskopem Pentax, regulowana długość osłonki igły 0-5cm, regulowana długość wysunięcia igły w granicach:

0-8cm, średnica 25 Gauge, długość robocza narzędzia 138cm do 143cm, średnica osłonki 1,72mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 27

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 12 w pozycji 2b, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): igła wysokiej rozdzielczości HDFNA dająca 2,5 raza jaśniejszy obraz niż zwykle igły EUS, końcówka osłonki zaokrąglona, mandryn wykonany z nitinolu, igła do stosowania z echoendoskopem Pentax, regulowana długość osłonki igły 0-5cm, regulowana długość wysunięcia igły w granicach:

0-8cm, średnica 19 Gauge, długość robocza narzędzia 138cm do 143cm, średnica osłonki 1,72mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

h



Zapytanie nr 28

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 13 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych igieł do przczoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 744mm; długość wysunięcia ostrza igły w zakresie: (przy zdjętym stoperze) 50mm - minimalna długość wysunięcia ostrza igły 10mm; średnica ostrza igły 22 lub 25G; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,35mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają cicho; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiękowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; Jedno opakowanie zawierające: 1 sterylną gotową do użycia igłę do biopsji aspiracyjnej, 1 jednorazowa sterylna, gotowych do użycia strzykawka próżniowa z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5 i 10ml; 1 jednorazowy, sterylny, gotowy do użycia łącznik montowany bezpośrednio na kanał roboczy endoskopu stabilizujący doskonale igłę tworząc integralną całość.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 29

„Prosimy o wydzielenie z pakietu 13 pozycji 1 do oddzielnego pakietu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 30

„Dotyczy warunków umowy § 1 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 31

„Dotyczy warunków umowy § 1 ust 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„niezmiennosć cen brutto za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 32

„Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień.”


Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 33

„Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:



„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 34

„Dotyczy warunków umowy § 6 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację dot. wad fizycznych jak również jakości przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania reklamacji na piśmie.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 35

„Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,50% na 0,10% oraz odpowiednio z 500,00 zł na 100,00 zł.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 36

„Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 37

„Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie będzie zhywać wiarygodności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 38

„Dotyczy pakietu nr 4

Z uwagi na używanie igieł w różnych częściach przewodu pokarmowego czy Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby igły były dostępne w kilku rozmiarach, proponując:

- śr. 0,5mm (25G) – dł. 4mm,
- śr. 0,7mm (22G) – dł. 4mm, 5mm i 6mm,
- śr. 1,0mm (19G) – dł. 6mm

(do wyboru przy zamówieniu)?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 39

„Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z igłą w komplecie znajdowała się strzykawka?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 40

„Dotyczy pakietu nr 5

h

Czy Zamawiający wymaga, aby igła miała metalową osłonkę w celu zabezpieczenia kanały roboczego endoskopu?"

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga

Zapytanie nr 41

„Dotyczy pakietu nr 5

Prosimy o wskazanie długości igły, standardowe dł.: 12mm lub 15mm?"

Odpowiedź:

13-15 mm.

Zapytanie nr 42

„Dotyczy pakietu nr 11

Prosimy o dookreślenie, czy igła ma być używana do badań EUS czy EBUS?"

Odpowiedź:

Igła ma być używana do badań EUS.

Zapytanie nr 43 – dot. Załącznika nr 8, poz. 11-14

„Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.”

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy Pakietu nr 1 poz. 11-14 – Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 44

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów

§ 7 ust. 1

1. Za opóźnienie w dostawie, o której mowa w §2.2 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% wartości **brutto** niezrealizowanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.**

2. Za brak wyładunku i wnieśienia towaru do Apteki Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **250,00 zł** za każde zdarzenie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewyładowanego i niewnieśionego towaru.**

§ 8ust. 3.1

3.1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez

Wykonawcę zapłaci on karę umowną w wysokości 10% wartości **brutto niezrealizowanej części umowy** – dot. Pakietu nr 1, 2, 4, 6, 8, 9.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Informacja do wszystkich uczestników postępowania.

UWAGA – Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ ust. 10

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską, t.j:

BYŁO

10. Oświadczam, że wniosłem wadium w formie * - dot. Pakietu nr 1,2,4,6,8,9.

MA BYĆ

10. Oświadczam, że wniosłem wadium w formie * - dot. Pakietu nr 3,5,7,10-13.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz