



Katowickie Centrum Onkologii

ul. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

http:// www.kco.katowice.pl

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZL/ZP/GP/ 917 / 16

Katowice, dnia 20.06.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie unieruchomień w obszarach głowy i szyi, klatki piersiowej, miednicy oraz materacy próżniowych z osprzętem i pompą do materacy
oznaczenie sprawy: K.C.O. /PN/ 35 /2016

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie 1

Czy istnieje możliwość częściowej oferty, tj. na poszczególne pozycje, np.: 4 – 9 (Materac próżniowy 82 x 150 cm/40L, Materac próżniowy 85 x 182,5 cm/70L, Materac próżniowy 65 x 70cm/.20L, Pompa do materacy próżniowych, Osprzęt do pompy do materacy próżniowych)?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 2

Prosimy o sprecyzowanie specyfikacji technicznych odnośnie pompy do materacy próżniowych. Np. ręczna czy też elektryczna?

Odpowiedź:

Pompa do materacy próżniowych - elektryczna, zawierająca manometr wraz z zaworem sterującym.

Zapytanie 3

Prosimy o sprecyzowanie „ Osprzętu do pompy do materacy próżniowych” Oferowane przez nas materace oraz pompy są w pełni skompletowane oraz nie posiadają dodatkowego sprzętu.

Odpowiedź:

Osprzęt do materacy - Powietrzny przewód gumowy z zakończeniem ułatwiającym podłączenie do materacy.

Zapytanie 4

Dot. poz. 4-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 – 9 z zadania i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Unieruchomienia z włókna węglowego z poz. 1 – 3 posiada tylko jeden dystrybutor, natomiast materace i osprzęt z poz. 4 – 9 więcej niż jedna firma, więc połączenie tego w jedną całość jest niezgodne z zapewnieniem zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pkt 4-9 ze specyfikacji i utworzenie nowego pakietu.
Parametry zamawianego asortymentu muszą być zgodne z posiadanymi przez Zamawiającego i wykorzystywanymi w pracowniach akceleratorowych, symulatora terapeutycznego i pracowni TK.
Zamawiany asortyment stanowi wyposażenie nowopowstałej Pracowni TK w Katowickim Centrum Onkologii i będzie używany podczas badań w Pracowni PET współpracującej z Katowickim Centrum Onkologii.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz

Włodzimierz Migacz