



Katowickie Centrum Onkologii

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

http:// www.kco.katowice.pl

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZLIZP/RI/ 1039/16

Katowice, dnia 06.07.2016 r.

Zapytania do SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego, wielorazowego użytku oraz rękawic i fartuchów jednorazowego użytku przeznaczonych do przygotowania i podawania cytostatyków dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
Znak sprawy: KCO/PN/ 39 /2016.

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 39

„Czy Zamawiający dopuści zaferowanie ustników z gunką tekstylną, materiał ustnika bez zawartości lateksu, pozostałe parametry zgodne z opisem.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 22 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 2 zestawu do wkłucia centralnego dwukanałowego o rozmiarze 7F (14G-18G) o długości: 15, 20 lub 30cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 32

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy o rozmiarze 7F (14G-18G) o długości: 15, 20 lub 30cm?”

Odpowiedź:

Tak, na zestaw o rozmiarze 7F (18G) o długości 20cm.

Zapytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrod gruszek w jednym kolorze.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 3 poz. 5

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje elektrody LKG o okrągłym kształcie?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 3 poz. 8

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod dla noworodków o średnicy 30mm lub elektrod dla noworodków w kształcie kwiatka o średnicy 25mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 15 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający wymaga papieru do videoprintera, jeśli tak to prosimy o podanie modelu aparatu. Zastosowany przez Zamawiającego opis jest nieprecyzyjny.”

Odpowiedź:

Folia termiczna BV do aparatu USG.

Zapytanie nr 8 – dot. §1 ust. 2 Istotnych postanowień umowy

„Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).”

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie nr 9 – dot. §1 ust. 3a Istotnych postanowień umowy

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację §1 ust. 3a projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmiennym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 3 poz. 3

„Poz. 3- Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 35 x55 z żelazem ciekłym oraz przecięciem na mocowanie kabla?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 3 poz. 6

„Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści pastę u150 g?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 3 poz. 8

„Poz.8- Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 15 poz. 7

„Poz. 7- Czy Zamawiający wymaga oryginalny papier, czy może być zamiennik?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 15 poz. 12

„Poz. 12- Czy Zamawiający dopuści papier na 200 stron z przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 30

„Czy Zamawiający dopuści port z komorą

tytanową, jednokomorowy, niskoprofilowy, cewnik o średnicy wew. 1,3mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 7 poz. 3

„Prosimy o wyjaśnienie, czy w/w pozycji nie zaszła omyłka i zamawiający wymaga rurki intubacyjnej 2,5 bez mankietu z czarnym min 2mm znacznikiem głębokości. Rurka w rozmiarze 2,5 ma średnicę zewnętrzną wynoszącą ok. 3,3 mm, nie jest możliwe tym samym umieszczenie na rurce znacznika głębokości większego niż średnica samej rurki.”

Odpowiedź:

Nie doszło do omyłki wg SIWZ znacznik głębokości min. 2 cm.

Zapytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

„Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 4 poz. 1 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?”

Odpowiedź:

Szczoteczki typu wachlarzyk (miotelka) umożliwiające pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy, dopuszczone do obrotu i używania w kraju, zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Zapytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 43

„Prosimy o udzielenie dodatkowej informacji dla przetargu: KCO/PN/39/2016 -- w przypadku pakietu 45, jakiej długości i szerokości powinna być taśma medyczna do kinesiotalpingu?”

Odpowiedź:

Szerokość 5 cm, długość 5 m.

Zapytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 22

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 dopuści zestaw do wkłucia centralnego dwukanałowy w rozmiarze 7F/20cm o kanałkach 14G i 18G?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 28 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 28, pozycja 2:

Przyrządu z zaworem samozamykającym i filtrem 0,2 mikrometra do transferu leków cytostatycznych typ CHEMO-AID?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 48 poz. 1

„W związku z wielkością opakowania handlowego zbiornika o objętości 800 ml, które zawiera 20 szt., prosimy Zamawiającego o rozważenie zmiany ilości asortymentu na 3 op. = 60 szt. lub 2 op. = 40 szt. oraz zmianę w formularzu ofertowym jednostki miary ze szt. na op. Zakup opakowania handlowego gwarantuje korzystniejszą cenę.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 48 poz. 2

„W związku z wielkością opakowania handlowego układu oddechowego, które zawiera 25 szt., prosimy Zamawiającego o rozważenie zmiany ilości asortymentu na 5 op. = 125 szt. lub 4 op. = 100 szt. oraz zmianę w formularzu ofertowym jednostki miary ze szt. na op. Zakup opakowania handlowego gwarantuje korzystniejszą cenę.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 48 poz. 3 i 4

„Prosimy o zmianę w formularzu ofertowym jednostki miary ze szt. na op.; 300 szt. = 3 op. handlowe ”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę towaru w opakowaniu po 100 szt.

Zapytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 22

„czy zamawiający w pakiecie 22 pozycji dopuści igły punkcyjne w rozmiarze 16G lub 17G o długości 70 mm dostosowaną do rozmiaru cewnika?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 22 poz. a

„czy zamawiający w pakiecie 22 pozycji a oczekuje cewnika jednoświatłowego o długości 20 cm rozmiarze 14 lub 16 G?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 22 poz. b

„czy zamawiający w pakiecie 22 pozycji b oczekuje cewnika jednoświatłowego o długości 20 cm rozmiarze 13 lub 14 G?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 22 poz. 2

„czy zamawiający w pakiecie 22 pozycji 2 oczekuje Zestaw do wklucia centralnego dwukanałowy rozmn. 14G lub 16G lub 18 G do wyboru przez zamawiającego?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 41

„czy zamawiający w pakiecie 41 dopuści Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielnej membrany split septum, osadzonej w plastikowym, przezroczystym konektorze, z łatwą powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przezroczystym umożliwiającym kontrolę całego toru przepływu krwi, o przepływie powyżej 500 ml/min i minimalnej przestrzeni martwej 0,07 ml, wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. Do stosowania w rezonansie magnetycznym i tomografii komputerowej, odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 50 poz. 3

„czy zamawiający w pakiecie 50 pozycji 3 dopuści Sonda żołądkowa o dł. 50cm, rozm. 08”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 50

„czy zamawiający w pakiecie 50 będzie wymagał, aby dla bezpieczeństwa pacjenta sondy były oznakowane co 1 cm min od 5 cm do 35 cm”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 31 – dot. Istotnych postanowień umowy

„Jaką ilość (jaki procent) towarów określonych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zamówi na pewno?”

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie nr 32 – dot. Istotnych postanowień umowy

„Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 33 – dot. Istotnych postanowień umowy

„Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej z przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP wahań EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy i przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 34 – dot. Istotnych postanowień umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić słowa „opóźnienia” słowami „zwloki” w § 7 ust. 1 istotnych Postanowień Umowy?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 35 – dot. Istotnych postanowień umowy

„Czy Zamawiający przed naliczeniem kary umownej, w razie niewykonania lub nie należytego wykonania umowy, wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie elektrod tylko w kolorze niebieskim?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 3 poz. 6

„Czy Zamawiający dopuści pastę a'160g z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 3 poz. 6
„Czy Zamawiający dopuści żel ścierny a'250g?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 5 poz. 49

„Czy Zamawiający dopuści dron do odsysania o średnicy 5,6mm/8mm (wew./zew.), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 5 poz. 50

„Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego, rozm.CH 20 (6,5mmx4,5mm, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 34 poz. 7

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 7 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 35 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie próbek w rozmiarach S, M, L ?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 35 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.”

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy pozycji nr 3 - Nie.

Zapytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 30

„Czy Zamawiający wymaga, aby port był w całości wykonany z tytanu?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 30

„Czy Zamawiający wymaga bocznego ułożenia kaniuli wyjściowej portu, umożliwiającego laminarny, wirujący przepływ płynu?”

Uzasadnienie: Laminarny przepływ płynu zmniejsza ryzyko zakażenia, redukuje liczbę komplikacji i prowadzi do efektywnego oczyszczenia całej komory portu.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 5 poz. 12-20

„Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający oczekuje, aby do każdego cewnika dołączona była strzykawka z roztworem gliceryny umożliwiającą wypełnienie balonu?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie jako równoważnych podkładów o rozmiarze 50cm x 50cm z perforacją co 38cm z przeliczeniem Zamawianych ilości?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 8 poz. 3, 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie jako równoważnych podkładów o rozmiarze 50cm x 50cm z perforacją co 38cm z przeliczeniem Zamawianych ilości?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 19 poz. 6

„Z uwagi na fakt, iż butle szklane zostały wycofane z produkcji Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butli wykonanych z poliwęglanu spełniających pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 50 – dot. Pakietu nr 19 poz. 41

„Czy Zamawiający oczekuje bezpiecznych nakłuwaczy w kształcie grzybka, tak jak stosowane dotychczas?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 19 poz. 79, 80

„Czy Zamawiający oczekuje wzierników pakowanych w opakowania kartonowe w formie dyspensera umożliwiającego pojedyncze wyjmowanie, tak jak stosowane dotychczas?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 19 poz. 79, 80

„Czy Zamawiający oczekuje zestawów do irygacji zakończonych sztywną kanką?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 27 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie aparatów jedynie z zaciskiem rolkowym umożliwiającym szybkie przerwy w infuzji?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu z zaciskiem rolkowym, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 27 poz. 1

„Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany zestawy wyposażone były w pochewkę umożliwiającą zabezpieczenie igły biórczej po użyciu?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 55 – dot. Pakietu nr 27 poz. 1

„Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany zestawy posiadały w linii port boczny umożliwiający podanie dodatkowego leku bez użycia igły?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 56 – dot. Pakietu nr 27 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie aparatów jedynic z zaciskiem rolkowym umożliwiającym szybkie przerwy w infuzji?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu z zaciskiem rolkowym, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 27 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie aparatów z drenem o długości 150cm spełniający pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 58 – dot. Pakietu nr 27 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie aparatów z regulacją w zakresie 0-250ml z podziałką 5ml/h, 10ml/h, 20ml/h, 30ml/h?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 59 – dot. Pakietu nr 27 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie aparatów bez zastawki na końcu drenu?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 60 – dot. Pakietu nr 27 poz. 1, 2

„Z uwagi na fakt, iż większość Wykonawców oferuje tylko jeden rodzaj przyrządu czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość składania ofert na pozycje w ramach pakietu 27? Pozytywna odpowiedź umożliwi Zamawiającemu na uzyskanie znacznie korzystniejszych ofert cenowo.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 61 – dot. Pakietu nr 29 poz. 3

„Z uwagi na fakt, iż aparaty przeznaczone są do przygotowywania cytostatyków czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane aparaty charakteryzowały się dużą powierzchnią filtracji powietrza i płynu, tj. co najmniej 175mm²?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 62 – dot. Pakietu nr 37 poz. 1

„Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli nasadkę na fiolkę o średnicy 13mm oraz 20mm umożliwiającą szczelne połączenie i pobieranie leków w systemie bezigłowym?”

Odpowiedź:

Jeżeli 13mm oraz 20mm - Tak.

Zapytanie nr 63 – dot. Pakietu nr 37 poz. 1

„Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane zawory posiadały filtr umożliwiający odpowietrzenie fiolki?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie nr 64 – dot. Pakietu nr 27 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie linię o długości 152 cm.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 65 – dot. Pakietu nr 41

„Czy Zamawiający zaakceptuje bezigłowy port dostępu żylnego z optymalnym przepływem 165 ml/min a za to ze zwiększoną ilością 600 aktywacji w trakcie 7 dniowego podłączenia do pacjenta, pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 66 – dot. numeru katalogowego

„Dotyczy numeru katalogowego: W związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie numerów wewnętrznych naszej firmy. Numery wewnętrzne naszej firmy będą umieszczane na fakturze. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż wszystkie opakowania naszych produktów zawierają wszelkie niezbędne informacje pozwalające na prawidłową identyfikację produktów. Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie nr 67 – dot. Pakietu nr 36

„Pakiet nr 36: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania o pojemności 25ml?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 68 – dot. Pakietu nr 41

„Pakiet nr 41: Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port dostępu dożylnego z przezroczystą obudową i niebieską, silikonową, podzielną membraną nie wystającą poza obudowę portu, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz pobierania krwi do badań, z wypustkami na korpusie portu gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania i rozłączania systemu, przepływ 525 ml/min, ilość aktywacji 400, refluks nie większy niż 0,004ml, ciśnienie wsteczne 2,45 bar, objętość wypełnienia nie większa niż 0,05ml, średnica korpusu nie większa niż 11mm, przeznaczony na 7 dni, nie zawiera lateksu i ftalanów, sterylizowany, opakowanie sztywne typu Tyvek, sterylizowany tlenkiem cyfenu, opakowanie zawiera takie informacje jak: dane producenta, datę produkcji, datę ważności, metodę sterylizacji, informację o braku ftalanów?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 69 – dot. Pakietu nr 31

„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1-5 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 70 – dot. Pakietu nr 31 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 przyłączy o następujących parametrach: mocowanie noska, rozmiary: długość 50mm, 70mm, 100mm”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 71 – dot. Pakietu nr 31 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści kaniule o następujących parametrach:

- przekrój wylotu gazu z kaniuli 3,0 mm / rozstaw kaniuli 2,0 mm
- przekrój wylotu gazu z kaniuli 3,5 mm / rozstaw kaniuli 2,0 mm
- przekrój wylotu gazu z kaniuli 4,0 mm / rozstaw kaniuli 3,0 mm
- przekrój wylotu gazu z kaniuli 4,5 mm / rozstaw kaniuli 4,0 mm

- przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,0 mm / rozstaw kaniuli 4,0 mm
- przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,0 mm / rozstaw kaniuli 5,0 mm
- przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,5 mm / rozstaw kaniuli 5,0 mm
- przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,5 mm / rozstaw kaniuli 6,0 mm
- przekrój wylotu gazu z kaniuli 6,0 mm / rozstaw kaniuli 6,0 mm
- przekrój wylotu gazu z kaniuli 6,0 mm / rozstaw kaniuli 7,0 mm”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 72 – dot. Pakietu nr 31 poz. 5

„Czy Zamawiający zaakceptuje czapeczki oraz opaski o następujących parametrach:

Czapeczki:

obwód głowy 17-22 cm

obwód głowy 22-25 cm

obwód głowy 25-29 cm

obwód głowy 29-36 cm

Opaski:

obwód głowy 26-36 cm

obwód głowy 35-40 cm

obwód głowy 40-45 cm

Opaski pod brodę:

obwód głowy 22-26 cm

obwód głowy 26-32 cm

obwód głowy 32-38 cm

obwód głowy 38-44 cm”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 73 – dot. Pakietu nr 51

„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1-2 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 74 – dot. Pakietu nr 51 poz. 1-2

„Czy zamawiający dopuści okularki o następujących parametrach:

Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergię, wysypka). Szerokość opaski 45 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy, 3 rozmiary: obwód główki: 20-28cm, 24-33 cm, 30-38cm.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 75 – dot. Pakietu nr 52 poz. 4, 5

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 4 i 5 czapeczek o obwodach głowy podanych poniżej:

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brazowa	1	22-24

Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32
Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

Proponowane zmiany pozwolą na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym mniejszą koszt zakupu sprzętu medycznego. ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 76 – dot. §1 ust. 2 Istotnych postanowień umowy

„Dotyczy warunków umowy § 1 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.””

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie nr 77 – dot. §1 ust. 3a Istotnych postanowień umowy

„Dotyczy warunków umowy § 1 ust 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„niezmiennosc cen brutto za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.””

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 78 – dot. §5 Istotnych postanowień umowy

„Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 79 – dot. §5 Istotnych postanowień umowy

„Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 80 – dot. §6 ust. 2 Istotnych postanowień umowy

„Dotyczy warunków umowy § 6 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację dot. wad fizycznych jak również jakości przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania reklamacji na piśmie.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 81 – dot. §7 ust. 1 i 2 Istotnych postanowień umowy

„Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,50% na 0,10% oraz odpowiednio z 500,00 zł na 100,00 zł.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 82 – dot. §8 ust. 3.1 Istotnych postanowień umowy

„Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 83 – dot. §9 ust. 1 Istotnych postanowień umowy

„Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 84 – dot. Pakietu nr 38

„Dotyczy pakietu nr. 38

Czy Zamawiający wymaga aby metalowa końcówka szczoteczki była w kształcie grzybka zamiast kulki? Rozwiązanie takie pozwala na szczelne zamknięcie tuby po pobraniu materiału i zapobiega wsuwaniu się materiału głęboko do wnętrza tuby.”

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 85 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2-5

„1. Prosimy o dopuszczenie higienicznych podkładów ochronnych o szerokości rolki 50-51cm, co mieści się w granicy błędu producenta i rolki nie zawsze mają równe 50 lub 51cm.

2. Prosimy o dopuszczenie innych ilości odcinków w rolkach, tzn. dłuższych rolek z możliwością przeliczenia sztuk odpowiednio do podanych w formularzu cenowym.

Proponowane przez nas podkłady mają po 50mb, dzięki czemu zajmują mniej miejsca magazynowego.

Jednocześnie oświadczamy, że proponowane przez nas podkłady są ściśle nawinięte i przystosowane do umieszczenia w podajnikach zakończonych.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 86 – dot. Pakietu nr 24 poz. 2

„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod biernych od europejskiego producenta, spełniających wszystkie wymagania SIWZ, których powierzchnia przewodząca wynosi 118 cm² (wymagane 100-110cm²).

Tak nieznaczna różnica nie wpłynie na jakość użytkowa produktu.

NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 87 – dot. Pakietu nr 30

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 30 niskoprofilowego polisulfonowego portu z komorą tytanową, z dużą przegrodą łatwo wyczuwalną w dotyku 13 mm membraną z dołączonym jednoświatłowym silikonowym cewnikiem dożylnym o średnicy wewnętrznej 1,3mm i zewnętrznej 2,7 mm o długości 450 mm; reszta jak w SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 88 – dot. Istotnych postanowień umowy

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2

1. Za opóźnienie w dostawie, o której mowa w §2.3 w Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% wartości **brutto** niezrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.**
2. Za brak wyładunku i wniesienia towaru do Apteki oraz do Magazynu Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **200 zł** za każde zdarzenie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego ww. zdarzenia.**”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 89 – dot. Pakietu nr 29 poz. 1

„Dot. Pakietu 29 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego przyrządu **Ekstra Spike Plus KabiPac** do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 90 – dot. Pakietu nr 29 poz. 3

„Dot. Pakietu 29 pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego przyrządu do przygotowywania cytostatyków **Extra-Spike Plus Chemo** –czerwonego - do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowane filtry o wielkości wymaganej przez Zamawiającego: przeciwbakteryjny oraz cząsteczkowy, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 91 – dot. Pakietu nr 30

„Dot. Pakietu 30 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie portów o parametrach opisanych w SIWZ wraz z zestawami składającymi się z następujących elementów: 1 system Ambix Intraport, 1 zgłębnik, 1 zakrętku, 1 kaniuła punkcyjna portu Ambix Safe-Can w rozmiarze 22 G, 1 kaniuła do przepłukiwania zgłębnika i 1 hak żylny?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 92 – dot. Istotnych postanowień umowy

„W związku z brakiem zamieszczenia w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ postanowienia, przewidującego zmianę (wzrost) ceny w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości stawek podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny:

„Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 93 – dot. Pakietu nr 3 poz. 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pasty do przygotowywania naskórka w opakowaniu 160 g lub żelu do przygotowywania naskórka w opakowaniu 250 g, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pastę w opakowaniu 160 g z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Zapytanie nr 94 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1, 3, 8

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę za op=50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 95 – dot. Pakietu nr 7 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra elektrostatycznego w kombinacji z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości 50-900 ml, z portem do kapnografii, stosowany do 24 godzin?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 96 – dot. Pakietu nr 7 poz. 20

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rurki Guedel rozmiar 2 długość 80mm?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 97 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji nieprzemakalnego podkładu chłonnego z pulpy celulozowej z folią. Podkład w rozmiarze 60 cm x 60 cm przeznaczony dla osób z problemami urologicznymi.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 98 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 10. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem jakościowym i ilościowym.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 99 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2, 3, 4, 5

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycjach podkładów posiadających dwustronne zaznaczenie miejsca perforacji podkładów (w części górnej i dolnej podkładu), spełniających pozostałe wymagania SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 100 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1

„Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kropłową 5,5-6 cm (część przezroczysta) wyposażonego w igłę ściętą dwupłaszczyznowo w celu łatwiejszego wkłucia?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie nr 101 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1-4, 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek za opakowanie po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 102 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1-4

„Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania strzykawek z kontrastującym kolorowym tłem?”

Odpowiedź:

Dopuszcza nie wymaga.

Zapytanie nr 103 – dot. Pakietu nr 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek w ilości 5 sztuk z każdej pozycji?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 104 – dot. Pakietu nr 13

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie strzykawek ze skalą nominalną odpowiadającą pojemności?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 105 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1a-b

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Wycena za opakowania umożliwi złożenie korzystniejszej oferty cenowej.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 106 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1e-c

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Wycena za opakowania umożliwi złożenie korzystniejszej oferty cenowej.”

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 107 – dot. Pakietu nr 40

„Czy Zamawiający oczekuje kaniuli z PTFE posiadających dwa szerokie wtopione paski kontrastujące w promieniach Rtg, które powierzchniowo odpowiadają 4-5 tradycyjnym paskom RTG?”

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 108 – dot. Pakietu nr 40

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek w ilości 2 sztuk z każdej pozycji?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 109 – dot. Pakietu nr 24 poz. 1, 2

„Dotyczy pakietu 24

Dot. pozycji 1, 2. Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania elektrody neutralnie jednorazowego użytku, hydrożelowe, dwudzielne, powierzchnia przewodzenia 110cm², z informacją o dacie ważności w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 110 – dot. Pakietu nr 22 poz. 1a i 1b

„Dotyczy Pakietu 22, poz. 1a i 1b:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 1a cewników 1-światłowych w rozmiarze 14 Ga, natomiast w pozycji 1b cewników w rozmiarze 16 Ga, pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 111 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru Istotnych postanowień umowy

„Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ze względu na spodziewaną małą wartość umowy w zakresie pakietu nr 31.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 112 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru Istotnych postanowień umowy

„Prosimy Zamawiającego o zmianę §1 ust. 3a) wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca gwarantuje niezmienność cen netto przez cały okres obowiązywania umowy. Wartość brutto umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.”*”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 113 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru Istotnych postanowień umowy

„Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: *„Za zwłokę w dostawie Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.”*”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 114 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru Istotnych postanowień umowy

„Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów §7 ust. 2 wzoru umowy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 115 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru Istotnych postanowień umowy

„Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wniesienia towaru do magazynu Zamawiającego i odstąpienie od naliczenia z tego tytułu kary umownej, która jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do zawinienia.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 116 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru Istotnych postanowień umowy

„Prosimy Zamawiającego o zmianę §9 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku niewuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 117 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru Istotnych postanowień umowy

„Prosimy o zmianę zapisu §7 ust. 4 wzoru umowy na: *„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy.”*”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 118 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5

„Prosimy o dopuszczenie koreczków pakowanych pojedynczo po 4 sztuki na blistrze.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 119 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1

„Prosimy o doprecyzowanie czy w poz 1 Zamawiający też wymaga kaniuli wykonanej z PTFE, która jest widoczna w USG tak jak w poz. 2?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 120 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1, 2

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 121 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1-4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny za opakowanie strzykawek z jednoczesnym przeliczeniem ilości.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 122 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1

„1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy związku z tym, że Zamawiający wymaga strzykawek przeznaczonych do podaży i rozpuszczania cytostatyków, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta strzykawek potwierdzającego powyższe.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą na cylindrze odpowiadającym skali nominalnej strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.”

Odpowiedź:

Ad. 1 - Zgodnie z SIWZ.

Ad. 2 - Dopuszcza.

Zapytanie nr 123 – dot. Pakietu nr 27 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o wyłącznie w/w pozycji do oddzielnego pakietu celem złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 124 – dot. Pakietu nr 35 poz. 1

„1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarach S-XL, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie substancji chemicznych według normy ASTM D6978, spełniających pozostałe parametry SIWZ.


3/ Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, aby rękawice niesterylne posiadały certyfikat wydany przez jednostkę niezależną tj. jednostkę notyfikowaną potwierdzającą zgodność z normą EN 455-1,2,3 i w związku z tym będzie wymagała załączenia do oferty certyfikatu?”

Odpowiedź:

Ad. 1 - Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Ad. 2 - Zamawiający wyraża na to zgodę.

Ad. 3 - Zgodnie z SIWZ.



Zapytanie nr 125 – dot. Pakietu nr 35 poz. 2

„1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawice bezlateksowe, bezpudrowe mają być wykonane z poliizoprenu, który odznacza się tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks naturalny: największa elastyczność i siła zrywająca, przy niskim naprężeniu, a jednocześnie eliminuje problem alergii na lateks.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice chirurgiczne mają posiadać kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, co zapewnia nie męczącą dłoni pracę podczas długotrwałych zabiegów operacyjnych?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice chirurgiczne bezpudrowe, bezlateksowe mają posiadać wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze sieci, co ułatwia zakładanie rękawicy na wilgotną dłoń.”

Odpowiedź:

Ad. 1 - Zgodnie z SIWZ.

Ad. 2 - Zgodnie z SIWZ.

Ad. 3 - Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 126 – dot. Pakietu nr 35 poz. 3

„1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha przeznaczonych do przygotowywania i podawania cytostatyków, posiadającego elastyczny dzianinowy mankiet bez zaczepu na kciuk oraz dla bezpiecznego ściągania wyposażony w regulowany rzep, zamiast specjalnego nacięcia. Fartuch w rozmiarze L i XL. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje fartucha nieprzemakalnego i nieprzepuszczalnego na całej powierzchni użytkownika?”

Odpowiedź:

Ad. 1 - Zgodnie z SIWZ.

Ad. 2 - Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 127 – dot. Pakietu nr 40 poz. 1-4

„1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowane kaniule powinny zabezpieczać personel przed rozpryskiwaniem się krwi? Zachłapanie personelu krwią pacjenta, któremu podawano właśnie cytostatyki stanowi dodatkowe zagrożenie. Pierwszym jest ryzyko ekspozycji na patogeny przenoszone drogą krwi, drugim ze względu na specyfikę szpitala ryzyko kontaktu z lekami cytostatycznymi. W związku z powyższym zabezpieczenie przed zachłapaniem (wypływem krwi z mandrynu) nabiera szczególnego znaczenia u Państwa grupy zawodowej. Powyższe zabezpieczenie spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W/w rozporządzenie w § 2 i 3 zobowiązuje pracodawców do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie pracownikom dostępnych środków w postaci wyrobów medycznych, które mają zabezpieczać przed zakłuciem, zranieniem lub przeniesieniem zakażenia.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy automatyczne zabezpieczenie ma zatykać w pełni światło i ostrze igły?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule powinny zawierać zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie nr 128 – dot. Pakietu nr 41 poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie o dopuszczenie zaworu bezigłowego pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przezroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, z pompami strzykawkowymi i objętościowymi oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 129 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kaniule do wlewów dożylnych barwne oznaczenie skrzydełek pozwalających na prawidłową identyfikację rozmiaru”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 130 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga kaniuli do wlewów dożylnych cewnik wykonany z FEP z trzema paskami kontrastującymi w promieniach RTG”

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 131 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga kaniuli do wlewów dożylnych cewnik wykonany z PTFE z dwoma paskami kontrastującymi w promieniach RTG.”

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 132 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5

„Czy Zamawiający wymaga koreczków do kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej jego krawędzi znacznie zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 133 – dot. Pakietu nr 2 poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonana z FEP. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE -teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym, bez zawartości lateksu informacja na opakowaniu. Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne.”

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

Zapytanie nr 134 – dot. Pakietu nr 2 poz. 3

„Czy Zamawiający wymaga koreczków do kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej jego krawędzi znacznie zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 135 – dot. Pakietu nr 5 poz. 15, 16

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnej części pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 136 – dot. Pakietu nr 5 poz. 51

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnej części pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 137 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 138 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych z komorą kropłową wielkości: w części przezroczystej 4,5 cm.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 139 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1-2

„Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu.”

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 140 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1-2

„Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na lepszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 141 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1-4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z rozszerzoną skalą o 20 %.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 142 – dot. Pakietu nr 11 poz. 6

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki tuberkulinowej z nakładana igłą w rozmiarze: 0,45 x 13 mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 143 – dot. Pakietu nr 19 poz. 26, 27, 56

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnej części pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 144 – dot. Pakietu nr 34 poz. 4-6

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnej części pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 145 – dot. Pakietu nr 34 poz. 5

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do pena w rozmiarze 0,25 x 6 mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 146 – dot. Pakietu nr 34 poz. 6

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do pena w rozmiarze 0,33 x 12 mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 147 – dot. Pakietu nr 40 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga kaniuli do wlewów dożylnych cewnik wykonany z FEP z dwoma paskami kontrastującymi w promieniach RTG.”

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 148 – dot. Pakietu nr 40 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga kaniuli do wlewów dożylnych cewnik wykonany z PUR z czterema paskami kontrastującymi w promieniach RTG z logo producenta na kaniuli w celu lepszej identyfikacji po zakończonej procedurze medycznej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Zapytanie nr 149 – dot. Pakietu nr 41 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego portu dostępu dożylnego w całości przezroczystego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 150 – dot. Pakietu nr 20

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 20 wkładów workowych równoważnych do jednorazowych wkładów workowych do ssaka Hospira, zobowiązujemy się wyposażyć nieodpłatnie ssak w odpowiednią ilość pojemników wielorazowych i uchwytów do nich. Walory użytkowe są takie same.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 151 – dot. Pakietu nr 47

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 47 wkładów workowych równoważnych do jednorazowych wkładów workowych do ssaka Victoria Versa, zobowiązujemy się wyposażyć nieodpłatnie ssak w odpowiednią ilość pojemników wielorazowych i uchwytów do nich. Walory użytkowe są takie same”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz

