



# Katowickie Centrum Onkologii

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

http:// [www.kco.katowice.pl](http://www.kco.katowice.pl)

e-mail: [szpital@kco.katowice.pl](mailto:szpital@kco.katowice.pl)

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZLZP/RII/1352/16

Katowice, dnia 16.08.2016 r.

## Zapytania do SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie aparatury medycznej oraz osprzętu do aparatury medycznej dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii

Znak sprawy: KCO/PN/ 55 /2016.

Zamawiający - Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **Dotyczy: Pakietu nr 1 – diatermia elektrochirurgiczna**

#### **Zapytanie nr 1 do P.1 punkt 1**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii 400W wyposażona w tryby automatycznie regulowanego cięcia i koagulacji (regulacja napięcia, sensoryczna regulacja łuku elektrycznego, regulacja mocy, regulacja plazmy argonowej)?”

**Odpowiedź:**

Tak.

#### **Zapytanie nr 2 do P.1 punkt 5**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii z możliwością rozbudowy o inne moduły zewnętrzne współpracujące z jednostką główną?”

**Odpowiedź:**

Tak.

#### **Zapytanie nr 3 do P.1 punkt 7**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii, wyposażonej w system nadzoru nad jakością kontaktu elektrody neutralnej dwudzielnej ze skórą pacjenta, system monitoruje jakość kontaktu elektrody, w sposób jednoznaczny, minimalizujący możliwość błędnego odczytania komunikatu informuje operatora o stanie elektrody neutralnej a w sytuacji, w której stan kontaktu elektrody neutralnej może zagrażać bezpieczeństwu pacjenta system informuje operatora sygnałem dźwiękowym, znakiem graficznym i zatrzymuje pracę aparatu w trybie monopolarnym.”

**Odpowiedź:**

Tak.

#### **Zapytanie nr 4 do P.1 punkt 9**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii, wyposażonej w interaktywny kolorowy ekran dotykowy PCT - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości, z funkcją pokazywania parametrów pracy na wyświetlaczu tylko aktualnie aktywowanego instrumentu”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 5 do P.1 punkt 14**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu do koagulacji, wyposażonego w zestaw gniazd przyłączeniowych, z możliwością wyboru przez Zamawiającego konfiguracji gniazd mono i bipolarnych:

- dwa gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli z wtyczkami 3-pin oraz 1-pin 4 mm i 1-pin 5 lub 8 mm
- dwa gniazda bipolarne z możliwością podłączenia wtyczek 2-pin 28,5mm, 3- pin okrągłe (bez bolców) typu ERBE, obydwa gniazda bipolarne przystosowane są do podłączenia narzędzi do zamykania dużych naczyń do 7mm
- gniazda mono i bipolarne przystosowane są do systemu rozpoznawania narzędzi
- gniazdo elektrody neutralnej z możliwością podłączenia kabla z wtyczką płaska dwupinową?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 6 do P.1 punkt 20**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu do koagulacji, w którym dla funkcji autostart dla instrumentów bipolarnych czas opóźnienia ustawia się do 2,5 sekundy z krokiem 0,05 sekundy?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 7 do P.1 punkt 21**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu do koagulacji w którym ze względu na bezpieczeństwo użytkowników funkcja AUTOSTART dla koagulacji bipolarnej wyposażona została w system bezpieczeństwa uniemożliwiający aktywację narzędzi bipolarnych w sposób nieświadomy lub przypadkowy (narzędzie, na przykład szczypce bipolarne będą aktywowane tylko wtedy gdy system bezpieczeństwa rozpozna obecność tkanki pomiędzy końcówkami narzędzia).”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 8 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 24**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowego kompletu kleszczyków bipolarnych do zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie wraz z kablem przyłączeniowym:

- kleszczyki laparoskopowe, typu Maryland, dł. 340-350mm, śr. 5 mm, okładki radełkowane wraz z kablem dł. 4,5m - 2szt.
- kleszczyki, rekojeść wielorazowego użytku wraz z kablem o długości 4,5m 2 szt oraz końcówki jednorazowego użytku:
  - do laprotomii - okładki gładkie zakrzywione 30°, jedno opakowanie 5 szt
  - do histerotomii waginalnej - okładki ząbkowane zakrzywione 30°, jedno opakowanie 5 szt
- kleszczyki do laparotomii końcówki zakrzywione, okładki gładkie, długość 280 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4,5 m - 2szt”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 9 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 26**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody haczykowej, płaskiej w kształcie „J” płaszcz izolowany fi 5 mm, długość 360 mm + kabel przyłączeniowy dł. 4,5m - 2 kpl”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 10 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 28**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużki elektrod monopolarnych dł. 139 mm średnica 4mm - 2 szt”

**Odpowiedź:**

Nie.



**Zapytanie nr 11 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 29**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody szpatułkowej prostej 3x28mm w opakowaniu handlowym po 5 szt. 1 opakowanie?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 12 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 30**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody nożowej prostej 1,5x17-20mm długość całkowita 56mm w opakowaniu handlowym po 5 szt. 1 opakowanie?”

**Odpowiedź:**

Tak

**Zapytanie nr 13 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 31**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody szpatułkowej prostej 2,6x13mm długość całkowita 62mm w opakowaniu handlowym po 5 szt. 1 opakowanie?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 14 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 32**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody igłowej, prostej fi 1x29mm, długość 60-65mm w opakowaniu handlowym po szt. 1 opakowanie?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 15 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 37**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla przyłączeniowego do pincet bipolarnych o długości 4,5m - 4 szt.?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 16 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 38**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do konizacji (2 zestawy) składającego się z: - uchwytu do konizacji o długości 14cm średnica 4mm, - pętli do konizacji 10mm, - pętli do konizacji 14mm, (zestaw składa się z 1 uchwytu, 1 opakowania =5szt pętli 10mm, 1 opakowania=5szt pętli 14mm)?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 17 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 39**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu końcówek monopolarnych do konizacji, zestaw zawiera:

- elektroda pętlowa prosta fi. 5mm długość 123mm -- 1 szt.
- elektroda pętlowa 10mm długość 128mm -- 1 szt.
- elektroda pętlowa 15mm długość 133mm -- 1 szt.
- elektroda kulkowa fi 4mm długość 122mm -- 1 szt.
- elektroda kulkowa prosta fi 6mm długość 124mm -- 1 szt.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 18 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 40**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej, współpracującej z systemami bezpieczeństwa i nadzoru nad jakością kontaktu ze skórą pacjenta, wyposażonej w pierścień ekwipotencjalny, elektroda bezkierunkowa, uniwersalna, dla dorosłych i dzieci o wadze powyżej 5 kg, wykonana z materiałów przyjaznych dla skóry pacjenta, minimalizujących ryzyko powstawania oparzeń

i odczynów alergicznych, materiały zgodne z normą EN ISO 10993, opakowanie handlowe 100 szt 2 opakowania?"

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 19 do P.1 (Wyposażenie do Diatermii) punkt 41**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla do jednorazowej elektrody neutralnej o długości 4,5m?"

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 20 do P.1 (Parametry Przystawki Argonowej) punkt 48 i 49**

„Czy Zamawiający dopuści zaofcrowanie zestawu, w którym dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w trybie koagulacji argonowej bezkontaktowej za pomocą aplikatorów:

- bez szpatułki lub ze schowaną szpatułką

- ze szpatułką

operator ustawia tylko moc maksymalną koagulacji a pozostałe parametry koagulacji ustawiane są automatycznie uwzględniając zastosowany do pracy instrument (wymóg opisany w punkcie 45) oraz stan i rodzaj koagulowanej tkanki.?"

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 21 do P.1 (wyposażenie argonowe) punkt 50**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowego uchwytu do aplikatorów argonowych z 2 przyciskami przy pomocy, których możliwe jest także przełączanie programów?"

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 22 do P.1 (wyposażenie argonowe) punkt 51, 52, 53**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opisanych w tych punktach aplikatorów wielorazowych z wysuwaną elektrodą szpatułkową o średnicy 5mm i długościach: 100, 150 i 370mm?"

**Odpowiedź:**

Nie.

**DYREKTOR**  
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz