

Katowickie Centrum Onkologii

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE



http:// www.kco.katowice.pl e-mail: szpital@kco.katowice.pl

tel. 32/2511-761 fax. 32/2514-533

Katowice, dnia 20 10.2016 r.

KCO/AT/ZL/ZP/IOR/ 1930 /2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup upgrade (hardware) stacji roboczej systemu planowania leczenia Monaco
oznaczenie sprawy: KCO/PN/68/2016

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

Zapytanie 1

Przedmiot zamówienia

Uwagi:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia stacji bez monitora.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia stacji bez monitora.

Zapytanie 2

Przedmiot zamówienia

Aktualne brzmienie:

Dysk twardy SSD o pojemności min 200 GB

Uwagi:

Prosimy o rozważenie możliwości zmiany postanowienia poprzez umożliwienie zaoferowania stacji wyposażonej w dysk twardy typu SAS o pojemności min 600GB i 15 000 rpm.

Proponowana zmiana:

Dysk twardy SSD o pojemności min 200 GB

lub

dysk twardy typu SAS o pojemności min 600GB i 15 000 rpm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 3

Projekt Umowy – §1 ust. 3

Aktualne brzmienie:

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie producenta systemu Monaco bądź upoważnionego przez niego podmiotu o poprawności instalacji oraz walidacji platformy pod kątem obliczeń przeprowadzanych przez system Monaco oraz udzielonych licencji.

Uwagi:

Prosimy o rozważenie zmiany postanowienia poprzez doprecyzowanie jego treści.

Proponowana zmiana:

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie producenta systemu Monaco bądź upoważnionego przez niego podmiotu o poprawności instalacji oraz jego walidacji w zakresie określonym wymaganiami, zaleceniami i procedurami producenta systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 4

Projekt Umowy – §2 ust. 1

Aktualne brzmienie:

Termin realizacji umowy wynosi do dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

Uwagi:

Wykonawca proponuje realizację zamówienia w terminie 60 dni – stacja robocza musi zostać zamówiona w USA.

Proponowana zmiana:

Termin realizacji umowy wynosi 60 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Termin realizacji umowy wynika z treści oferty.

Zapytanie 5

Projekt Umowy – §2 ust. 3

Aktualne brzmienie:

Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi; miesięcy licząc od daty podpisania „Protokołu odbioru”.

Uwagi:

Prosimy o rozważenie zmiany postanowienia - umowa precyzuje szczegółowo warunki gwarancji i uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie. Dodatkowe gwarancje i rękojmie powinny zostać wyłączone.

Proponowana zmiana:

Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi: miesięcy licząc od daty podpisania „Protokołu odbioru”.

Strony potwierdzają że wszelkie inne gwarancje i rękojmie, niewskazane w treści niniejszej umowy, zostają wyłączone.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 6

Projekt Umowy – §3 ust. 3

Aktualne brzmienie:

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego „Protokołu odbioru” bez zastrzeżeń.

Uwagi:

Umowa nie precyzuje kryteriów zastrzeżeń, które mogą być podstawą niepodpisania protokołu. Z uwagi na to, że Wykonawca udziela gwarancji, wszelkie wady i usterki stacji roboczej będą usuwane w ramach gwarancji – prosimy o rozważenie możliwości zmiany postanowienia.

Proponowana zmiana:

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego Strony „Protokołu odbioru” bez zastrzeżeń. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu odbioru w przypadku:

1. dostarczenia niekompletnej stacji roboczej;
2. dostarczenia stacji roboczej bez wymaganej dokumentacji;
3. dostarczenia stacji roboczej z widocznymi uszkodzeniami;
4. niedokonania instalacji stacji roboczej.

Odmowa podpisania protokołu przez Zamawiającego z innych przyczyn niż wskazane powyżej, upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania Protokołu odbioru, który będzie wiążący dla Stron.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 7

Projekt Umowy – §3 ust. 5

Uwagi:

Prosimy o rozważenie możliwości dodania postanowienia, zgodnie z którym własność stacji roboczej przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty ceny (zastrzeżenie prawa własności do czasu zapłaty ceny). Umowa nie przewiduje żadnych dodatkowych zabezpieczeń dla Wykonawcy w związku z opóźnieniami w płatności należnego mu wynagrodzenia.

Proponowana zmiana:

Do czasu zapłaty całości wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, dostarczane urządzenia pozostają własnością Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 8

Projekt Umowy – §3 ust. 6

Uwagi:

Prosimy o rozważenie dodania postanowienia dotyczącego możliwości zawieszenia świadczenia usług gwarancyjnych przez Wykonawcę w przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia, po dodatkowym wezwaniu Zamawiającego do uregulowania płatności – takie postanowienie stanowi wyraz symetrycznego rozłożenia ryzyk związanych z realizacją umowy.

Proponowana zmiana:

W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności przez Zamawiającego przekraczającego 30 dni, Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania płatności i wyznaczy w tym celu dodatkowy 15-dniowy termin. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, Wykonawca będzie mógł wstrzymać świadczenie usług gwarancyjnych do czasu uregulowania wszystkich płatności przez Zamawiającego. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności wynagrodzenia Wykonawcy przekracza 60 dni, Wykonawca rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 9

Projekt Umowy – §4 ust. 3

Aktualne brzmienie:

W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 [urządzenia sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane], Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Uwagi:

Prosimy o rozważenie możliwości zmiany postanowienia poprzez wskazanie, że w przypadku wad urządzeń, Zamawiający skorzysta z udzielonej gwarancji.

Proponowana zmiana:

W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający nie może wypowiedzieć umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niesprawności urządzeń, a będzie wtedy upoważniony do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 10

Projekt Umowy – §6 ust. 1

Aktualne brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) w przypadku niewykonania lub niepełnego wykonania umowy przez Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust.1.

- b) za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu zamówienia do 10 dni w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia powyżej 10 dni w wysokości 2% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy następny dzień opóźnienia.
- c) za niesprawność stacji roboczej powyżej 24 godzin od zgłoszenia, Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdą godzinę niesprawności elementu stacji.
- d) za niesprawność stacji roboczej powyżej 48 godzin od zgłoszenia, Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdą godzinę niesprawności elementu stacji.
- e) w przypadku przekroczenia łącznej niesprawności elementu stacji powyżej 5 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od zawarcia umowy, Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze (o co najmniej takich samych parametrach technicznych, funkcjonalności jak urządzenie pierwotnie dostarczone) umożliwiające Zamawiającemu pracę w systemie.
- f) w przypadku przekroczenia łącznej niesprawności elementu stacji powyżej 14 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od zawarcia umowy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe o co najmniej takich samych parametrach technicznych, funkcjonalności i okresie gwarancji jak urządzenie pierwotnie dostarczone (wlicza się okres zastosowania urządzenia zastępczego).

Uwagi:

Prosimy o rozważenie zmiany postanowienia – zaproponowane postanowienia są bardzo rygorystyczne i nieprecyzyjne (wysokość kar umownych oraz brak jasnych przesłanek będących podstawą ich naliczenia).

Proponowana zmiana:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) w przypadkach wskazanych w § 7 ust. 1 i 2 umowy – w wysokości ~~niewykonania lub nienużytego wykonania umowy przez Wykonawcę karę umowną~~ w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.
- b) za zwłokę w dostawie sprzętu ~~opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu zamówienia~~ do 10 dni w wysokości ~~0,5~~ 0,01% ceny brutto ~~netto~~ określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień ~~opóźnienia~~ zwłoki.
- c) za zwłokę w dostawie sprzętu powyżej 10 dni w wysokości ~~2~~ 0,05 % ceny brutto ~~netto~~ określonej w § 3 ust. 1 za każdy następny dzień ~~opóźnienia~~ zwłoki (powyżej 10-tego dnia);
- d) w przypadku nieusunięcia wady stacji roboczej z przyczyn zależnych od Wykonawcy ~~za niesprawność stacji roboczej~~ powyżej w terminie do 24 godzin od zgłoszenia, Zamawiający naliczy karę w wysokości ~~0,1~~ 0,05 % ceny brutto ~~netto~~ określonej w § 3 ust. 1 za każdą godzinę (za każdą godzinę ponad 24 godziny od zgłoszenia) niesprawności elementu stacji nieusunięcia wady;
- e) w przypadku nieusunięcia wady stacji roboczej z przyczyn zależnych od Wykonawcy ~~za niesprawność stacji roboczej~~ w terminie do 48 godzin od zgłoszenia, Zamawiający naliczy karę w wysokości ~~0,5~~ 0,1% ceny brutto ~~netto~~ określonej w § 3 ust. 1 za każdą godzinę (za każdą godzinę ponad 48 godzin od zgłoszenia) niesprawności elementu stacji nieusunięcia wady;
- f) w przypadku przekroczenia łącznej niesprawności elementu stacji, z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy, powyżej 5 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od zawarcia umowy, Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze (o co najmniej takich samych parametrach technicznych, funkcjonalności jak urządzenie pierwotnie dostarczone) umożliwiające Zamawiającemu pracę w systemie.
- g) w przypadku przekroczenia łącznej niesprawności elementu stacji z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy, powyżej 14 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od zawarcia umowy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe o co najmniej takich samych parametrach technicznych, funkcjonalności i okresie gwarancji jak urządzenie pierwotnie dostarczone (wlicza się okres zastosowania urządzenia zastępczego).

Kary umowne wskazane w ust. 1 nie sumują się. Rozpoczęcie naliczania kary umownej zgodnie z ust. 1 c powyżej, wstrzymuje naliczanie kary umownej z ust. 1 b powyżej. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w przypadku ust. 1 d i 1 e.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 11

Projekt Umowy – §6 ust. 2

Aktualne brzmienie:

Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilno – prawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

Uwagi:

Prosimy o rozważenie możliwości dodania postanowienia przewidującego ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy – Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność w ściśle określonych granicach i bez prawa automatycznego potrącania kary umownej z wynagrodzenia.

Proponowana zmiana:

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy jest ograniczona ze wszystkich tytułów, w tym z tytułu kar umownych, do łącznej kwoty stanowiącej równowartość należnego wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 3 umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje utraconych korzyści i jest ograniczona do szkód bezpośrednich. Zamawiający nie ma prawa potrącen kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 12

Projekt Umowy – §7 ust. 1

Aktualne brzmienie:

Za nie wykonanie umowy uznaje się nie podpisanie przez Strony „Protokołu odbioru” do 10 dni kalendarzowych ponad termin określony w §2 ust. 1.

Uwagi:

Prosimy o rozważenie możliwości zmiany postanowienia – ze względu na niesprecyzowanie podstaw odmowy podpisania protokołu, o niewykonaniu umowy można mówić tylko w przypadku niedostarczenia urządzeń z winy Wykonawcy.

Proponowana zmiana:

Za niewykonanie umowy uznaje się niedostarczenie przez Wykonawcę stacji roboczej w terminie 10 dni kalendarzowych ponad termin określony w §2 ust. 1, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 13

Projekt Umowy – §7 ust. 2

Aktualne brzmienie:

Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się:

- brak zapewnienia urządzenia zastępczego umożliwiającego Zamawiającemu pracę w systemie na czas naprawy (o co najmniej takich samych parametrach technicznych, funkcjonalności jak urządzenie pierwotnie dostarczone) w przypadku niesprawności elementu stacji powyżej 5 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od zawarcia umowy, w terminie do 3 dni od otrzymania wezwania,
- brak wymiany urządzenia na nowe (o co najmniej takich samych parametrach technicznych, funkcjonalności i okresie gwarancji jak pierwotnie dostarczone) w przypadku niesprawności urządzenia powyżej 14 dni roboczych/obejmuje także okres zastosowania urządzenia zastępczego, w terminie do 3 dni od otrzymania wezwania,
- nie wykonanie prac niezbędnych dla pracy stacji, zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
- odmowa płatności z tytułu kar umownych.

Uwagi:

Prosimy o rozważenie zmiany postanowienia – Wykonawca nie może być karany podwójnie za ten sam przypadek niewykonania umowy – np. w przypadku zwłoki w naprawie i nie wykonania prac niezbędnych dla pracy stacji.

Proponowana zmiana:

Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się:

- a) brak zapewnienia urządzenia zastępczego umożliwiającego Zamawiającemu pracę w systemie na czas naprawy (o co najmniej takich samych parametrach technicznych, funkcjonalności jak urządzenie pierwotnie dostarczone) w przypadku wskazanym w §6 ust. 1 f), w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania wezwania,
- b) brak wymiany urządzenia na nowe (o co najmniej takich samych parametrach technicznych, funkcjonalności i okresie gwarancji jak pierwotnie dostarczone) w przypadku w przypadku wskazanym w §6 ust. 1 g), w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania wezwania,
- e) ~~nie wykonanie prac niezbędnych dla pracy stacji, zgodnie z potrzebami Zamawiającego;~~
- d) ~~odmowa płatności z tytułu kar umownych.~~

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 14

Projekt Umowy – §7 ust. 3

Uwagi:

Prosimy o rozważenie możliwości dodania postanowienia, które wskaże warunki, w których Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczenia usług gwarancyjnych – dotyczy to okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Proponowana zmiana:

Wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub jakimkolwiek podmiotom trzecim, w tym z tytułu gwarancji, jest wyłączona w następujących przypadkach:

1. niedopełnienia przez Zamawiającego wymogów dotyczących stacji roboczej i warunków jej eksploatacji;
2. stosowania niewłaściwych, niezgodnych z zaleceniami producenta lub Wykonawcy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych;
3. uszkodzenia stacji roboczej poprzez niewłaściwe obchodzenie się z nią przez Zamawiającego (uszkodzenia mechaniczne) bądź niewłaściwe podłączenie stacji roboczej;
4. niewłaściwego zabezpieczenia stacji roboczej przed ingerencją czynników zewnętrznych lub osób trzecich, łącznie ze szkoda będącą wynikiem awarii prądu, klimatyzacji czy zlej wilgotności, braku należytej staranności w obsłudze;
5. naprawy czy próby napraw stacji roboczej podjętych przez podmioty trzecie lub osoby nieupoważnione; naruszenia warunków licencyjnych oprogramowani stacji roboczej lub warunków gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

D Y R E K T O R
 Katowickiego Centrum Onkologii
 lek. med. Włodzimierz Migacz

[Handwritten signature]