



Katowickie Centrum Onkologii

ul. RACIBORSKA 26 40-074 K A T O W I C E

http:// www.kco.katowice.pl

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZL/ZP/GP/ 662/17

Katowice, dnia 30.05.2017 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 Euro na dostawę, montaż i uruchomienie systemu angiografu w Sali operacyjnej (hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym w Katowickim Centrum Onkologii
znak sprawy: K.C.O./PN/ 20 /2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Katowickie Centrum Onkologii dokonuje:

- zmiany w Załączniku nr 6 do SIWZ w miejscu „**Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem o funkcjonalności jak poniżej:**”

	Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem o funkcjonalności jak poniżej:	Tak, podać model/producenta		
145	Komplet złożony z: - dotykowy panel sterowania - statyw wstrzykiwacza - głowica wstrzykiwacza na ruchomym ramieniu wyposażona w uchwyt do swobodnego manewrowania głowicą oraz osłonę ciśnieniową, przystosowana do jednorazowych wkładów o pojemności min. 100 ml - jednostka zasilająca zintegrowana ze statywem - kabel interfejsu do sprzężenia z aparatem RTG	Tak		
146	Przechowywanie protokołów iniekcji w pamięci urządzenia	Tak, podać: min. 8 protokołów		
147	Ciśnienie PSI	≤ 1200		
148	Napełnianie wkładów: ręczne lub automatyczne,	Tak		
149	Natężenie przepływu programowalne w zakresie do min.40 ml/s (wzrost, co 0,1 ml/s)	Tak		
150	Pojedyncze iniekcje programowane	Tak		
151	Komunikaty informujące o obecności	Tak		

	powietrza w napełnionym wkładzie			
152	Funkcja „asystenta obsługi” – wyświetlanie na ekranie panelu sterowania opisów kolejnych kroków niezbędnych do bezpiecznego przeprowadzenia iniekcji	Tak		

- zmiany w Załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

w § 1 dopisuje się ust. 13,14,15, które otrzymują brzmienie:

13. dostawę wkładów do wstrzykiwacza na wezwanie Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia składanego przy pomocy faxu do Wykonawcy z realizacją do 14 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.
14. Wykonawca zapewnia po wyczerpaniu umowy w zakresie wkładów dalsze zaopatrzenie we wkłady na podstawie kolejnej umowy w cenach wkładów tożsamych do złożonej oferty z dniaDopuszcza się zmianę ceny w zakresie zmiany stawki podatku VAT i o wskaźnik inflacji.
15. W sytuacji dostępności na rynku wkładów w cenach niższych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zakupu w cenie rynkowej w przypadku, w którym Wykonawca nie obniży ceny do ceny rynkowej wkładów.

w § 2 w ust. 1 dopisuje się lit. d), która otrzymuje brzmienie:

- d) Wynagrodzenie za wkłady do wstrzykiwacza zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa
- Oferta cenowa
 netto zł,
 podatek VAT %:
 cena bruttozł

w § 6 w ust. 1 dopisuje się lit.e), lit. f), które otrzymują brzmienie:

e) Za opóźnienie w dostawie wkładów do wstrzykiwaczy Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie dostarczenie całości zamawianej ilości wkładów do 28 dni od dnia złożenia zamówienia będzie stanowiło nienależyte wykonanie umowy.

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do awaryjnego zakupu wkładów dokonanego z powodu opóźnienia dostawy powyżej 5 dni ponad termin wynikający z umowy. W takim wypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wynikającymi z różnicy pomiędzy ceną z umowy, a ceną awaryjnego zakupu towaru.

- zmiany terminu składania i otwarcia ofert

składanie ofert do dnia 14.06.2017r. do godz. 10:00 w kancelarii dyrektora Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach przy ul. Raciborskiej 26

otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2017r. o godz. 11:00 w Sekcji Zamówień Publicznych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 28 (budynek Przychodni, II piętro).

Uwaga!

Potwierdzenie wniesienia wadium należy złożyć w Kancelarii Dyrektora do dnia 14.06.2017r. do godz. 10:00

Załączniki:

- Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta cenowa – zmiana z dnia 30.05.2017
- Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 6 do SIWZ – zmiana z dnia 30.05.2017

DYREKTOR
 Katowickiego Centrum Onkologii

2

lek. med. Włodzimierz Migacz