



Katowickie Centrum Onkologii

ul. RACIBORSKA 26 40-074 K A T O W I C E

[http://: www.kco.katowice.pl](http://www.kco.katowice.pl)

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZL/ZP/JW/ 661/17

Katowice dnia 30.05.2017r.

dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie rękawic ochronnych jednorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
Znak sprawy: K.C.O./PN/ 30 /2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic lateksowych mikroteksturowanych na całej powierzchni (antypoślizgowych). Takie rękawice mają większą wartość użytkową, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa. Zamawiający będzie miał możliwość weryfikacji takich rękawic, ponieważ SIWZ wymaga dołączenia do oferty próbek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 pozycji nr 2 rękawic diagnostycznych lateksowych posiadających warstwę antypoślizgową - teksturę na całej powierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 pozycji nr 2 rękawic diagnostycznych lateksowych z gładką powierzchnią.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4.

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe z teksturą na końcach palców?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 5.

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane o powierzchni gładkiej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6.

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe z teksturą na końcach palców?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz