



Katowickie Centrum Onkologii

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

<http://www.kco.katowice.pl>

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZLZPIR/W 1179/17

Katowice, dnia 20.09.2017 r.

Zapytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii

oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 44 /2017

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 42 poz. 1

„Ze względu na rodzaj jednostki handlowej, jaką jest dla tego produktu opakowanie, zawierające 20 sztuk, prosimy o zmianę jednostki miary na 2 op. (40 szt.) lub 3 op. (60 szt.). Sprzedaż tego produktu jest wyłącznie na opakowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia ilość z 50 szt. na 60 szt., dopuszcza wycenę za opakowanie.

Zapytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 42 poz. 2

„Ze względu na rodzaj jednostki handlowej, jaką jest dla tego produktu opakowanie, zawierające 25 sztuk, prosimy o zmianę jednostki miary na 4 op. (100 szt.) lub 5 op. (120 szt.). Sprzedaż tego produktu jest wyłącznie na opakowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia ilość z 110 szt. na 100 szt., dopuszcza wycenę za opakowanie.

Zapytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 64 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie złożenie oferty na zestaw zawierający zewnętrzną nakładkę prostą, okrągłą i w kształcie półwałka, rozmiary 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24 Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 17 poz. 34 do 40

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 17 poz. od 34 do 40 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 34

„Prosimy o dopuszczenie ustnika jednorazowego z gumką tekstylną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.

Zapytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 25

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i czy wymagania dodatkowe (wypisane pod pakietem) nie powinny dotyczyć pozycji nr 1 ?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poprawia omyłkę pisarską – wymagania dodatkowe dotyczą pozycji nr 1.

Zapytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 35

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o następujących parametrach :

Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. W celu łatwej identyfikacji wersja dotętnicza częściowo zabarwiona na czerwono. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 35

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o następujących parametrach :

Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml, nieprzezroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier lub bezdotykowy aplikator. Do wyboru przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 44 poz. 3

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy żołądkowej o długości 50cm. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 48

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby łącznik do drenów był sterylny ?”

Odpowiedź:

Wymaga sterylnego.

Zapytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 2 poz. 2-5

„poz. 2-5 czy zamawiający wymaga wzierników pakowanych w opakowania papier-folia zapewniające szczelność a przez to sterylność?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 3 poz. 51

„Czy zamawiający w związku z dużym zróżnicowaniem asortymentowym pakietu 3 wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 51 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców oraz uzyskanie zamawiającemu korzystniejszej ceny ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 7 poz. 1

„poz. 1 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt z przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 7 poz. 2, 3

„Poz. 2,3 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt z przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

„Czy zamawiający wymaga w poz. 1 przyrząd bez zawartości ftalanów?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2

„Czy zamawiający wymaga w poz. 2 przyrząd bez zawartości ftalanów?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

„Czy zamawiający w poz. 1 dopuści komorę o długości min. 5 cm w części przezroczystej?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 12

„Czy Zamawiający dopuści Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu oraz w zbiorczym opakowaniu zawierającym 100 szt.?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 12

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 12

„Czy zamawiający dopuści ostrza w opakowaniu zbiorczym z rysunkiem wszystkich rozmiarów ostrzy na opakowaniu ?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 12

„Czy zamawiający dopuści ostrza z wygrawerowanym numerem na ostrzu?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 14 poz. 1

„poz. 1 Czy zamawiający dopuści basen płaski o pojemności 1,7 l?”

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 15 poz. 1

„poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie 144 szt z przeliczeniem ilości opakowań w górę?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie.

Zapytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 17 poz. 59, 73, 83, 85

„Czy zamawiający w związku z dużym zróżnicowaniem asortymentowym pakietu 17 wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 59,73,83,85 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców oraz uzyskanie zamawiającemu korzystniejszej ceny?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 17 poz. 84

„Poz. 84 czy zamawiający oczekuje zestaw do lewatywy?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1

„Czy Zamawiający miał na myśli w **Pakiecie nr 2 poz. 1** szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. oraz wymaganiami PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.”

Odpowiedź:

Szczoteczki typu wachlarzyk (miotelka) umożliwiające pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy, dopuszczone do obrotu i używania w kraju, zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Zapytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 7 poz. 68

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Pakietu nr 7 poz. 68** do odrębnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wykonania przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.”

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy Pakietu nr 17 poz. 68 – Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 35

„Czy Zamawiający dopuści łącznik, który posiada badania na wielokrotne podawanie przez łącznik bez konieczności wymiany: cylostatyków, krwi, krwiopochodnych i lipidów. Łącznik, który posiada przepływ powyżej 9,5l/godz. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty a Zamawiającemu na uzyskanie bardzo dobrego sprzętu o konkurencyjnych cenach.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrod gruszek w jednym kolorze.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody typu H92SG, przy pozostałych parametrach bez zmian. Wskazanie nazwy elektrody wskazuje konkretnego producenta co stoi w sprzeczności z zasadami równego traktowania wykonawców.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 13 poz. 6

„Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza papier kompatybilny?”

Odpowiedź:

Dopuszcza papier kompatybilny.

Zapytanie nr 32 – dot. Pakietu nr 13 poz. 11

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o rozmiarze 210mm x 150mm x 200 arkuszy z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 14 sztuk.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 13 poz. 12

„Czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?”

Odpowiedź:

Bez nadruku.

Zapytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 13 poz. 13

„Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganych ilości papieru. Czy Zamawiający faktycznie oczekuje 300 opakowań papieru (w każdym opakowaniu 50 składanek) czyli 15.000 sztuk papieru?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poprawia omyłkę pisarską – jednostka miary ma być szt. a nie op.

Zapytanie nr 35 – dot. §1 ust. 2 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).”

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie nr 36 – dot. §1 ust. 3a - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację §1 ust. 3a projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmiennym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą."

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 35 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 35 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany sterylnie papier-folia po 2 szt. (czerwony i niebieski) z przeliczeniem zamawianej ilości?"

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 53

„Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 90 cm?"

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 53

„Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 3 m?"

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 61 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez kolanka podwójnie obrotowego?"

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 61 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z nebulizatorem pakowanym osobno?"

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 61 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z nebulizatorem bez kodowania kolorystycznego?"

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 61 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z rurami o długości 1,8m?"

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

1. 27 4 20 20 20 20

Zapytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 61 poz. 2-3

„Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z rurą wydechową rozciągliwą do 50 cm?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 61 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści łyżki z metalową podstawą łyżki, z wymaganym oznaczeniem po obu stronach wyprowadzenia światłowodu, przy zachowaniu pozostałych wymagań?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 16 poz. 1,2,3,4

„Poz. 1.2.3.4. Czy Zamawiający dopuści łyżki jednorazowego użytku, światłowodowe do rękocyfki światłowodowych, metalowe?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 16 poz. 5,6,7,8

„Poz. 5.6.7.8. Czy Zamawiający dopuści łyżki jednorazowe, standardowe, z źródłem światła w łyżce z diodą LED?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 45 poz. 1,2

„Poz. 1,2. Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarze <28cm, 28-34cm i powyżej 34 cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 50 – dot. Pakietu nr 61 poz. 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 do osobnego pakietu co pozwoli na uzyskanie korzystniejszej ceny?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 61 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści pakowanie folia- papier?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 61 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści wyraźne oznakowanie łyżki symbolem jednorazowego użytku (przekreślona cyfra 2) na części metalowej łyżki?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 13 poz. 6

„Poz. 6 Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego wyprodukowanego przez firmę Sony, czy dopuszcza papier kompatybilny wyprodukowany przez innego producenta?”

Odpowiedź:

Dopuszcza papier kompatybilny.

Zapytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 13 poz. 12

„Poz. 12 Czy nie nastąpiła pomyłka w podaniu rozmiaru papieru, ponieważ wg ulotki producenta defibrylatora DEFIMax posiada rozmiar 57mm.”

L. M. M. S. A. C.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poprawia omyłkę pisarską – rozmiaru papieru ma być 57mm a nie 50mm.

Zapytanie nr 55 – dot. Pakietu nr 13 poz. 13

„Poz. 13 Prosimy o sprecyzowanie wymaganej ilości papieru. Czy Zamawiający ma na myśli łączną ilość tzn. 15 000 składanek, ponieważ wg opisu asortymentu każde opakowanie winno zawierać (a' 50 składanek).”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poprawia omyłkę pisarską – jednostka miary ma być szt. a nie op.

Zapytanie nr 56 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4

„Poz. 4 Czy Zamawiający wymaga elektrod klamrowych dla dzieci czy dla dorosłych?”

Odpowiedź:

Dla dorosłych.

Zapytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5

„Poz. 5 Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści elektrody o wymiarach 42x36, i parametrach podanych w tej pozycji?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 58 – dot. Pakietu nr 24 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kołec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przezroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przezroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 59 – dot. Pakietu nr 24 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kołec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przezroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przezroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 60 – dot. Pakietu nr 25 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kołec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przezroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z

filtrem, linia podaży leku przezroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 61 – dot. Pakietu nr 26 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kołec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przezroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przezroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 62 – dot. Pakietu nr 26 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kołec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przezroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przezroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 63 – dot. Pakietu nr 3 poz. 51

„Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym liście). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 64 – dot. Pakietu nr 25 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 25 i stworzy osobny pakiet?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 65 – dot. Pakietu nr 26 poz. 2, 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 oraz pozycji 3 z Pakietu nr 26 i stworzy osobny pakiet?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 66 – dot. Pakietu nr 3 poz. 51

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 51 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przłoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 67 – dot. Pakietu nr 21 poz. 1

„Czy zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową, hydrożel, dzieloną, dla dorosłych i dzieci, 176x122mm, powierzchnia czynna 110cm², opakowanie 10x5szt.?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 68 – dot. Pakietu nr 20

„Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 worek z automatyczną prowadnicą o średnicy 10 mm, z pełną metalową rozkładaną obręczą o średnicy otworu wejściowego 8 cm, z podwójnie wzmocnionym dnem, membraną o podwyższonej wytrzymałości, o pojemności 250 ml, o rozmiarach 9 cmx14,5 cm?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 69 – dot. Pakietu nr 20

„Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 worek z automatyczną prowadnicą o średnicy 10 mm, z pełną metalową rozkładaną obręczą, z podwójnie wzmocnionym dnem, membraną o podwyższonej wytrzymałości, o pojemności 600 ml, o rozmiarach 13cmx180 cm?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 70 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie elektrod tylko w kolorze niebieskim?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 71 – dot. Pakietu nr 1 poz. 8-10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 8-10 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 72 – dot. Pakietu nr 3 poz. 50

„Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego, rozm.CII 20 (6,5mmx4,5mm, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 73 – dot. Pakietu nr 3 poz. 60, 61

„Czy Zamawiający dopuści sondy pediatryczne do żywienia z oznacznikami długości co centymetr od 4 do 40cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 74 – dot. Pakietu nr 3 poz. 60, 61

„Czy Zamawiający dopuści sondy pediatryczne do żywienia wyposażone w nasadkę z zatyczką nieprzeźroczystą?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 75 – dot. Pakietu nr 3 poz. 62

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 62 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 76 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne w op.a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 77 – dot. Pakietu nr 6 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 50x50cm a'80szt w rolce z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 78 – dot. Pakietu nr 6 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 50x80cm a'50szt w rolce z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 79 – dot. Pakietu nr 6 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 50x80cm a'50szt w rolce?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 80 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-3

„Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 81 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści op.a'70szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 82 – dot. Pakietu nr 9 poz. 7


„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 7 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 83 – dot. Pakietu nr 30 poz. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.”



Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 84 – dot. Pakietu nr 30 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści rękawice bezlateksowe w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice w op. a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Parametry zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 85 – dot. Pakietu nr 45 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne do fototerapii rozm. 29-35,5?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 86 – dot. Pakietu nr 45 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne do fototerapii rozm. 31-37,5?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 87 – dot. Pakietu nr 59

„Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania bezpiecznego wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE, który posiada etykietę z min. 2 elementami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 88 – dot. Pakietu nr 59

„Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania bezpiecznego wyrobu medycznego, który spełnia wymagania normy PN-EN ISO 10993 cz. 5 wyrób nie jest cytotoksyczny i cz. 10 - wyrób nie powoduje uczuleń i podrażnień?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 89 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?”

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nic jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenia uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie nr 90 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienie” i „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłoka” i „zwłoki”?”

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 91 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie § 8 ust. 2 lit. d) wzoru umowy?”

Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, karę umowną można zastrzec na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Jak słusznie stwierdził m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 marca 2014 r. I ACa 1112/13: „kategoryczne brzmienie art. 483 § 1 k.c. nie pozostawia wątpliwości co do tego, że kara umowna może być zastrzeżona wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązaniu niepieniężnego. Norma ta ma charakter iuris cogentis, co oznacza, że zastrzeżenie kary umownej w stosunku do zobowiązania pieniężnego jest niedopuszczalne, choćby strony w umowie postanowiły inaczej.” Zastrzeżenie w § 8 ust. 2 lit. c) kary umownej na wypadek odmowy zapłaty kary umownej, czyli w wypadkach niewykonania zobowiązania pieniężnego, pozostaje zatem w sprzeczności z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego i wymaga wykreślenia. W razie braku wykreślenia zastrzeżenie to będzie nieważne z mocy art. 58 § 1 i § 3 w zw. z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 92 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie § 8 ust.3 wzoru umowy?”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „kara umowna to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody”. Kara umowna równa wniesionemu zabezpieczeniu jest bardzo wysoka i całkowicie niezależna od wysokości potencjalnej szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Taka kara umowna jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 93 – dot. Pakietu nr 26 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie **pakiecie 26 pozycja 1**, sterylnego przyrządu **Ekstra Spike Plus KabiPac** do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Lucr Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zafraskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny (0,3 µm) i filtr cząsteczkowy (5µm), bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 94 – dot. Pakietu nr 26 poz. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pakiecie 26 pozycja 3, sterylnego przyrządu Extra-Spike Plus Chemo czerwony, do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek (w tym leków cytostatycznych), posiadający ostry kołec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny (0,2 µm) i filtr cząsteczkowy (5µm), bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 95 – dot. Pakietu nr 51 poz. 2

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 51 w pozycji 2 wymaga, aby wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją ssania posiadał budowę umożliwiającą bezpieczne wsunięcie pod łóżko pacjenta (wysokość do 25 cm i stabilna podstawa niewymagająca mocowania stojaka)?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 96 – dot. Pakietu nr 61 poz. 4

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 61 w pozycji 4 wymaga, aby łyżka do laryngoskopu posiadała system zapobiegający dotykaniu końca łyżki do uchwytu po użyciu, zmniejszający ryzyko przenoszenia drobnoustrojów, wirusów i bakterii?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 97 – dot. Pakietu nr 61 poz. 4

„Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie nr 61 w pozycji 4 tj. łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 98 – dot. Pakietu nr 61 poz. 4

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 61 w pozycji 4 dopuści łyżkę do laryngoskopu z wyraźnym oznakowaniem typu i rozmiaru łyżki oraz symbolu „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) naniesionym na części plastikowej (tył mocowania łyżki), pakowaną folia-papier, spełniającą wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 99 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych komora kropłowa w części przezroczystej 4 cm.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 100 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

„Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie jednostkowe było oznaczone w kolorze niebieski tak jak oznacza się infuzję.”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 101 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-3, poz. 6

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania a’ 100 szt.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 102 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania a’ 80 szt.”

Odpowiedź:

Nic.

Zapytanie nr 103 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach strzykawek dwuczęściowych z rozszerzona skalą o 20 %.”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 104 – dot. Pakietu nr 9 poz. 7

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie korzystaj oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 105 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1-2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp 50/60 ml.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 106 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1-2

„Czy Zamawiający wymaga strzykawek do pomp z podwójną skalą pomiarową.”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 107 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1-2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie decyzji producenta pomp o możliwości użycia strzykawki niw spisanej w menu pompy AP12, AP14, AP 22, AP 33 i Medima.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 108 – dot. Pakietu nr 35

„Prosimy o dopuszczenie bezigłowego portu dostępu dożylnego w całości przezroczystego o przepływie 312 ml/min w objętości wypełnienia 0,08 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z siwz.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 109 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6


„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych elektrod o średnicy 25mm spełniających pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 110 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych elektrod pakowanych a’3sztuki z przeliczeniem zamawianych ilości na 167opakowań?”



Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 111 – dot. Pakietu nr 1 poz. 11

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnej pasty w opakowaniu a*250ml spełniającej pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 112 – dot. Pakietu nr 6 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego podkładu o szerokości 50cm, długości 50m oraz perforacji co 38cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 113 – dot. Pakietu nr 14 poz. 1, 2, 3

„Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane produkty posiadały wkład żelujący zabezpieczający przed rozlaniem zawartości co zapewnia pełny komfort i bezpieczeństwo użytkownika wyrobów?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 114 – dot. Pakietu nr 24 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych aktualnie stosowanych aparatów o zakresie regulacji 5-250ml/h (z możliwością ustawienia przepływu „0) z podziałką 5ml/h, 10ml/h, 20ml/h, 30ml/h spełniających pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 115 – dot. Pakietu nr 24 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych aktualnie stosowanych aparatów jedynie z zaciskiem rolkowym umożliwiającym szybkie przerwy w infuzji spełniających pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 116 – dot. Pakietu nr 24 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych aktualnie stosowanych aparatów o zakresie regulacji 5-250ml/h (z możliwością ustawienia przepływu „0) z podziałką 5ml/h, 10ml/h, 20ml/h, 30ml/h spełniających pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 117 – dot. Pakietu nr 24 poz. 1, 2

„Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane produkty posiadały na końcu drenu filtr hydrofobowy umożliwiający bezpieczne wypełnienie linii bez wycieku leku?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 118 – dot. Pakietu nr 26 poz. 2

„Z uwagi na różne aparaty występujące na rynku prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie oczekiwał aparatów o standardowej długości drenu 150-180cm?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie nr 119 – dot. Pakietu nr 30 poz. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych fartuchów bez nacięcia, ale o konstrukcji umożliwiającej bezpieczne zdjęcie spełniających pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 120 – dot. Pakietu nr 30 poz. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych fartuchów bez zaczepu na kciuk, ale o szczególnie przylegającym mankiecie zapobiegającym przed zsuwaniem się rękawic i podwijaniu mankieta spełniających pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 121 – dot. Pakietu nr 30 poz. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych fartuchów spełniających normę EN 14126:2004 traktującą o odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (jako równoważna do EN 374-2 oraz ASTM F1670, ASTM F1671), spełniających pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 122 – dot. Pakietu nr 30 poz. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych fartuchów spełniających normę EN 14605:2009 traktującą o odzieży chroniącej przed ciekłymi chemikaliami -- (jako równoważna do EN 374-3 oraz ASTM F379-96), spełniająca wymagania dla 6 najpopularniejszych cytostatyków na najwyższym poziomie, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 123 – dot. Pakietu nr 30 poz. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych fartuchów zarejestrowanych jako Środek Ochrony Indywidualnej, spełniających pozostałe wymogi SIWZ? Zgodnie z przyjętą definicją wyrobu medycznego fartuchy mające za zadanie ochronę personelu nie mogą być rejestrowane jako wyroby medyczne. Aktualnie obowiązujące dyrektywy, rozporządzenia i wytyczne przewidują stosowanie wyposażenia ochronnego rejestrowanego jako Środki Ochrony Indywidualnej przez cały personel pracowni leków cytotoksycznych.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 124 – dot. Pakietu nr 60 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie większej liczbie firm atrakcyjnej cenowo oferty?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 125 – dot. §1 ust. 2 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy warunków umowy § 1 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 126 – dot. §1 ust. 3a - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy warunków umowy § 1 ust 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„niezmienność cen brutto za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 127 – dot. §5 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 128 – dot. §5 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 129 – dot. §6 ust. 2 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy warunków umowy § 6 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację dot. wad fizycznych jak również jakości przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania reklamacji na piśmie.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 130 – dot. §7 ust. 2 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 500,00 zł na 100,00 zł?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 131 – dot. §9 ust. 1 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 132 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„W związku z brakiem zamieszczenia w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ postanowienia, przewidującego zmianę (wzrost) ceny w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości stawek podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny:

Handwritten signature and initials

„Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 133 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu ochronnego w rozmiarze 50 cm szerokości, 50 m długości i perforacji co 50 cm, tj. 100 odcinków na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych rolek tj. 480 rolek. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty.”

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2 - Nie.

Zapytanie nr 134 – dot. Pakietu nr 8 poz. 3

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu ochronnego w rozmiarze 50 cm szerokości, 50 m długości i perforacji co 80 cm, tj. 62,5 odcinków na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych rolek tj. 400 rolek. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty.”

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3 - Nie.

Zapytanie nr 135 – dot. Pakietu nr 8 poz. 4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu ochronnego w rozmiarze 50 cm szerokości, 50 m długości i perforacji co 80 cm, tj. 62,5 odcinków na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych rolek tj. 240 rolek. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty.”

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4 - Nie.

Zapytanie nr 136 – dot. Pakietu nr 8 poz. 5

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu ochronnego w rozmiarze 33 cm szerokości, 50 m długości i perforacji co 50 cm, tj. 100 odcinków na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych rolek tj. 140 rolek. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty.”

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5 - Nie.

Zapytanie nr 137 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2, 4

„Prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 4 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 138 – dot. Pakietu nr 16 poz. 1, 2, 3, 4

„Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 4 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 139 – dot. Pakietu nr 21 poz. 1, 2

„Prosimy o odstąpienie od wymogu naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej i dopuszczenie elektrod posiadających datę ważności nadrukowaną na opakowaniu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 140 – dot. Pakietu nr 21 poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie powierzchni aktywnej 125 cm²”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 141 – dot. Pakietu nr 53 poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie długości kabla 0,9 m”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 142 – dot. Pakietu nr 61 poz. 4

„Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność

Prosimy o dopuszczenie łyżek wykonanych z tworzywa”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 143 – dot. §1 ust. 3 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 144 – dot. §7 ust. 1, 2 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1. Za opóźnienie w dostawie, o której mowa w §2.3 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia.
2. Za brak wyładunku i wniesienia towaru do Apteki oraz do Magazynu Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewyładowanego i niewniesionego towaru.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 145 – dot. Pakietu nr 56 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka ileostomijnego spełniającego wymogi SIWZ z otworem wyjściowym 10 mm z możliwością przycięcia 55/70 mm (wys. x szer.) ?

LUB

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka ileostomijnego spełniającego wymogi SIWZ z otworem wyjściowym 15 mm z możliwością przycięcia 60 mm ?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 146 – dot. Pakietu nr 56 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka ileostomijnego spełniającego wymogi SIWZ z otworem wyjściowym 10 mm z możliwością przycięcia 70/90 mm (wys. x szer.) ?

LUB

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka ileostomijnego spełniającego wymogi SIWZ z otworem wyjściowym 15 mm z możliwością przycięcia 90 mm ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 147 – dot. Pakietu nr 56 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka ileostomijnego spełniającego wymogi SIWZ z otworem wyjściowym 55 mm oraz płytką kompatybilną z workiem o rozmiarze pierścienia 55 mm ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 148 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 149 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Prosimy Zamawiającego o zmianę §1 ust. 3a) wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca gwarantuje niezmiennosc cen netto przez cały okres obowiązywania umowy. Wartość brutto umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 150 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: „Za zwłokę w dostawie Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 151 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów §7 ust. 2 wzoru umowy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 152 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wniesienia towaru do magazynu Zamawiającego i odstąpienie od naliczenia z tego tytułu kary umownej, która jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do zawinięcia.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 153 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Prosimy Zamawiającego o zmianę §9 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 154 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Prosimy o zmianę zapisu §7 ust. 4 wzoru umowy na: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 155 – dot. Pakietu nr 38

„Czy Zamawiający ma na myśli zestaw składający się z maski tlenowej dla dorosłych z drenem, o dł. 210 cm - maska wykonana z miękkiego, z medycznego przezroczystego polipropylenu z elastomerowym mankietem dopasowującego się do anatomicznej budowy twarzy. Maski te są o 50% lżejsze niż tradycyjne maski z PCV, dzięki temu wygodniejsze dla pacjenta, bez metalowej klamry, bowiem zagięty szczelnie mankiet noowy eliminuje konieczność stosowania metalowej blaszki i skutecznie zapobiega przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, jednocześnie można taką maskę bezpiecznie stosować w środowisku MRI, maska pozbawiona jest ftalanów, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 156 – dot. Pakietu nr 38

„Czy Zamawiający ma na myśli zestaw do nebulizacji dla dorosłych składający się z maski tlenowej z nebulizatorem typu Cirrus 2 i drenem 2,1m dla dorosłych wykonanej z polipropylenu (pozbawiona PVC, a co za tym idzie nie zawierająca ftalanów); sztywny, lekki korpus pozbawiony elementów metalowych (przyjazna środowisku MRI, niemożliwe odkształcenie maski); szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający; dostosowująca się do różnej wielkości twarzy, dopasowująca się do anatomicznego kształtu. Maska posiada regulację obwodu głowy w celu umożliwienia dopasowania do każdego kształtu głowy. Nebulizator typu Cirrus 2 o pojemności 10ml, wyskalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Rozmiar: Dorosły. Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 157 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1-3

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przyrządy mają być pakowane w opakowanie folia-papier?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 158 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

„1/ Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny za opakowanie strzykawek z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym lub możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.

2/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy strzykawki mają posiadać długość skali na cylindrze odpowiadającej pojemności nominalnej strzykawki tj. bez rozszerzenia?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zapewnienia gładkości przesuwu tłoka, jego stabilności oraz zapewnieniu pewnego chwytu zwężenie tłoka strzykawki ma być nie większe niż 25%-30% całej długości tłoka?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 159 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1, 2

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, które będą stosowane niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 160 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1A-1E

„1/ Czy Zamawiający oczekuje od wykonawców aby przedstawili stosowne dokumenty producenta strzykawki potwierdzające kompatybilność strzykawek z grupą leków cytostatycznych w celu uniknięcia zdarzeń niepożądanych tzn. reakcji materiału z którego jest wykonana strzykawka z lekiem, w konsekwencji do utracenia szczelności strzykawki i wypływem leku?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy materiał z którego wykonana jest strzykawka powinien być wolny od lateksu, DEHP oraz PCV?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy tłok i cylinder mają być wykonane z polipropylenu, co wpływa na precyzyjność przesuwu tłoka i szczelność strzykawki?"

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 161 – dot. Pakietu nr 12 poz. 1-8

„1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opakowanie zbiorcze ostrzy ma być zewnętrznie pokryte folią, co zabezpiecza opakowanie przez wilgocią, tak jak w ostrzach obecnie stosowanych w Państwa Placówce?"

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na indywidualnym opakowaniu ostrza ma się znajdować informacja o materiale z jakiego wykonane jest ostrze, tak jak w ostrzach obecnie stosowanych w Państwa Placówce?"

Odpowiedź:

1. Dopuszcza, nie wymaga.
2. Tak.

Zapytanie nr 162 – dot. Pakietu nr 24 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń z regulatorem przepływu z podziałką co 5 ml/h do 10 ml/h, z zaciskiem typu klips.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 163 – dot. Pakietu nr 24 poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów z regulatorem przepływu, z drenem przezroczystym, z podziałką co 5 ml/h do 10 ml/h, z zaciskiem typu klips.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 164 – dot. Pakietu nr 25 poz. 2

„1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania płynu z worka/butelka z możliwością do 140 pobrań lub 7 dni.

2/ Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z kołcem mikro, który umożliwi maksymalne pobranie leku?"

Odpowiedź:

1. Tak, dopuszcza.
2. Nie.

Zapytanie nr 165 – dot. Pakietu nr 26 poz. 2

„1/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby dren wykonany był z materiału nisko wchłaniającego leki, zgodny z zaleceniem Karty Charakterystyki produktu Leczniczego ?

2/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby filtr znajdował się maksymalnie 20 cm od pacjenta ?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 166 – dot. Pakietu nr 30 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczne nitylowe do procedur wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem koloru białego o średniej długość min. 265 mm. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 167 – dot. Pakietu nr 30 poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarach S (6), M (7), L (8).”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 168 – dot. Pakietu nr 30 poz. 3

„1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pełnobarierowego fartucha chirurgicznego przeznaczonego do przygotowywania i podawania cytostatyków o rękawie zakończonym dobrze dopasowanym dzianinowym mankietem. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Specjalna budowa pozwalająca na bezpieczne ściąganie fartucha. Ochrona wg ASTM F1670 lub ASTM F671 na poziomie AAMI 4. Spełniający wymagania ASTM F739-12. Fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 2 rozmiarach.

2/ Czy na potwierdzenie barierowości na substancje chemiczne (cytostatyki) należy przedstawić raport z wynikami badań niezależnego laboratorium?”

Odpowiedź:

1. Nie dopuszcza.
2. Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 169 – dot. Pakietu nr 31 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania o pojemności 25ml.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 170 – dot. Pakietu nr 32 poz. 1

„1/ Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby objętość wypełnienia wynosiła 0,09 ml?
2/ Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby przyrząd był wytrzymały na naciśnięcie wewnątrz portu powyżej 30 psi, na podciśnienie wewnątrz portu - 12,5 psi?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 171 – dot. Pakietu nr 38 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatora o do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie, w zestawie z maską dla dorosłych?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 172 – dot. Pakietu nr 61 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga:
Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,5 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, opakowanie foliowe?”

Odpowiedź:

Tak zaszła omyłka i Zamawiający w Pakiecie nr 61 poz. 1 wymaga - *Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,5 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, opakowanie foliowe.*

Zapytanie nr 173 – dot. Pakietu nr 62 poz. 12

„1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 %, p/wirusowej: >99,9999 %, bocz wymiennika ciepła i wilgoci, przestrzeni martwej 54 ml, oporach przepływu: 1,4 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, medium filtracyjne

hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 200-1200 ml, waga 27 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. ”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 174 – dot. Pakietu nr 62 poz. 13

„Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H₂O/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H₂O/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 175 – dot. Pakietu nr 62 poz. 14



„Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H₂O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H₂O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty. ”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 176 – dot. Pakietu nr 17 poz. 42

„Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 42 „Nakłuwacze automatyczne” dopuści jednorazowe lancety o głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G, które umożliwiają pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły 0.36 mm (28G) uzyskanie niezbędnej wielkość krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszeczhronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków. ”



Odpowiedź:

Tak, dopuszcza nie wymaga.

Zapytanie nr 177 – dot. Pakietu nr 17 poz. 42

„Czy Zamawiający wydzieli poz. 42 „Nakłuwacze automatyczne” z Pakietu 17 do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty większej liczbie firm i otrzymanie najlepszej oferty cenowej?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 178 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy wzoru umowy:

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych w § 8 na kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 179 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów :

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 10% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 180 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby Wykonawca zaraz po wystawieniu faktury VAT przesłał ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego? Usprawni to proces zarówno Zamawiającemu jak i Wykonawcy, a ponadto pozwoli Zamawiającemu na wcześniejszym etapie zweryfikować poprawność jej zestawienia.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 181 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy wzoru umowy:

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację §1 poprzez wprowadzenie dodatkowego korzystnego dla Zamawiającego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 182 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy wzoru umowy:

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że Zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego

1. 10. 2017
M. 1. 10. 2017

jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

„Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”

izba uznała ponadto w tym przypadku, że

„Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia Wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na Wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala Wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

W związku z powyższą argumentacją oraz zabezpieczeniem interesów zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie w umowie/modyfikacje zapisów § 1 po przez umieszczenie adnotacji:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie nr 183 – dot. §8 ust. 3 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy wzoru umowy § 8 ust.3:

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 184 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu w treści umowy w §7 ust.3:” *...po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy... ”*

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 185 – dot. Pakietu nr 4

„Dotyczy Pakiet 4:

1. Prosimy o doprecyzowanie, co zamawiający miał na myśli pod pojęciem pokrywa jednolita, pełna.
2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 pojemniki pokrywą posiadającą otwór wrzutowy, nie jednolitą, pełną?

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 pojemniki pokrywą posiadającą otwór wrzutowy, nie jednolitą, pełną?”

Odpowiedź:

1. Pokrywa jednolita, pełna tzn. bez otworu wrzutowego.
 2. Tak.
- Tak.

1. 01 MA 2011

Zapytanie nr 186 – dot. Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §7:
W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 187 – dot. Pakietu nr 18

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 18 wkładów workowych równoważnych do jednorazowych wkładów workowych o poj.2 litry do ssaka Hospira, zobowiązujemy się wyposażyć nieodpłatnie ssak w odpowiednią ilość pojemników wielorazowych i uchwytów do nich. Walory użytkowe są takie same.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 188 – dot. Pakietu nr 19 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 19 poz.1 wkładów workowych równoważnych do jednorazowych wkładów workowych o poj.2 litry do ssaka Hospira, zobowiązujemy się wyposażyć nieodpłatnie ssak w odpowiednią ilość pojemników wielorazowych i uchwytów do nich. Walory użytkowe są takie same.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 189 – dot. Pakietu nr 19 poz. 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 19 poz.2 drenu do przerywanego odsysania z PCV pasującego również do ssaka Hospira, o wymiarach 7/10 lub 6/9 o dł.2m?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 190 – dot. Pakietu nr 20 poz. 1, 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 20 worków do laparoskopii w poz.1 o rozmiarach śr.54mm, dł.20cm, szer.85mm, oraz w poz.2 śr.100mm, dł.205mm, szer.160mm?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 191 – dot. Pakietu nr 41

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 41 wkładów workowych równoważnych do jednorazowych wkładów workowych do ssaka Victoria Versa, zobowiązujemy się wyposażyć nieodpłatnie ssak w odpowiednią ilość pojemników wielorazowych i uchwytów do nich. Walory użytkowe są takie same. Prosimy o podanie pojemności 1 litr, 2 czy 3 litry?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę. Pojemność 2 litry.

Zapytanie nr 192 – dot. Pakietu nr 54

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 54 wkładów workowych równoważnych do jednorazowych wkładów workowych do ssaka VacuSmart 1000nl z wkładem żelującym, zobowiązujemy się wyposażyć nieodpłatnie ssak w odpowiednią ilość pojemników wielorazowych i uchwytów do nich. Walory użytkowe są takie same”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 193 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1-9, 22-29, 39-42

„Czy Zamawiający wymaga zaferowania cewników posiadających zamrożoną powierzchnię ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 194 – dot. Pakietu nr 3 poz. 14-21

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników w podwójnym opakowaniu folia-folia, sterylizowanych radiacyjnie?”

Odpowiedź:
Dopuszcza.

Zapytanie nr 195 – dot. Pakietu nr 3 poz. 30-38

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników wykonanych z lateksu, pokrytych silikonem?”

Odpowiedź:
Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 196 – dot. Pakietu nr 3 poz. 30-38

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników z trzema otworami drenującymi?”

Odpowiedź:
Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 197 – dot. Pakietu nr 3 poz. 58, 59

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę wyłączenie w/w pozycji z pakietu ? Pozwoli to nam, jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 198 – dot. Pakietu nr 8

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów wolnych od ftalanów?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 199 – dot. Pakietu nr 8

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów sterylnych, pakowanych w opakowanie folia-papier?”

Odpowiedź:
Tak wymaga zaoferowania przyrządów sterylnych. Dopuszcza, nie wymaga opakowanie folia-papier.

Zapytanie nr 200 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1, 2

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z nazwą producenta naniesioną bezpośrednio na wyrobic?”

Odpowiedź:
Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 201 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z igłą bioreczą ściętą dwupłaszczyznowo?”

Odpowiedź:
Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 202 – dot. Pakietu nr 8

„Czy Zamawiający wymaga załączenia próbek do oferty w celu sprawdzenia poprawności zaoferowanego asortymentu?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 203 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka) zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od rozmiaru?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 204 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku fatalności na opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka)?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 205 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, która ułatwia nabieranie płynu?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 206 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-5

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 207 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z kolorowym (nie białym) kontrastującym łokiem?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 208 – dot. Pakietu nr 10

„Prosimy Zamawiającego o podanie pełnej listy strzykawek dla każdej z wymienionych pomp AP12, AP22, Agilia, Iniektomat S, Diatek – Secura.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 209 – dot. Pakietu nr 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek produkcji Margomed, kompatybilnych z wymienionymi pompami (nie wymienionymi w menu)?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 210 – dot. Pakietu nr 12

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ostrzy z nazwą producenta i nr ostrza wygrawerowanym bezpośrednio na ostrzu?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

D Y R E K T O R
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Wiesława Migacz