



Katowickie Centrum Onkologii

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

[http://: www.kco.katowice.pl](http://www.kco.katowice.pl) e-mail: szpital@kco.katowice.pl

tel. 32/ 2511-761 fax. 32/2514-533

KCO/AT/ZL/ZP/JW / 42 /2018

Katowice, dnia 18.01.2018 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie elementów zużywalnych do wstrzykiwaczy kontrastu do badań metodą tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego
znak sprawy: K.C.O./PN/ 01 /2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający- Katowickie Centrum Onkologii, informuje, że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy w Pakiecie nr 2 w/w postępowania Zamawiający ma na myśli i będzie wymagał złożenia oferty na przeznaczony do zastosowania z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu do badań metodą rezonansu magnetycznego, MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP MR i w pełni z nim kompatybilny, atestowany przez producenta, wolny od ftalanów, sterylny, zestaw jednorazowego użytku o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, w skład którego wchodzi takie elementy, jak:

- 1 x wkład o pojemności 65 ml
- 1 x wkład o pojemności 115 ml
- 1 x ostrze typu Spike, duże, do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną
- 1 x ostrze typu Spike, małe, do fiolki z kontrastem
- 1 x złącze niskiego ciśnienia o długości 250 cm, z jednym zaworkiem zwrotnym i z trójnikiem Y o różnej długości ramion (odpowiednio: +/- 8 cm dla odgałęzienia po stronie kontrast oraz +/- 15 cm dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)

UZASADNIENIE:

Opisane w pytaniu zestawy są na terenie Polski dostarczane od około 10 lat w ogromnych ilościach (dziesiątki tysięcy) Użytkownikom wstrzykiwaczy kontrastu do badań metodą rezonansu magnetycznego, MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP MR.

Jakość, budowa, parametry, ani specyfika zastosowania zestawów wkładowych, o jakich jest mowa w Pytaniu 1 nie budzą najmniejszych zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników, do których grona należą m.in. Centrum Onkologii Instytut Oddział w Gliwicach, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie, Szpital Kliniczny Przemienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach i wiele innych, wiodących placówek służby zdrowia.

Wyspecyfikowana w pytaniu, RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika, będącego elementem składowym zestawów wkładowych do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Spectris Solaris EP MR, jest czynnikiem niezmiernie istotnym. Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie trójnika (+/- 8 cm), pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji

podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika – im krótsze takie złącze, tym mniejsze są straty finansowe). Przy zapotrzebowaniu, określonym dla Pakietu nr 2 na 1200 omawianych zestawów wkładowych (każdy zestaw wyposażony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem) zakup asortymentu, o którym mowa w powyższym pytaniu, umożliwi Zamawiającemu istotną redukcję kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych zestawów wkładowych. Umożliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach, przyniesie Państwu wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego – obniżenie kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie punktu 2 § 8 o treści (cyt.):

2. *Za brak wyładunku i wniesienia towaru do magazynu Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie*

i nada mu proponowaną treść:

2. *Za brak wyładunku i wniesienia towaru do magazynu Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50,00 zł za każde zdarzenie*

UZASADNIENIE:

Kara jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę przy realizacji kontraktu, musi być adekwatna do wysokości doznanych szkód. Kwota 500,00 zł naszym zdaniem jest zbyt wygórowana w stosunku do ewentualnej szkody.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3.

Prosimy o modyfikację treści oświadczenia poprzez wykreślenie treści jak niżej. Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za wynik przeglądu przeprowadzanego przez podmiot trzeci ani sytuację, w której wstrzykiwacz nie uzyska świadectwa bezpieczeństwa dopuszczającego do eksploatacji, która jest uzależniona od usługi wykonanej przed inny podmiot w ramach np. odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przez ten podmiot wystawiane.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację treści oświadczenia w następujący sposób:

„Wykonawca oświadcza, że zaoferowane zestawy jednorazowego użytku do wstrzykiwaczy kontrastu są kompatybilne z urządzeniem **CT EXPRES BRACCO/ MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP MR**, a urządzenie te po przeprowadzeniu przeglądu technicznego wraz z kalibracją uzyska świadectwo bezpieczeństwa, które dopuści je do eksploatacji.

Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za jakość sprzętu oraz jego kompatybilność z urządzeniem w tym, roszczenia pacjentów związane z wykorzystaniem sprzętu równoważnego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Z-CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

lek. med. Witold Nowak

hqr / 9