



Katowickie Centrum Onkologii

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

<http://www.kco.katowice.pl>

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZL/ZP/RI/ 802 / 18

Katowice, dnia 20.06.2018 r.

Zapytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie filmów medycznych do kamery laserowej DRY PIX 4000 do obróbki suchej oraz klisz rentgenowskich i odczynników fotochemicznych wywoływacza i utrwalacza do zdjęć rentgenowskich do obróbki automatycznej dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 30 /2018

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 2

„Dotyczy pakietu nr 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania odczynników (utrwalacz i wywoływacz do zdjęć rentgenowskich do obróbki automatycznej) w opakowaniach zapewniających możliwość przygotowania 40l (2x20l) roztworu roboczego z odpowiednim przeeliczeniem opakowań tj. 10op. utrwalacza i 10op. wywoływacza.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 2

„Dotyczy pakietu nr 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie błon rentgenowskich o poniższych parametrach:

- Zadymienie początkowe $D_{min} = 0,21$
- Gęstość optyczna maksymalna $D_{max} = 2,80$
- Średni gradient = 2,78.”

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 2

„Dotyczy pakietu nr 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie błon rentgenowskich oznakowanych tylko nazwą producenta, a wszystkie inne informacje widoczne są na opakowaniu zbiorczym a' 100szt.”

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 2

„Dotyczy pakietu nr 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie producenta błon i odczynników, na których Szpital obecnie pracuje.”

Odpowiedź:

Carestream Health.

Zapytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 2

„Dotyczy pakietu nr 2. Czy Zamawiający oczekując kalibracji sprzętu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innych błon i odczynników niż aktualnie używanych?

Jeżeli tak zwracamy się z prośbą o podanie sprzętu, który Wykonawca będzie zobowiązany poddać kalibracji.”

Odpowiedź:

W przypadku w którym zajdzie konieczność kalibracji lub wykonania innych czynności w związku z zaoferowanym asortymentem wszystkie koszty takich działań obciążają Wykonawcę zamówienia publicznego. Zamawiający oczekuje pełnej funkcjonalności sprzętu bez dodatkowych działań i kosztów z jego strony.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii
lek. med. Medzimierz Migacz

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
ds. Zarządzania Kontraktem Medycznym
Katowickie Centrum Onkologii
Zespół Nr 1

lek. med. Zbigniew Wiąk