

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII



UL. RACIBORSKA 26 40 - 074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376 REGON 276201240

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

tel.: 32 42 00 100

fax.: 32 25 14 533

K.C.O./AT/ZL/ZP/JW/ 1075 / 18

Katowice, dnia 09.05.2018 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie foteli medycznych do podawania cytostatyków dla Katowickiego Centrum Onkologii

Oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 44 /2018

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby fotel do podawania cytostatyków, był sterowany 2 wyraźnie oznaczonymi i intuicyjnymi pilotami?

Proponowane rozwiązanie jest bardzo intuicyjne, ponieważ wszystkie podstawowe funkcjonalności fotela znajdują się na 1 pilocie, natomiast na drugim pilocie znajdują się tylko 3 funkcje dodatkowe tj. pozycja Trendelenburga uzyskiwana przy pomocy 1 wyraźnie oznaczonego przycisku, funkcja fotelowa uzyskiwana przy pomocy 1 wyraźnie oznaczonego przycisku oraz funkcja ulubiona, która umożliwi programowanie wybranej pozycji przez personel medyczny. Ponadto w proponowanym przez nas sterowaniu fotelem przy pomocy 2 pilotów, piktogramy są bardziej czytelne i wyraźne, ponieważ są odseparowane od pozostałych, co pozwala uniknąć pomyłki w pośpiechu przy ratowaniu pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania cytostatyków, które posiadają całkowitą długość 2160 mm oraz szerokość leża 605 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania cytostatyków, których minimalna wysokość siedziska wynosi 530 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie wymagał foteli do podawania cytostatyków, które posiadają zakres regulacji oparcia pleców -18° do +75°?

Taki zakres regulacji jest jeszcze większy od wymaganego przez Zamawiającego co umożliwia

jeszcze lepsze warunki pracy dla personelu medycznego oraz lepszy komfort pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania cytostatyków, które posiadają regulację segmentu nożnego w zakresie -30° ?

Zakres regulacji segmentu nożnego do -50° nie jest możliwy do uzyskania ze względów konstrukcyjnych, ponieważ długość fotela 2160 mm oraz długość części nożnej ogranicza regulację tego segmentu do -30° . Ponadto możliwość odchylania podłokietników na boki oraz podnoszenia ich do pionu powoduje, że pacjenci bez wysiłku będą mogli usiąść na fotelu jak również z niego zejść. Fotele, które chcemy zaoferować posiadają funkcję wyjściową czyli taką, która maksymalnie ułatwia pacjentowi wsiadania i schodzenie z fotela uzyskiwaną za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego piktogramu na pilocie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 6

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby fotele do podawania cytostatyków posiadały estetyczne osłony tworzywowe na segmencie oparcia pleców, przy siedzisku, przy podłokietnikach oraz przede wszystkim osłonę podstawy fotela?

Tworzywowe osłony w proponowanych fotelach powodują, że fotele będą łatwe do dezynfekcji, ponieważ brud nie będzie wnikał w żadne szczeliny ani spoiny fotela, ponadto są bardzo estetyczne i pasują do całości foteli.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 7

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby fotele do podawania cytostatyków były wyposażone w tapicerowany, regulowany w zakresie 16 mm podnózek, którego dźwignia do regulacji znajduje się z boku siedziska w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta oraz personelu?

Fotel, który jest wyposażony w podnózek będzie odpowiedniejszy zarówno dla pacjentów niskiego jak również wysokiego wzrostu. Dodatkową zaletą jest fakt, że pacjenci nie będą się zsuwali.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego i dopuści do zaoferowania termin realizacji do 6 tygodni od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje dostawę 12 sztuk foteli w terminie 14 dni od złożenia zamówienia tj. podpisania umowy, natomiast pozostałe w terminie 6 tygodni od złożenia zamówienia.

Zapytanie nr 9

Czy Zamawiający zmieni zapis w §6, pkt 1 a) Istotnych Postanowień Umowy, kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z 5% na 0,02 % (wartość odsetek ustawowych) dotyczące części zamówienia, które są niewykonane lub nienależycie wykonane?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

nt 9

Zapytanie nr 10

Czy Zamawiający zmieni zapis w §6, pkt 1 b i c) Istotnych Postanowień Umowy, kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia oraz kar umownych za brak sprawności sprzętu z dni kalendarzowych na dni robocze opóźnienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 11

Czy Zamawiający zmieni zapis w §6, pkt 1 d) Istotnych Postanowień Umowy, kary umowne za brak reakcji serwisu rozumiany jako brak przystąpienia do działań naprawczych do 2 dni od zgłoszenia awarii faksem, na zgłoszenie awarii e-mailem na wskazany w umowie adres e-mail?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgłaszanie awarii e-mailem.

Zapytanie nr 12

Czy Zamawiający ze względu na krótki termin realizacji zamówienia odstąpi od wymogu posiadania przez fotele regulacji przechyłu Trendelenburga dokonywanego jednym wyraźnie oznaczonym przyciskiem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający długość leża 2150 mm oraz szerokość leża 580 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści fotel, w którym funkcja antyszokowa/Trendelenburga jest regulowana elektrycznie za pomocą przewodowego pilota z podświetlanym wyświetlaczem LCD, funkcja antyszokowa/Trendelenburga zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem tzn. wykonanie funkcji odbywa się w sposób świadomy przy jednoczesnym użyciu dwóch przycisków?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie od 535 mm do 855 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację nachylenia oparcia pleców w zakresie -15° do + 80°?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację segmentu siedziska w zakresie od 0° do + 25°?

Odpowiedź:

Nie.



Zapytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację segmentu nożnego w zakresie od -45° do 0° ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści fotel, w którym regulacja przechyłu Trendelenburga dokonywana jest za pomocą przewodowego pilota z podświetlanym wyświetlaczem LCD w sposób świadomy przy jednoczesnym użyciu dwóch przycisków, przyciski wyraźnie oznakowane?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści fotel, którego segmenty pokryte są tapicerką posiadającą szwy, wykonaną ze zmywalnego materiału o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych odpornych na czyszczenie i dezynfekcję, możliwość wyboru koloru tapicerki (do wyboru kolor pomarańczowy i ciemnoniebieski)? Dodatkowo w oferowanym fotelu segmenty posiadają podwyższone krawędzie boczne pozycjonujące pacjenta, a segment oparcia pleców posiada wyprofilowane wypiętrzenie lędźwiowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w dwa podrażczki / podłokietniki z regulacją kąta nachylenia oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela (regulowane bezstopniowo sprężyną gazową), podłokietniki nie odejmowane i nie składane?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści fotel o długości całkowitej: 1860 mm + teleskopowe wydłużenie o 100 mm?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści przewodowy pilot w którym funkcja zmiany położenia kąta siedziska realizowana jest wyłącznie razem z pozycją Trendlenburga w zakresie $\pm 15^{\circ}$?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 24

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 46-91 cm, co zdecydowanie ułatwi korzystanie z fotela osobom niepełnosprawnym bądź poruszającym się na wózku (przy najniższej pozycji 46 cm osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim jest w stanie samodzielnie przenieść się na fotel)?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu nożnego w zakresie: -85° do $+15^{\circ}$?

Odpowiedź:

92 | 9



Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją przechyłu Trendelenburga dokonywaną za pomocą osobno oznakowanego przycisku bez wyróżnienia kolorem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści fotel bez dodatkowej osłony na nogi – nie posiadamy osłon na dzieloną sekcję nóg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści fotel bez regulacji wysokości, wyposażony w pilot służący do regulacji kąta nachylenia segmentu pleców, kąta nachylenia segmentu siedziska oraz nóg, pozycji Trendelenburga (za pomocą jednego przycisku) oraz krzesła kardiologicznego (za pomocą jednego przycisku), wszystkie regulacje dokonywane za pomocą jednego pilota?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści fotel o długości leża 2100mm oraz szerokością leża 590mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści fotel z siedziskiem na wysokości 530mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją nachylenia oparcia pleców w zakresie od -12o do +65o?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu siedziska w zakresie +5o do +25o?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści fotel z segmentem nożnym nachylonym względem segmentu siedziska w zakresie -30o?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 34

Czy opis przedmiotu zamówienia w pkt 12 oznacza, iż fotel powinien posiadać podstawę bez widocznych przewodów oraz siłowników, a tym samym nie posiadający tworzywowej osłony

9 1 9

zakrywającej podstawę, która stanowi dodatkowy element do dezynfekcji oraz utrudnia dezynfekcję elementów podstawy pod osłoną?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wymaga konstrukcji fotela umożliwiającej skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym.

Zapytanie nr 35

Czy opis przedmiotu zamówienia w pkt 12 oznacza, iż leże ma być osadzone na kolumnie, która jest jednocześnie siłownikiem (brak odkrytych, zewnętrznych siłowników), składająca się z elementów nachodzących na siebie podczas podnoszenia i opuszczania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wymaga konstrukcji fotela umożliwiającej skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym.

Zapytanie nr 36

Czy opis przedmiotu zamówienia w pkt 12 oznacza, iż leże ma być oparte na kolumnie składającej się elementów ułożonych w taki sposób, że najwyższy element jest na dole, a najszerszy na górze, dzięki czemu wszelkie płyny mogące spływać z leża za kolumnę nie będą wnikały do jej wnętrza, spływ płynów nie będzie niczym utrudniony, zatem nie będą się tworzyły miejsca sprzyjające rozwojowi bakterii?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wymaga konstrukcji fotela umożliwiającej skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym.

Zapytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści fotel medyczny do podawania cytostatyków o poniższych parametrach:

- a) długość leża 1850 x szerokość 830 mm;
- b) kąta nachylenia siedziska na pilocie uzyskiwany przy pomocy funkcji anti-Trendelenburga;
- c) wysokość siedziska regulowana od 570 do 860 mm;
- d) regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: $+94^{\circ}$ - 175° ;
- e) regulacja segmentu siedziska w zakresie: od 0° do $+12^{\circ}$;
- f) regulacja segmentu nożnego w zakresie: 180° do 270° ;
- g) regulacja przechyłu Trendelenburga dokonywana jednym przyciskiem;
- h) bezszwowa tapicerka wykonana ze zmywalnego materiału odpornego na czyszczenie i dezynfekcję.

Odpowiedź:

Poz.: a); b); e) - Nie.

Poz.: f); g); h) - Zgodnie z SIWZ.

Poz.: c); d) - Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny do podawania cytostatyków o wymiarach leża 2030x600mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny do podawania cytostatyków o wymiarach leża 1990x565mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 40

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego, czy w związku z wymogiem w poz. nr 1, w załączniku nr 2 do SIWZ „Fotel z elektryczną regulacją wysokości, ...” Zamawiający potwierdza konieczność zaoferowania fotela medycznego do podawania cytostatyków z elektryczną regulacją wysokości? Jeżeli tak, to czy Zamawiający zaakceptuje regulację wysokości w zakresie 560-860mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny do podawania cytostatyków z segmentem pleców regulowanym w zakresie $-10^0/+76^0$?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny do podawania cytostatyków z segmentem siedziska regulowanym w zakresie 0^0 do $+15^0$?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 43

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny do podawania cytostatyków z segmentem nóg regulowanym w zakresie -46^0 do 0^0 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 44

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny do podawania cytostatyków z komfortowymi materacami piankowymi wykonanymi z zastosowaniem sztucznej skóry o właściwościach bakteriobójczych i przeciwgrzybiczych, sztytami jedynie na obrzeżach z możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 30 dostępnych kolorów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 45

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela medycznego do podawania cytostatyków z tapicerowanymi profilowanymi podłokietnikami z pionową regulacją wysokości, umożliwiającą dostosowanie wysokości podłokietnika do długości przedramienia pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z uwzględnieniem wyposażenia w dwa podręczki/ podłokietniki z regulacją kąta nachylenia oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela. Podłokietniki odejmowane/składane – możliwość wyjęcia w celu łatwiejszego przemieszczania fotela przez wąskie drzwi i korytarze.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii
lek. med. Włodzimierz Migacz

9219