

# Katowickie Centrum Onkologii

UL. RACIBORSKA 26 40 – 074 KATOWICE



http://: [www.kco.katowice.pl](http://www.kco.katowice.pl) e-mail: [szpital@kco.katowice.pl](mailto:szpital@kco.katowice.pl)

tel. 32/ 2511-761 fax. 32/2514-533

Katowice, dnia 27.11.2018 r.

KCO/AT/ZL/ZP/AS/ 1433 /2018

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji  
**oznaczenie sprawy: KCO/PN/64/2018**

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii – informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

### **Zapytanie 1**

#### **Dot. Pakietu nr 1 poz. 8**

Czy Zamawiający w pozycji nr 8 pakietu dopuści rękaw o rozmiarze 35cm x 200mb lub 40cm x 200mb

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rękaw o rozmiarze 35 cm x 200mb

### **Zapytanie 2**

#### **Dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opakowań oznakowanych czytelnie symbolem kierunku otwierania zarówno od strony papieru jak i folii? Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opakowań z naniesionym opisem w linii zgrzewu normy EN ISO 11607 oraz EN 868

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

### **Zapytanie 3**

#### **Dot. Pakiet 11 wymogi pod cennikiem**

Czy nie zaistniała pomyłka w poz. 1? Wymaganie ewidentnie skierowane jest do papieru, który jest elementem składowym rękawów foliowo-papierowych i nie może dotyczyć papieru krepowego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wystąpiła oczywista omyłka pisarska.

Zatem Zamawiający wykreśla pozycje 1 z wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 11 znajdujących się na stronie 3 SIWZ oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa, Pakiet Nr 11.

Jednocześnie Zamawiający dodaje niżej wymieniony zapis do wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1 znajdujących się na stronie 2 SIWZ oraz do Załącznika Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa, Pakiet Nr 1:

**1. Papier rękawa o gramaturze min. 60g/m<sup>2</sup>; folia min. 5-cio warstwowa; min. 3 kanały zgrzewu bocznego.**

W załączeniu Załącznik Nr 2 do SIWZ „Oferta Cenowa – ZMIANA” (dot. Pakiet Nr 1 oraz Pakiet Nr 11)  
W związku z powyższym Wykonawcy winni złożyć ofertę zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 do SIWZ „Oferta Cenowa- ZMIANA” (dot. Pakietu Nr 1 oraz Pakiet Nr 11)**

#### **Zapytanie 4**

##### **Dot. Pakiet 4 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

#### **Zapytanie 5**

##### **Dot. Pakiet 4 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów 100m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę

#### **Zapytanie 6**

##### **Dot. Pakiet 4 poz. 1-2**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rękawów Tyvek dodatkowo oznakowanych napisami od strony Tyvek (nr. LOT, rozmiar, znak ikonograficzny kierunku otwierania)?

##### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

#### **Zapytanie 7**

##### **Dot. Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” na „zwłoki” w & 5 ust 1?

##### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

#### **Zapytanie 8**

##### **Dot. zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

##### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

#### **Zapytanie 9**

##### **Dot. zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

##### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

#### **Zapytanie 10**

##### **Dot. pakiet nr 2, poz. 5**

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

##### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Zapytanie 11**

**Dot. pakiet nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga

**Zapytanie 12**

**Dot. pakiet nr 2, poz. 5**

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga

**Zapytanie 13**

**Dot. pakiet nr 2, poz. 10**

Proszę o podanie nazwy oraz typu kontenerów, które posiada Zamawiający, tak Wykonawca mógł zaoferować odpowiednie plomby.

**Odpowiedź:**

Kontener sterylizacyjny TEKNO

**Zapytanie 14**

**Dot. pakiet nr 9, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Zapytanie 15**

**Dot. pakiet nr 9, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

DYREKTOR  
Katowickiego Centrum Onkologii  
lek. med. Włodzimierz Migacz

