

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII



UL. RACIBORSKA 26 40 - 074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376 REGON 276201240

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

tel.: 32 42 00 100

fax.: 32 25 14 533

K.C.O./AT/ZL/ZP/RI/ 183 / 19

Katowice, dnia 25.01.2019 r.

Zapytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii**
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 2 /2019

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 6 i 7 dopuści gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji głowic USG, nie zawierające aldehydów, nie uszkadzające czoła głowicy, wykazujące działanie B, F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola) spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

„Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 6 i 7 i utworzenie odrębnego pakietu. Przychylenie się do naszej prośby pozwoli Oferentom złożyć konkurencyjną ofertę oraz Państwu uzyskać jak najlepszy jakościowo produkt przy dodatkowych korzyściach finansowych poprzez dopuszczenie większej ilości Oferentów”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

„Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 9 poz. 6 i 7 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?”



lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA."

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 2

„Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1 i 2

„Poz. 1 i poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu wykazujący skuteczność bójczą już w:

- 30 sekund: B, Tbc (*M. terrae*), F (*C. albicans*), V (adeno, HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, H1N1)
- 5 minut: Tbc (*M. avium*), F (*A. niger*)

spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1 i 2

„Poz. 1 i poz. 2 – Czy Zamawiający oczekuje preparatu o możliwości użycia do powierzchni mających kontakt z żywnością?”

Odpowiedź:

Dopuszcza nie wymaga.

Zapytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3 i 4

„Poz. 3 i poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o pH roztworu roboczego 8,5, z niewielką zawartością alkoholu <2,5%, który nie stanowi substancji czynnej lecz jest substancją pomocniczą, której śladową ilość producent nie wykazuje na etykiecie produktu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5

„Poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia inkubatorów i innych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi w postaci piany o zakresie działania B, F (c. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, A H5N1, A H1N1, Corona – 5 min., Tbc, F, Noro – 15 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5

„Poz. 5 – Czy na potwierdzenie możliwości stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów Zamawiający oczekuje stosownego oświadczenia producenta oferowanego preparatu?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

„Poz. 6 i poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji głowic USG wykazujących działanie na : B (w tym MRSA), F – 5 min. V (HCV, HBV, ADENO, CORONA, NORO, POLYOMA, VRS, HSV, H1N1) – 1 min. Rota-15 min. , Tbc (M. terrae) – 15 min., spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

„Poz. 6 i poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek konfekcjonowanych w opakowania typu flow-pack?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

„Poz. 6 i poz. 7 – Czy na potwierdzenie możliwości stosowania do dezynfekcji głowic USG, Zamawiający wymaga stosownego oświadczenia producenta oferowanych chusteczek?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

„Poz. 6 i poz. 7 – Czy na potwierdzenie możliwości stosowania do dezynfekcji głowic USG, Zamawiający oczekuje stosownego oświadczenia producenta oferowanych chusteczek?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

„Poz. 6 i poz. 7 – Prosimy o doprecyzowanie, czy chusteczki powinny posiadać dodatkowe oświadczenie producenta o możliwości stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów?”

Odpowiedź:

Poz. 6 i 7 dotyczy głowic USG.

Zapytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 1 poz. 9

„Poz. 9 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje produktu posiadającego stosowane oświadczenia producenta o możliwości bezpiecznego stosowania na Oddziałach Dziecięcych, Pulmonologicznych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1 i 2

„Poz. 1 i poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek konfekcjonowanych w opakowania typu flow-pack?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1 i 2

„Poz. 1 i poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni i wyposażenia w obszarze medycznym będących produktem biobójczym?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1 i 2

„Poz. 1 i poz. 2 – Czy Zamawiający oczekuje chusteczek o możliwości użycia do powierzchni mających kontakt z żywnością?”

Odpowiedź:

Dopuszcza nie wymaga.

Zapytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5

„Prosimy o dopuszczenie do oceny skoncentrowany preparat, gotowy do użycia w postaci pianki, przeznaczony do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Nie zawierający aldehydów, chloru, fenoli. Działający w czasie do 15 min, aktywny wobec B, Tbc, F, V (AH1N1, HBV, HCV, HIV, Vaccina, 5 minut, Cl. Difficile – 15 minut)?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3 i 4

„Pakiet nr 1 poz. 3 i 4 – czy Zamawiający dopuści preparat o pH 8,5 +/-0,5 z dodatkiem alkoholu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak, jeżeli zawartość alkoholu będzie wynosiła poniżej 2,5%.

Zapytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5

„Pakiet 1 poz. 5 - czy Zamawiający dopuści skoncentrowany preparat, gotowy do użycia w postaci pianki, przeznaczony do mycia i dezynfekcji inkubatorów, nie zawierający aldehydów, chloru, fenoli, działający na bakterie (włącznie z MRSA), grzyby (C. albicans), wg DGHM / ÖGHMP/ VAH (z wysokim obciążeniem biologicznym) konc. 1 min., wirusy: Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, wirus grypy wg. RKI konc. 30 sek., Rota konc. 30 sek., SV40/ Polyoma wg. EN 14476 konc. 2 min.?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 1 poz. 9

„Pakiet 1 poz. 9 - czy Zamawiający dopuści preparat w op. 20 g lub 1 kg w proszku na bazie kwasu nadoctowego o działaniu B, F (C. albicans), Tbc, V (polio, adeno), S (Clostridium Difficile) stęż. 1% w czasie do 60 min.?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w op. 1 kg.

Zapytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 6 i 7

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji nr 1, 2, 6 i 7 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Zadając to pytanie oferent ma pełną świadomość, że proponowane rozwiązanie jest dla Zamawiającego trudniejsze ze względów technicznych, gdyż wymaga oddzielnego oceniania pozycji w

pakiecie. Jednak korzyści ekonomiczne dla Zamawiającego mogą być istotne, ponieważ pozwoli to na złożenie ofert większej ilości oferentom.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1 i 2

„Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholi i czwartorzędowej soli amoniowej, będący produktem biobójczym z uwagi na zastosowanie do powierzchni mających kontakt z żywnością, bez aldehydów i fenoli, do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych, w tym kontaktujących się z żywnością o szerokim spektrum działania: B, F wg normy 16615 w czasie 1 min, Tbc (Mycobacterium terrae i M. avium), V (w tym Polio i Adeno, Herpes Simplex, HBV, HCV, HIV) w czasie do 5 minut, przebadany dermatologicznie, w opakowaniach a’1 litr ze spryskiwaczem?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1 i 2

„Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: etanol, 2-propanol do 30% oraz IV rzędowe związki amoniowe, o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1 i 2

„Czy Zamawiający dopuści preparat bezalkoholowy gotowy do użycia co wydaje się uzasadnione chcąc używać go na oddziale noworodkowym, o pełnym spektrum bójczym B, F, Tbc, V (Adeno, Polio, Noro) wg norm EN 13727, 13624, 14348 i 14476 w czasie do 1 minuty w warunkach zanieczyszczonych materiałem organicznym w opakowaniu a’1L ze spryskiwaczem i bez spryskiwacza?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ konfekcjonowany w opakowaniach a 2L?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ konfekcjonowany tylko w opakowaniach a 5L?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4

„Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje zaoferowania preparatu w opakowaniach a3L lub a 5L?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4

„Prosimy o podanie rodzaju systemu dozującego do jakiego ma być dostosowany zaoferowany preparatu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

„Czy Zamawiający potwierdza, że z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i personelu wymaga również skuteczności prątkobójczej wobec min. *M. terrae* w normatywnym czasie 15 minut?”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie nr 32 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu celem złożenia większej liczby konkurencyjnych cenowo ofert, co przełoży się na interes ekonomiczny szpitala.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6 i 7

„Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki oferowane w opakowaniach typu tuba?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 34 – dot. SIWZ pkt 10A ppkt b

„Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty przebadane na szczepach testowych wg nom fazy I i II mieszczących się w katalogu normy PN EN 14885?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 35

„W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?”

Odpowiedź:

Wycenić do dwóch miejsc po przecinku.

Zapytanie nr 36

„Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach, w litrach roztworu roboczego, litrach lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

„**Pakiet 1 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, adeno), V(noro – EN14476 – 2 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o polio. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

„**Pakiet 1 pozycja 2**- Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych.

Spektrum: B- EN 13727, F- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, adeno), V(noro – EN14476 – 2 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o polio. Wyrób medyczny, opakowanie 1L.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3

„**Pakiet 1 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Skład: Chlorek didecyldimetyloamoniowy, poly(hexametylenbiguanid), hydrochloryd, bis (3–aminopropyl) dodecylamina. Spektrum: B – EN 14561, F (c. albicans) – EN 14562, V(zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: Vaccina, HIV, HBV, HCV, BVDV), Tbc-EN 14348 -0,5%- 15 min. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Wyrób medyczny, opakowanie 1L.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4

„**Pakiet 1 pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Skład: Chlorek didecyldimetyloamoniowy, poly(hexametylenbiguanid), hydrochloryd, bis (3–aminopropyl) dodecylamina. Spektrum: B – EN 14561, F (c. albicans) – EN 14 562, V(zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: Vaccina, HIV, HBV, HCV, BVDV), Tbc-EN 14 348 -0,5%- 15 min. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Wyrób medyczny, opakowanie 5 kg z odpowiednim przeliczeniem (tj. 5L = 5kg)”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5

„**Pakiet 1 pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów. Produkt posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe), możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B – EN13727, F(c. albicans) –EN 13624 V(Zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: BVDV,HIV, HBV,HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta, możliwość poszerzenia spektrum o Tbc (m. terrae) – EN14348 w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz pianowy z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6

„**Pakiet 1 pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B- EN 13727, F(c. albicans)- EN 13624 V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc (m. terrae) – EN 14348 w dłuższym czasie. Chusteczki w rozmiarze 20 x 20 cm, pakowane po 200 szt. Wyrób medyczny, opakowanie typu Box (pojemnik + chusteczki)”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 1 poz. 7

„**Pakiet 1 pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B- EN 13727, F(c. albicans)- EN 13624 V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HIV, HBV, HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc – EN 14348 (m. terrae) w dłuższym czasie. Chusteczki w rozmiarze 20 x 20 cm, pakowane po 200 szt. Wyrób medyczny, opakowanie typu wkład.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 1 poz. 9

„**Pakiet 1 pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wydajnego koncentratu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym. Spektrum: B – EN 13727, F (c. albicans) – EN 13624, V(Zgodnie z wytycznymi: vaccinia, rota, polioma SV40, HIV, HBV, HCV), TBC – EN 14348 w czasie do 15 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o adeno. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny, opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1 i 2

„**Pakiet 2 pozycja 1 i 2** - Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek o działaniu sporobójczym, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni, na bazie kwasu nadoctowego. Spektrum działania B- EN 13727, F – EN 13624, V (polio, adeno) – EN 14476, Tbc – EN 14348, S (C. difficile, B. subtilis – do 5 min) – EN 13704. Redukcja wszystkich patogenów w czasie max 15 minut. Przebadane zgodnie z obowiązującymi normami. Wyrób medyczny, opakowanie typu box (chusteczki + wkład) opakowanie po 50 szt. o wymiarach 20 x 30 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 1 poz. 8

„**Pakiet nr 1 poz. 8** – czy Zamawiający dopuści płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie dwutlenku chloru, nie zawierający aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowego, QAC, z możliwością stosowania w obecności pacjentów o spektrum B, V, F, Tbc, S – w czasie do 5 min w opakowaniach 100 ml z którego przegotowuje się 5 l roztworu roboczego, zarejestrowany jako wyrób medyczny? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe prosimy o określenie przedmiotu zamówienia w litrach roztworu roboczego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii
lek. med. Włodzimierz Migacz