

Katowice, dnia 06.09.2019 r.

KCO/AT/ZL/ZP/JW/1350./2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 221 000 euro na zakup i dostarczenie sprzętu medycznego endoskopowego dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
oznaczenie sprawy: **K.C.O./PN/56/2019**

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii, informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1 Dot. zapisów SIWZ:

Z uwagi na niejednoznaczność zapisów SIWZ czy Zamawiający dopuszcza, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca zaoferował oprogramowanie z zestawem komputerowym oraz usługą integracji, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (objęte są stawką VAT 23%) i wobec tego nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z obowiązującymi przepisami, nie narzuca tym samym stawki VAT, jednocześnie wskazuje że formularz oferty jest formularzem do uzupełnienia zgodnie z oferowanym asortymentem i na zasadach podatku obowiązującego w stosunku do oferowanego asortymentu.

Pytanie nr 2 Dot. Załącznika nr 3.1 do SIWZ – Opis Techniczny, Pakiet nr 1.

Dot. Załącznika nr 3.1 do SIWZ – Opis Techniczny, Pakiet nr 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie automatycznego testera szczelności z pompą powietrza lub testera ręcznego z manometrem?

Wg naszej wiedzy nie ma na rynku automatycznego testera szczelności z manometrem oraz pompą powietrza do endoskopów giętkich.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

II. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 1 pkt 6. lit e); § 6. I § 7. ust 2. lit a) które otrzymują brzmienie :

§ 1

6. lit. e) łączna niesprawność sprzętu medycznego (w przypadku awarii) nie przekroczy 60 dni roboczych w okresach 12-miesięcznych,

2

§ 6

- a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1,
- b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy ponad termin podany w § 3, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy opóźnienia,
- c) za brak sprawności sprzętu zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 3 do SIWZ uniemożliwiającego wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy niesprawności, licząc od 49-tej godziny od zgłoszenia niesprawności przy pomocy poczty elektronicznej lub platformy elektronicznej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy w miejsce sprzętu będącego przedmiotem umowy zostanie wstawiony równoważny sprzęt zastępczy w terminie do 48 godzin od zgłoszenia niesprawności, a naprawa sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 25 dni roboczych od zgłoszenia niesprawności, nienaprawienie sprzętu w terminie 25 dni pomimo wstawienia sprzętu zastępczego spowoduje, że kara umowna będzie naliczana od 26 dnia niesprawności sprzętu.

§ 7

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

- a) brak sprawności sprzętu medycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w **Załączniku nr 3 o SIWZ** uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 60 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych,

III. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii **przedłuża** termin składania ofert **do dnia 12.09.2019r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.09.2019r r. o godz. 12:00** w Sekcji Zamówień Publicznych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 28 (budynek Przychodni Szpitala, II piętro).

Uwaga!

1. Potwierdzenie wniesienia wadium należy złożyć w Kancelarii Dyrektora do dnia 12.09.2019r. do godz. 10:00

Z-C A D Y R E K T O R A
ds. Lecznictwa
lek. med. Witold Nowak