



KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376 REGON 276201240

tel. 32 42 00 100

fax. 32 25 14 533

e-mail: szpital@kco.katowice.pl



Katowice, dnia 30.08.2019 r.

KCO/AT/ZL/ZP/AK/1333/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 euro na zakup i dostawę podnośników hydraulicznych o udźwigu min. 200 kg, służących do podnoszenia pacjentów, oraz zakup i dostawę wózka paletowego do transportu materiałów – na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologicznego;

oznaczenie sprawy: K.C.O./PN/63/2019.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii, informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę podnośników hydraulicznych o udźwigu min. 200 kg, służących do podnoszenia pacjentów, oraz zakup i dostawę wózka paletowego do transportu materiałów, znak spr. K.C.O./PN/63/2019, wpłynęły następujące zapytania:

Pakiet nr 1 – dostawa podnośników hydraulicznych o udźwigu min. 200 kg, wraz z wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz montażem (w stanie gotowości do użytku) – 4 szt.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z możliwością podnoszenia pacjenta z podłogi i zakresem podnoszenia od 230 cm – 1765 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści podnośnik sterowany elektrycznie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z podstawą jezdnią o długości 1210 mm i wysokości 122 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z dwupunktowym wieszakiem do mocowania kosza transportowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał podnośnika o udźwigu 230 kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga podnośników o udźwigu maksymalnym wynoszącym co najmniej 200 kg, zatem podnośnik o udźwigu 230 kg spełnia przedmiotowy warunek.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pytanie 6.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał podnośnika z regulacją podstawy jezdnej w zakresie 630-1065 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga podnośników o szerokości podstawy jezdnej min. 630 – 1050 mm, zatem określony w pytaniu zakres spełnia ww. warunek.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

 **Śląskie.**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

