



KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376 REGON 276201240

tel. 32 42 00 100

fax. 32 25 14 533

e-mail: szpital@kco.katowice.pl



Katowice, dnia 04.09.2019 r.

KCO/AT/ZL/ZP/JW/ 1348 /2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 euro na **zakup i dostawę (wraz z wniesieniem na miejsca wskazane przez Zamawiającego, montażem i uruchomieniem) wózka do transportu pacjentów oraz dwóch wózkonoszy na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologicznego;**
oznaczenie sprawy: K.C.O./PN/62/2019.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii, informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę (wraz z wniesieniem na miejsca wskazane przez Zamawiającego, montażem i uruchomieniem) wózka do transportu pacjentów oraz dwóch wózkonoszy, znak spr. K.C.O./PN/62/2019, wpłynęły następujące zapytania:

Pakiet nr 2 – dostawa wózkonoszy, wraz z wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz montażem (stan gotowości do użytku) – 2 szt.:

Pytanie 1.

Prosimy Zamawiającego o informację, czy pod nazewnictwem „wózkonosze” Zamawiający oczekuje wózka do transportu chorych w pozycji leżącej, z hydrauliczną regulacją wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych w pozycji leżącej bez funkcji koła kierunkowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści tapicerowane leże materiałem wodoodpornym, odpornym na promienie UV oraz środki myjące i dezynfekujące?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający, mając na uwadze sytuacje zagrożenia, wymaga regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie min. 0-18 stopni w celu uzyskania pozycji antyszokowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz funkcjonalność wózkonoszy, wymaga, by bariereki ochronne boczne z możliwością regulacji zabezpieczały pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża i były składane wzdłuż ramy, nie poszerzając wózka po złożeniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający, mając na względzie wzrastającą ilość otyłych pacjentów, wymaga dopuszczalnego obciążenia roboczego na poziomie min. 200 kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający opisując duże koła z funkcją koła kierunkowego wymaga kół o średnicy 125 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający oczekując regulacji wysokości i mając na uwadze wykorzystanie wózkonoszy w codziennych procedurach, wymaga regulacji wysokości w zakresie min. 500-850 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający, z uwagi na występowanie konieczności transportu pacjentów w pozycji półsiedzącej, wymaga regulacji segmentu pleców w zakresie min. 0-60 stopni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający, mając na względzie procedury związane z radiodiagnostyką, wymaga platformy materaca wykonanej z materiału przeziernego dla promieni RTG?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający, przez wzgląd na funkcjonalność wózkonoszy, wymaga regulacji wysokości za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych z obydwóch stron wózka?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zatwierdził
Dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii
Lek. med. Włodzimierz Migacz