



KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376 REGON 276201240

tel. 32 42 00 100 fax. 32 25 14 533

e-mail: szpital@kco.katowice.pl



KCO/AT/ZL/GP/1459/2019

Katowice, dnia 23.09.2019

Dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 221 000 euro na zakup i dostarczenie sprzętu medycznego dla Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii.
oznaczenie sprawy: **K.C.O./PN/66/2019**

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Załącznik nr 5 do SIWZ. Istotne postanowienia umowy, §1, punkt 6

W zakresie pakietu numer 4, zwracamy się z prośbą o usunięcie z paragrafu §1 istotnych postanowień umowy, podpunktu e oraz zmodyfikowanie w tym zakresie formularza oferty co pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 5 do SIWZ. Istotne postanowienia umowy, §1, punkt 7 oraz §5, punkt 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie pakietu numer 4 do zaoferowania przedmiotu zamówienia, który jest fabrycznie nowy, nie używany i wyprodukowany w 2018 roku, ale ze świadectwem wzorcowania z 2019 roku. Jednocześnie prosimy o zmodyfikowanie formularza oferty (punkt f) w tym zakresie.

Uzasadnienie: Sprzęt dozymetryczny wymagany przez zamawiającego jest sprzętem specjalistycznym produkowanym w seriach. Producent uruchamia produkcję kolejnej serii dopiero po wyczerpaniu stanu magazynowego. Zatem może nie istnieć możliwość dostarczenia urządzenia z datą produkcji z 2019 roku. Natomiast każde urządzenie przed dostawą jest sprawdzane i wzorcowane według wymagań producenta co jest potwierdzone świadectwem wzorcowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie nowe, nieużywane ze świadectwem wzorcowania 2019r.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 5 do SIWZ. Istotne postanowienia umowy, §6

W zakresie pakietu numer 4, zwracamy się z prośbą o :

- zmniejszenie kar umownych opisanych w podpunkcie „b” do 0.1%
- Zmodyfikowanie podpunktu „c” nadając mu brzmienie:

c) za brak sprawności sprzętu medycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załącznikach nr 3 do SIWZ uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem w wysokości 0.2% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1, za każdy dzień roboczy niesprawności, licząc od 49-godziny od zgłoszenia niesprawności przy pomocy”. Kary nie będą naliczane w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego.

- zmniejszenie kary opisanej w podpunkcie „d” do 0.1% i usunięcie słowa „dodatkową” tym samym nadając mu brzmienie jak poniżej:



d) za brak sprawności sprzętu medycznego zgodnego (ej) z wymaganiami opisanymi w Załącznikach nr 3 do SIWZ uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % ceny zakupu danego sprzętu, za każdy rozpoczęty kolejny dzień. Kary nie będą naliczane w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 16.09.2019r.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 5 do SIWZ. Istotne postanowienia umowy, §7

W zakresie pakietu numer 4, zwracamy się z prośbą o wykreślenie podpunktu 2a i modyfikację formularza oferty w tym zakresie, ze względu na charakter zamawianego sprzętu oraz umożliwienie złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Warunki niesprawności sprzętu nie dotyczą niesprawności spowodowanej z winy użytkownika.

Pytanie nr 5

SIWZ. Warunki Udziału w postępowaniu, punkt 2a

Czy w ramach pakietu nr 4, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przedstawienia referencji na medyczny sprzęt dozymetryczny stosowany w radioterapii?!

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

SIWZ. Warunki Udziału w postępowaniu, punkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie opisu sprzętu medycznego, folderów, fotografii, katalogów wyłącznie w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dokument zawierający opis parametrów techniczno - funkcjonalnych pozwalający na weryfikację spełnienia wymogów zawartych w Załączniku nr 3 do SIWZ był w języku polskim.

Pytanie nr 7

SIWZ. JEDZ

Zwracamy się z prośbą o załączenie formularza JEDZ w formacie xml lub innym edytowalnym.

Odpowiedź:

Formularz JEDZ jest dostępny na platformie Marketplanet w zakładce „Parametry postępowania”.

Pytanie nr 8

Załącznik 3.4 do SIWZ, parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu, punkt 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania detektora półprzewodnikowego microSilicon typu TW60023.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 2.4 do SIWZ, Oferta cenowa, Pakiet nr.4.

W zakresie pakietu numer 4 i w celu umożliwienia złożenia oferty, zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego ograniczenia ceny serwisu pogwarancyjnego do 7% ceny brutto zakupu sprzętu za 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 16.09.2019r.

Pytanie nr 10

Zamawiający wymaga w SIWZ, w zakresie Pakietu nr 3 – Urządzenie do prowadzenia dozymetrii filmowej dla weryfikacji planów leczenia SRT/SBRT/MAT/IMRT – 1 komplet, min. 24-miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego”.

Czy Zamawiający w ramach kompletu zawierającego: filmy radiochromowe, fantom do filmów, oprogramowanie do odczytów filmów oraz skaner, wyrazi zgodę na dostarczenie opakowania filmów z min. 12- miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 11

Zamawiający wymaga w SIWZ wykazu co najmniej dwóch dostaw wykonanych, zgodnych z rodzajem zamawianego sprzętu, który dla pakietu 3 obejmuje: filmy radiochromowe, fantom do filmów, oprogramowanie do odczytu filmów oraz skaner.

Czy Zamawiający, ze względu na charakter dostawy i rzadką konfigurację pakietu, wyrazi zgodę na przedstawienie co najmniej dwóch osobnych referencji na poszczególne elementy pakietu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą dotyczącą zapisu SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” pkt. 2 a , dla pakietu numer 2

Prosimy o wyrażenie zgody, że Zamawiający uzna wykaz dostaw przedmiotu postępowania w formie wykazu sprzętu dostarczonego przez producenta sprzętu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Wykonawca, zgodnie z art. 22 a ustawy PZP, może polegać na zdolnościach innych podmiotów.

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia i zmianę następujących punktów dla pakietu numer 1 w następującym zakresie:

Dotyczy: zapis SIWZ „Termin realizacji zamówienia”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy: zapis SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” pkt, 2 a

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” ust 2 Pkt, a na:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna Warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami zgodnymi z rodzajem zamawianego sprzętu na który Wykonawca składa ofertę).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Załącznik Nr 5 do SIWZ „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY”

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 1 pkt a na: „za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1,”
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej § 6 ust. 1 pkt b z podanej wartości 0,2% wynagrodzenia brutto na wartość 0,1,% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust 1 ?
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt c z § 6 ust 1. ?
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 1 pkt d na: „za brak sprawności sprzętu medycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załącznikach nr 3 do SIWZ uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 30 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, Wykonawca zapłaci karę dodatkową 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust 1, za każdy rozpoczęty kolejny dzień.
5. Czy przedłużenie gwarancji o czas niesprawności opisany w § 1 ust. 6 pkt d oraz kary umowne opisane w § 6 „Istotnych postanowień umowy” (Załącznik Nr 5 do SIWZ) dotyczą również 36 miesięcznego serwisu pogwarancyjnego?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 16.09.2019r.

Pytanie nr 16

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia i zmianę następujących punktów dla pakietu numer 2 w następującym zakresie:

Dotyczy: zapis SIWZ „Termin realizacji zamówienia”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 80 dni kalendarzowych od zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Załącznik Nr 5 do SIWZ „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY”

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 1 pkt a na: „za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1_,”

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 16.09.2019r.

Pytanie nr 18


Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej § 6 ust. 1 pkt b z podanej wartości 0,2%wynagrodzenia brutto na wartość 0,1,%wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust 1 ?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 16.09.2019r.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt c z § 6 ust 1. ?



Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 16.09.2019r.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 1 pkt d na: „za brak sprawności sprzętu medycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załącznikach nr 3 do SIWZ uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 30 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, Wykonawca zapłaci karę dodatkową 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust 1 za każdy rozpoczęty kolejny dzień.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 16.09.2019r.

Pytanie nr 21

Czy przedłużenie gwarancji o czas niesprawności opisany w § 1 ust. 6 pkt d oraz kary umowne opisane w § 6 „Istotnych postanowień umowy” (Załącznik Nr 5 do SIWZ) dotyczą również 36 miesięcznego serwisu pogwarancyjnego?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 16.09.2019r.

Pytanie nr 22

Dotyczy: Załącznik 3,2, punkt 2 ppkt. 2.5

Czy przez zapis w załączniku 3.2, ppkt 2.5 o treści „Dane dotyczące powierzchni zarejestrowanej podczas CT, jak również informacje o parametrach bramkowania, są przetransferowane do akceleratora liniowego w celu napromieniania” zamawiający rozumie, że system zbiera dane dotyczące powierzchni zarejestrowanej podczas CT, jak również informacje o parametrach bramkowania, i umożliwia ich zastosowanie przez akcelerator liniowy w celu napromieniania?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 23

Prosimy o podanie modelu akceleratora liniowego wraz z wersją zainstalowanego oprogramowania i dostępnymi interfejsami, z którym ma współpracować optyczny system pozycjonowania i weryfikacji ułożenia pacjenta wraz z funkcją bramkowania oddechowego.

Odpowiedź:

Elekta Versa HD, Integrity 4.0.4, iCom, Responce

Pytanie nr 24

Prosimy o podanie modelu skanera CT wraz z wersją zainstalowanego oprogramowania i dostępnymi interfejsami, z którym ma współpracować optyczny system pozycjonowania i weryfikacji ułożenia pacjenta wraz z funkcją bramkowania oddechowego.

Odpowiedź:

Somatom Definition AS VA48A, Somaris/7 syngo CT

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wizji lokalnej przed upływem terminu składania ofert? Prosimy o wyznaczenie terminu.

Odpowiedź:

Tak, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający przewiduje wyłączenie z eksploatacji pomieszczeń akceleratora i tomografu na czas realizacji, prac, czy zostaną one udostępnione jedynie w określonych dniach i godzinach? Prosimy o podanie precyzyjnej informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający zezwala na realizację w czasie, kiedy nie będą wykonywane świadczenia zdrowotne (po godzinie 18, w weekendy, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym).

Pytanie nr 27 dotyczące Pakietu nr 5 – „Niezależny kalkulator jednostek monitorowanych dla stosowanych technik leczenia 3D-CRT/IMRT/VMAT/BRT” (dalej kalkulator):

Czy pod pojęciem „jednostki monitorowane”, używanym wielokrotnie w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, Zamawiający rozumie „jednostki monitorowe” ?

Odpowiedź:

Tak, chodzi o jednostki monitorowe – wystąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 28

Czy kalkulator ma obsługiwać akceleratory zarówno z wiązkami fotonowymi, jak i elektronowymi?

Odpowiedź:

Kalkulator ma obsługiwać tylko wiązki fotonów.

Pytanie nr 29

Ile akceleratorów, jakich producentów i jakie modele oraz jak skonfigurowane (rodzaj kolimatora) powinien obsługiwać kalkulator będący przedmiotem zamówienia?

Uzasadnienie: Znajomość ww. danych dotyczących akceleratorów, które powinny być obsługiwane przez kalkulator jest niezbędna dla właściwego przygotowania oferty pod względem merytorycznym i rzeczowym oraz jej należytej wyceny.

Odpowiedź:

Kalkulator będący przedmiotem zamówienia powinien obsługiwać trzy akceleratory:

- Elekta Versa HD z kolimatorem Agility (0,5cm) wiązki fotonów: 6MV, 10MV, 15MV oraz FFF 6MV i 10MV,
- 2xElekta Synergy (bliźniacze) z kolimatorem MLCi2 (1,0cm) wiązki fotonów: 6MV, 15MV

Pytanie nr 30

Prosimy o zmianę w odniesieniu do Pakietu nr 5 treści zapisu pod nazwą „Termin realizacji zamówienia” na str. 2 w SIWZ z dotychczasowej na następującą:

„– maksymalnie do 40 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego kompletu danych dla każdego akceleratora w formie elektronicznej, które są niezbędne do konfiguracji kalkulatora dla potrzeb danego akceleratora w zakresie: transportu sprzętu medycznego do miejsca dostawy, uruchomienia, przekazania sprzętu medycznego wraz z atestami, certyfikatami, instruktażu personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończony podpisaniem „Protokołu instruktażu”. Całość zadania zostanie zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego”.

Pytanie nr 31

Prosimy o zmianę w odniesieniu do Pakietu nr 5 dotychczasowej treści zapisu §3 ust. 1 w Zał. Nr 5 do SIWZ na następującą: „1. Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie: • transportu sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, • uruchomienia, • przekazania sprzętu medycznego wraz z atestami, certyfikatami, • instruktażu personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu instruktażu”. Całość zadania w odniesieniu do Pakietu nr 5 zakończona podpisaniem przez Strony „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu

medycznego” w terminie do 40 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego kompletu danych dla każdego akceleratora w formie elektronicznej, które są niezbędne do konfiguracji kalkulatora dla potrzeb danego akceleratora .”

Pytanie nr 32

Prosimy o zmianę w odniesieniu do Pakietu nr 5 dotyczącej treści zapisu §7 ust. 1b w Zał. Nr 5 do SIWZ na następującą: „w zakresie całości zadania niezakończenie podpisaniem przez Strony „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego” do 60 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego kompletu danych dla każdego akceleratora w formie elektronicznej, które są niezbędne do konfiguracji kalkulatora dla potrzeb danego akceleratora.”

Uzasadnienie do pytań 30, 31 i 32:

Niezależny kalkulator jednostek monitorowych dla wskazanych technik leczenia jest oprogramowaniem dedykowanym i obsługującym konkretny akcelerator. Do oprogramowania bazowego jego producent musi zaimplementować indywidualne modele wiązek konkretnych akceleratorów, co wymaga podania przez Zamawiającego ich dokładnych charakterystyk. Dopiero po zaimplementowaniu tych danych, niezależny kalkulator jednostek monitorowych będzie kompletny i gotowy do użytku na danym akceleratorze. W związku z tym zasadne jest naszym zdaniem określenie rozpoczęcia biegu okresu realizacji zamówienia dla Pakietu nr 5 nie od daty podpisania umowy, ale od daty przekazania Wykonawcy zestawu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Te niezbędne dane charakteryzujące urządzenia posiadane przez Zamawiającego, to m.in.:

1. Parametry pracy akceleratora:

- wartości używanych energii fotonów
- SSD - dane kalibracyjne i dot. Transmisji
- informacje nt. geometrii, szczęk, „gantry”, kolimatora i stołu
- parametry klinów, kolimatora MLC - informacje dotyczące wiązki elektronów (jeśli zamówienie dotyczy także obsługi wiązek elektronów)

2. Dane z pomiarów dozymetrycznych wykonanych dla poszczególnych energii i pól:

- PDD
- TPR
- profile wiązek
- „outputy”
- inne, zależne od rodzaju akceleratora.

Komplet tych danych jest niezbędny do skonfigurowania oprogramowania, tak aby mogło obsługiwać konkretne akceleratory posiadane przez Zamawiającego.

Chcielibyśmy przy tym nadmienić, że program bazowy bez konfiguracji pod kątem konkretnych akceleratorów może być dostarczony w bardzo krótkim czasie (rzędu kilku dni).

Odpowiedź:


Dot. Pytania nr 30, nr 31, nr 32

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty przystąpi do pomiarów niezbędnych do stworzenia modeli dozymetrycznych dla kalkulatora.

Pytanie nr 33

Prosimy o zmianę w odniesieniu do Pakietu nr 5 dotyczącej treści zapisu §6 ust. 1c w Zał. Nr 5 do SIWZ na następującą: „za brak sprawności sprzętu zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 3 do SIWZ uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień roboczy niesprawności, licząc od 97. godziny od zgłoszenia niesprawności przy pomocy (poczty elektronicznej/ platformy elektronicznej, inne.....),”

Uzasadnienie:



Z uwagi na lokalizację siedziby producenta kalkulatora w USA i związane z tym znaczne różnice stref czasowych, wyznaczony przez Zamawiającego dotychczasowy czas reakcji serwisu jest dla nas stanowczo za krótki.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 16.09.2019r.

Pytanie nr 34

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia wykazu wykonanych dostaw w związku z wprowadzeniem produktu na rynek?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 60 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz