

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376

REGON 276201240

tel. 32 42 00 100 fax. 32 25 14 533

e-mail: szpital@kco.katowice.pl



K.C.O./AT/ZL/ZP/AS/ 1784 / 19

Katowice, dnia 26.11.2019 r.

Zapytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 84/2019

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrod gruszek w jednym kolorze.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Zapytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 1 poz. 13

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu w kolorze białym przy pozostałych parametrach bez zmian.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Zapytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 1 poz. 13

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu o pojemności 0,25l z przeliczeniem wymaganych ilości, przy pozostałych parametrach bez zmian.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Zapytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 13 poz. 6

„Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony o czy też dopuszcza papier kompatybilny?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny

Zapytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 13 poz. 8

„Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru w kratkę czy gładkiego?”

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem w kratkę

Zapytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 13 poz. 14

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o rozmiarze 210mm x 150mm x 200 arkuszy z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 14 sztuk.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Zapytanie nr 7 – dot. Projektu umowy - §1 ust. 2

„Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie

[Handwritten signature]

zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP)."

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie nr 8 – dot. Projektu umowy - §1 ust. 3a

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację §1 ust. 3a projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmiennym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 9 – dot. Projektu umowy - §11

„Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 17 poz. 42

„Czy Zamawiający wydzieli z pak. 17 poz. nr 42 co umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty?”

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 17 poz. 42

„Czy Zamawiający dopuści w pak. 17 poz. nr 42 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt?”

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 34

„Prosimy o dopuszczenie równoważnego ustnika jednorazowego z powiększonym otworem głównym – 60FR, z gumką tekstylną wysokiej jakości, pakowane indywidualnie z datą ważności oraz datą produkcji na każdym opakowaniu jednostkowym. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z otworem”

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy Pakietu nr 32 Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 32

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników z gumką tekstylną”

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 58

„Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowania zestawów w rozmiarach 12,14, 16, 18, 20, 22 i 24 Fr, w zestawie dren z nakładką prostą, strzykawki, gaziki”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 82 poz. 2

„Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowania strzykawki 3,0 ml”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 82 poz. 9 i 10

„Czy Zamawiający w pozycji 9 i 10 dopuści zaoferowanie zgłębników 6/8/10/12/14 Fr, długość 110 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 85 poz. 5

„Czy Zamawiający w pozycji 5 pakiet 85 dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14 FR i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny, kompletny do implantacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 85 poz. 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 pakiet 85 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączniku”. Szczegółowe informacje o produkcie w załączniku.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na odpady medyczne 0,2 litrowego z przykrywką zamontowaną na stałe, z otworem wrzutowym posiadającym specjalne wycięcie do zdejmowania igieł. Dla pojemników na odpady medyczne o tak małej pojemności, nałożona ściśle/zatrzaśnięta na korpusie przykrywa jest charakterystycznym elementem, ponieważ pojemniki te, nazywane często pojemnikami osobistymi, ze względu na rozmiar i użytkowanie nie tylko stacjonarne lecz również poza placówką (np. wizyty domowe/środowiskowe), mogą być bezpiecznie przenoszone np. w torbie zabiegowej czy pielęgnarskiej. Specyfika użytkowania pojemnika o najmniejszej, dostępnej na rynku pojemności, narzuca niejako wskazane rozwiązanie techniczne, celem całkowitego wyeliminowania ryzyka przypadkowego zsunięcia się przykrywki i zakłucia. Ponadto, przykrywa nałożona/zatrzaśnięta na stałe, ułatwia użytkowanie pojemnika, pozwalając na jego obsługę jedną ręką, poprzez łatwe otwieranie i zamykanie klapy, osłaniającej otwór wrzutowy.

W razie odmowy, żądamy wskazania przesłanek merytorycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie pojemnika o pojemności 0,2 l z całkowicie zdejmowaną przykrywą.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający oczekuje naklejek na pojemniki z nadrukowanymi indywidualnymi danymi, takimi jak nazwa placówki (wytwórca odpadów), REGON oraz numer księgi rejestrowej i organ rejestrowy?

Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie czasu przeznaczanego przez personel na wykonywanie technicznych, powtarzalnych czynności, polegających na odręcznym wpisywaniu danych Zamawiającego. Bardzo pozytywne opinie licznej grupy placówek, którym dostarczane są pojemniki ze spersonalizowanymi etykietami, potwierdzają racjonalność i użyteczność rozwiązania. Jednocześnie, nie wpływa to znacząco na ceny jednostkowe produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Zapytanie nr 21 – dot. wymogów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 86 poz. 2-6

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemników z przykrywką na wcisk.

Dopuszczenie pojemników z przykrywką na wcisk nie ma wpływu na wykonywaną procedurę medyczną a pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. W razie odmowy prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 67

Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji gruboigłowej, rozm. 14G, dł. 16 cm wraz z kompatybilnym pistoletem do biopsji gruboigłowej, wielorazowy, dwie długości strzału: 15 i 22 mm. Możliwość naciągnięcia pistoletu jedną ręką, posiada zawleczkę zapobiegającą przez niepożądanym strzałem; przycisk strzału w tylnej części pistoletu. Waga pistoletu: 238 gramów. Długość: 120,2 mm. Szerokość: 33 mm, Wysokość: 34 mm?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert i wybranie oferty najkorzystniejszej cenowo, co przyczyni się do bardziej efektywnego zarządzania środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 19 poz 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 19 poz 1 i 2** – Worki do laparoskopii, w **poz.1** o poj.200ml średnica 10,2cm oraz w **poz.2** o poj.800 ml o wymiarach 16x20,5cm średnica 10cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Zapytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 48

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 48**- Wkład do ssaka VacuSmart, równoważny system do odsysania wydzielin ustrojowych do opisanego w pakiecie (wkład workowy 1000ml z wkładem żelującym)? Dostarczymy nieodpłatnie pojemniki i ewentualne uchwyty. Proponowany przez naszą firmę system do odsysania spełnia takie same standardy jakościowe co opisany w SIWZ system. Dopuszczenie asortymentu o zbliżonych parametrach nie spowoduje obniżenia standardów jakościowych a umożliwi zdrową konkurencję i pozwoli wybrać Zamawiającemu najkorzystniejszą opcję.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 26 – dot. SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 27 – dot. zawarcia umowy

Wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Zapytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danej pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 53

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów porodowych dla noworodka, które są biozgodne i nie wykazują działania uczulającego, drażniącego i cytotoksycznego? Czy na potwierdzenie w/w wymagań będzie oczekiwał przedstawienia np. deklaracji o biozgodności i lub kart danych technicznych, i lub niezależnej Instytucji np. Opinii Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 30 – dot. treści umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 31 – dot. treści umowy

Zważywszy na treść § 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenia uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie nr 32 – dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niestuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12, w wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. KIO 2280/16 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rurka intubacyjna w rozmiarze 2,5 bez mankieta posiadała czarny minimum 2 cm znacznikiem głębokości i dopuści standardowe oznaczenie głębokości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 5 poz. 25-27

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 2/8 cm, 3/9 cm/ 4/10 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 35 – dot. Pakietu nr 40

Czy Zamawiający wymaga okularów typu Y?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 55 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ o długości rur 1.8 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 55 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurkowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i średnicę 22 mm i długości 1.8 m, z kolankiem z portem kapno, wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 x m H₂O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągальną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 55 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurkowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i średnicę 22 mm i długości 1.8 m, z kolankiem z portem kapno, dodatkowa rurka do worka o długości 1.8 l z workiem 2 l bezłateksowym. wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 x m H₂O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągальną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 55 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankiem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wkleinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankieta umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7 kg, 7-17 kg, 17-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 57 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź:

Brak pozycji 4 w Pakiecie nr 57

Zapytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 56 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych i dopuści w powyższym zakresie filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym

Rafał S.

wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Zapytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 igły typu Hubera o długości 19-25mm wyposażone w dren i odpinane uchwyty?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 62 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 igły typu Hubera proste do płukania portu w rozmiarach: 19G x 25mm, 20G x 25mm i 22G x 25mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 62 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 igły zagięte pod kątem 90° w rozmiarze 20G x 19-25mm lub 22G x 25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 62 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 igły o następujących parametrach:

Igła ze szlifem Hubera do długich przetoczeń:

- z drenem o długości min.20cm w kolorze innym niż przezroczysty dla odróżnienia od zwykłych igieł Hubera
- z klipsem do przerw w infuzji, z oznaczeniem maksymalnej prędkości przepływu i ciśnienia
- z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku,
- z wygodnymi, odpinanymi skrzydełkami,
- z korpusem wykonanym z przezrystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia,
- z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta,
- o rozmiarach 19-20G,
- o długościach 19-32mm,
- przeznaczone do ciśnienia min. 300psi
- z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci dźwigni, sygnalizującej „klikiem” bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 22

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układu do resuscytacji z maską o poniższych parametrach pakowanych wraz z maseczką rozmiar 0,1.

Układ oddechowy jednorazowego użytku pasujący do aparatu do resuscytacji ,wyposażony w:

- ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii 183 cm
- na końcu układu zastawka PEEP
- wejście zastawki o parametrach: średnica wewnętrzna 15 mm,
- wykonany z PCV, nie zawiera lateksu.
- Zestaw mikrobiologicznie czysty, zapakowany w opakowanie foliowe.
- widoczna i czytelna data ważności.
- pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 36

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do aerozoloterapii w formie nebulizacji z poniższymi parametrami;

Metoda dozowania	Naturalny oddech
Metoda nebulizacji	Aktywacja oddechem lub ciągła
Prędkość przepływu przy nebulizacji	15 l/min
Linie napełniania	Zewnętrzne : 0,5 ml-6 m

Przepływ roboczy	Wewnętrzne : 1 m
Ciśnienie robocze przy przepływie min.	7-8 l/min, 50 psi
Wlot powietrza	0,92 bar
Wizualny wskaźnik aktywacji	Od góry
Ośłona przed skapywaniem	tak
Bez lateksu	tak
Wymienny ustnik	tak
Kąt roboczy	Maks 45 stopni
Frakcja drobnych cząstek (%<4,8 mikrona)	78,4 %
Mediana masowa śred. Aerodynam.(MMAD)	2,8 µg
Aktywacja oddechem (Albuterol 2,5 mg, ud)	Dawka rozpylona 791 µg
Aktywacja oddechem (Albuterol 2,5 mg, µg)	Dawka na minutę 97 µg
Aerozol w otoczeniu Emisja (Albuterol 3,0 ml.UD)	Dawka rozpylona 568 µg
	Dawka na minutę 298 µg
	aktywacja oddechem 4%

Nebulizator aktywowany oddechem umożliwia dozowanie najmniejszych ilości leku umożliwiając skuteczna kontrolę. Nebulizator zawierający - Regulator AeroControl* Opatentowany system membrany i siatki umożliwia zwiększenie czułości mechanizmu aktywującego do poziomu wysiłku oddechowego zaledwie 15 l/min

Parametry:

Zalety użycia nebulizatora:

- Minimalna ilość aerozolu wytwarzanego podczas wydychania
- Gwarancja dawek klinicznych
- Bezpieczne środowisko w placówkach opieki zdrowotnej
- Efektywne wykorzystanie leków

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 40

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków o poniższych parametrach;

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykle - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające **dwa niezależne punkty regulacji**, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 56

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 18 oraz 20 ,w przypadku wydzielenia

Dopuszczenie nebulizatorów o poniższych parametrach;

Metoda dozowania	Naturalny oddech
Metoda nebulizacji	Aktywacja oddechem lub ciągła
Prędkość przepływu przy nebulizacji	15 l/min
Linie napełniania	Zewnętrzne : 0,5 ml-6 m
	Wewnętrzne : 1 m
Przepływ roboczy	7-8 l/min, 50 psi
Ciśnienie robocze przy przepływie min.	0,92 bar
Wlot powietrza	Od góry
Wizualny wskaźnik aktywacji	tak
Ośłona przed skapywaniem	tak
Bez lateksu	tak
Wymienny ustnik	tak

Kąt roboczy	Maks 45 stopni
Frakcja drobnych cząstek (%<4,8 mikrona)	78,4 %
Mediana masowa śred. Aerodynam.(MMAD)	2,8 µg
Aktywacja oddechem (Albuterol 2,5 mg, ud)	Dawka rozpylona 791 µg Dawka na minutę 97 µg
Aktywacja oddechem (Albuterol 2,5 mg, µg)	Dawka rozpylona 568 µg Dawka na minutę 298 µg
Aerozol w otoczeniu Emisja (Albuterol 3,0 ml.UD)	aktywacja oddechem 4%

Nebulizator aktywowany oddechem umożliwia dozowanie najmniejszych ilości leku umożliwiającą skuteczną kontrolę. Nebulizator zawierający - Regulator AeroControl* Opatentowany system membrany i siatki umożliwia zwiększenie czułości mechanizmu aktywującego do poziomu wysiłku oddechowego zaledwie 15 l/min

Parametry:

Zalety użycia nebulizatora:

- Minimalna ilość aerozolu wytwarzanego podczas wydychania
- Gwarancja dawek klinicznych
- Bezpieczne środowisko w placówkach opieki zdrowotnej
- Efektywne wykorzystanie leków

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 50 – dot. Pakietu nr 20

Na podstawie art.38 Pzp dla zachowania konkurencyjności oraz uzyskania przez Zamawiającego większej ilości korzystnych cenowo ofert prosimy o dopuszczenie do postępowania nr KCO/PN/84/2019 na zakup i dostarczanie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku podanych poniżej rozwiązań.

Pakiet 20 – Elektrody neutralne do diatermii:

Elektroda o powierzchni aktywnej 103 cm² oraz powierzchni całkowitej 168 cm².

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 91

Na podstawie art.38 Pzp dla zachowania konkurencyjności oraz uzyskania przez Zamawiającego większej ilości korzystnych cenowo ofert prosimy o dopuszczenie do postępowania nr KCO/PN/84/2019 na zakup i dostarczanie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku podanych poniżej rozwiązań.

Pakiet 91 – Marker chirurgiczny:

Marker chirurgiczny w kolorze fioletowym, sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 17 poz. 42

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 42 z pakietu 17 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 3 poz. 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na założenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających gumkę lub opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 55 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1,2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 56– dot. Pakietu nr 8 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kroplową wolną od PVC? Komora wolna od PVC jest bardziej przejrzysta i elastyczna co znacznie poprawia komfort pracy personelu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 57– dot. Pakietu nr 8 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia papier?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 58– dot. Pakietu nr 8 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z zaciskaczem wyposażonych w uchwyt na dren?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 59– dot. Pakietu nr 8 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 60– dot. Pakietu nr 8 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aby informacja o braku ftalanów znajdowała się na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 61– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 62– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 63– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów, z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 64– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek posiadających kolorowy kontrastujący tłok (nie mleczny)?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 65– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z logo producenta na cylindrze?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 66– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z tłokiem prostym na całej długości cylindra, z ewentualnym przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego długości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 67– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 68– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 69– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 70– dot. Pakietu nr 86 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 86 w pozycji 2 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 520 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 71– dot. Pakietu nr 86 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 86 w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 72– dot. Pakietu nr 86 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 86 w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 73– dot. Pakietu nr 86 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 86 w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 5600 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 74– dot. Pakietu nr 86 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 86 w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na danie pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 10600 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 75– dot. wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 76– dot. Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd był wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Zapytanie nr 77– dot. Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy posiadał miejsce na dren oraz dodatkowy element służący do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Zapytanie nr 78– dot. Pakietu nr 8 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga loga producenta na zaciskaczu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Zapytanie nr 79– dot. Pakietu nr 8 poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga aby przyrząd był wolny od ftalanów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 80– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment z pakietu.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 81– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowego użytku typu: dwuczęściowego Luer.

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 82– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe Luer ze skalą rozszerzoną: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 83– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga podwójnego uszczelnienia tłoka w strzykawce?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 84– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy zamawiający wymaga umieszczonej nazwy producenta na cylindrze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Zapytanie nr 85– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy zamawiający wymaga aby w przypadku strzykawki dwuczęściowej Luer widniała na opakowaniu jednostkowym informacja wolny od ftalanów, lateksu, PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Zapytanie nr 86– dot. Pakietu nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga strzykawki Janeta wyposażonej w dwa funkcjonalne reduktory Luer z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Zapytanie nr 87– dot. Pakietu nr 10 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp w rozmiarze 50/60 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 88– dot. Pakietu nr 11 poz. 1A-1E

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w rozmiarze 30/33 ml, 20/22 ml, 10/12 ml, 5/6 ml.

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 89– dot. Pakietu nr 17 poz. 27

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment z pakietu.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 90– dot. Pakietu nr 23 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment z pakietu.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 91– dot. Pakietu nr 28 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment z pakietu.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 92– dot. Pakietu nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga oznaczenie na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 93– dot. Pakietu nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kompatybilności z MRI?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 94– dot. Pakietu nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy o objętość wypełnienia 0,085ml z przepływem 312 ml/ min ciśnieniem zwrotnym 29 PSI.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 95– dot. Pakietu nr 60 poz. 14-15

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment z pakietu.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 96– dot. Pakietu nr 72 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment z pakietu.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 97– dot. Pakietu nr 78 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby kaniula była wyposażona w cztery paski widoczne w RTG?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 98– dot. Pakietu nr 78 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby trzpień wewnętrzny był położony poniżej krawędzi korka?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 99– dot. Pakietu nr 78 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym widoczne było logo, nazwa i adres producenta ,nr serii, data produkcji i ważności?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 100– dot. Pakietu nr 79 poz. 2

Prosimy Zamykającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP. PTFE i FEP są grupą z rodziny teflonów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 101– dot. Pakietu nr 79 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby trzpień koreczka był położony poniżej krawędzi korka, co zwiększa aseptykę pracy dla personelu medycznego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 102– dot. umowy

Czy zamawiający zgodzi się na dopisanie do umowy następujących paragrafów?:

- „W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta. ”

- „W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość zaoferowania innego produktu, który jest tożsamy lub lepszy niż produkt którego produkcja została zakończona / wstrzymana przy zachowaniu ceny, którego produkcja została zakończona / wstrzymana.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 103– dot. umowy

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy), paragraf 6, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 250,00 zł za każde zdarzenie?

Odpowiedź:

W/w paragraf nie zawiera informacji o karach umownych. Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 104– dot. pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową 5cm?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 105– dot. pakietu nr 9, poz. 1-4, 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a 100 szt.?Taka wycena umożliwi złożenie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 106– dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki jałowej j. uż.. trzyczęściowej typu Luer-Lock w opakowaniu a 100 szt.? Taka wycena umożliwi złożenie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 107– dot. pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port dostępu żylnego:

- przezroczysty
- kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip,
- do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, cytostatyków, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań,
- o przepływie 540ml/min
- ilość aktywacji min. 600
- wypieranie 0,002 ml
- objętość napełnienia nie większa niż 0,045ml,
- przeznaczony na 7 dni (600 aktywacji)
- bez zawartości lateksu i ftalanów,
- sterylny,
- opakowanie typu folia – papier,
- sterylizowany tlenkiem etylenu,
- opakowanie z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie produkcji, dacie przydatności, metodzie sterylizacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 108– dot. pakietu nr 61

Czy Zamawiający, w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości produktu, będzie wymagał wyrobu medycznego należącego do klasy I sterylnej (zgodnie z ustawą PZP) i już na etapie składania oferty, będzie wymagał złożenia deklaracji zgodności potwierdzającej tą klasę?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 109– dot. pakietu nr 76 poz. 1

Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania przyrząd do pobierania leków z fiolek o średnicy 13mm i 20mm do wyboru przez Zamawiającego . Przyrząd zakotwiczony zamkniętym systemem bezigłowym o ilości aktywacji 600. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrole wzrokową, nie zawierający części metalowych, z materiału nieposiadającego DEHP, PCV i lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu. Z objętością napełnienia 0,070ml, przepełnienia 0,05ml, min/max ciśnienie 0,86/2bar (12/30psi)?

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy poz. 9 to Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 110– dot. pakietu nr 76 poz. 2

Czy Zamawiający, dopuści do zaferowania nakłuwacz typu SPIKE do pobierania i podawania roztworu leków do butelek lub worków zakończony bezigłowym systemem bezigłowym. Może być użytkowany do 7 dni, nie zawiera DEHP, części metalowych i lateksowych. Korpus zaworu przezroczysty, powierzchnia zaworu całkowicie płaska, możliwa dezynfekcja. Objętość zaworu wynosi 0,085ml, całego produktu 0,55ml. Kompatybilny z krwią, cytostatykami i lipidami?

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy poz. 10 to zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 111– dot. pakietu nr 76 poz. 3

Czy Zamawiający, dopuści do zaferowania poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony trzema systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski o różnych kolorach w celu właściwego identyfikowania różnych płynów, umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość napełnienia 0,35ml. Odporny na działanie lipidów i cytostatyków, natężenie przepływu 145 ml/min, ilość aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy poz. 11 to zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 112– dot. pakietu nr 76 poz. 4

Czy Zamawiający, dopuści do zaferowania poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski o różnych kolorach w celu właściwego identyfikowania różnych płynów, umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość napełnienia 0,42ml. Odporny na działanie lipidów i cytostatyków, natężenie przepływu 145 ml/min, ilość aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy poz. 12 to zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 113– dot. warunków umowy § 1 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zapytanie nr 114– dot. warunków umowy § 1 ust 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „niezmienność cen brutto za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 115– dot. warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 116– dot. zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 117– dot. warunków umowy § 6 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację dot. wad fizycznych jak również jakości przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania reklamacji na piśmie.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 118– dot. wzoru umowy § 7 ust 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1% oraz odpowiednio z 500,00 zł na 100,00 zł?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 119– dot. wzoru umowy § 9 ust 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Nie jest to decyzja SPZOZ

Zapytanie nr 120– dot. Pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane pojedynczo w torebki strunowe, z regulowaną gumką materiałową (zamiast silikonową), wstępnie założoną – z jednej strony?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 121– dot. Pakietu nr 64

Czy Zamawiający wymaga aby pętla wzmocniona była szlifowanym metalowym pancerzem m.in. dla bezpieczeństwa kanału bronchoskopu?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 122– dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany po 25szt z przeliczeniem podanych ilości i wyceną za opakowanie? Pozwoli to zaoferować korzystniejszą cenę.

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 123– dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny w rozmiarze 50x50cm a'80szt w rolce z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 124– dot. Pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny a'50szt w rolce z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 125– dot. Pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny w rozmiarze 50x80cm?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 126– dot. Pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny w rozmiarze 50x160cm a'25szt w rolce z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 127– dot. Pakietu nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny w rozmiarze 50x80cm?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 128– dot. Pakietu nr 53

Czy Zamawiający dopuści aby próbki przedstawione na ewentualne wezwanie były niesterylne jako wzór zaoferowanego zestawu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 129– dot. Pakietu nr 3 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści Foleya, trójdrożny, rozm. CH 16?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 130– dot. Pakietu nr 3 poz. 47

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego z końcówkami lejek-lejek (żeńską-żeńską) lub lejek – stożek (żeńską-męską)?

Odpowiedź:

Dopuszcza. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru końcówek.

Zapytanie nr 131– dot. Pakietu nr 3 poz. 55

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego o średnicach 5,6mm / 8,0mm (wew. /zew.)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 132– dot. Pakietu nr 3 poz. 56

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego w rozm. CH 20 (6,5mm x 4,45mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 133– dot. Pakietu nr 3 poz. 64

Czy Zamawiający dopuści Sondy Sengstekena, rozm. 18?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 134– dot. Pakietu nr 3 poz. 65

Czy Zamawiający dopuści Sondy Sengstekena, rozm. 20?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 135– dot. Pakietu nr 3 poz. 68

Czy Zamawiający dopuści przylepiec mocujący do drenów donosowych posiadający odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem, a skórą
Cienki i elastyczny - przylepiec jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do różnych części ciała
Posiada znakomite właściwości przylepne i dużą wytrzymałość mechaniczną

Hypoalergiczny

Kolor jasnobrązowy

Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 136– dot. Pakietu nr 3 poz. 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 68 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 137– dot. Pakietu nr 5 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel nr 2 o długości 8cm?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 138– dot. Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 4cm w części przezroczystej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 139– dot. Pakietu nr 9 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 140– dot. Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 141– dot. Pakietu nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 7 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 142– dot. Pakietu nr 13 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu KTG Corometrics 4305 BAO w bloku liczącym 150 arkuszy z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Nie, ponieważ proponowany papier do aparatu KTG jest o szerszym wymiarze i zaczyna się w aparacie

Zapytanie nr 143– dot. Pakietu nr 14 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści miski o poj. 4l?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 144– dot. Pakietu nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego o pojemności 20ml?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 145– dot. Pakietu nr 40 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne do fototerapii rozm. 29-35,5?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 146– dot. Pakietu nr 40 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne do fototerapii rozm. 31-37,5?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 147– dot. Pakietu nr 66 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego z igła Touchy w rozmiarze 18G / 9cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 148– dot. Pakietu nr 88 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń rozm. 25Gx120mm lub 27Gx120mm?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 149– dot. Pakietu nr 91 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści marker chirurgiczny w kolorze fioletowym, sterylny?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 150– dot. Pakietu nr 56 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 36,8 mgH₂O/L, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 28 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,95 cmH₂O przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy poz. 14 to Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 151– dot. Pakietu nr 56 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie - Mikrobiologicznie czysty wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. "sztuczny nos", zbudowany z mikroporowanej polimerowej pianki, zapewniającej wysoki poziom oddawania ciepła i wilgoci; skuteczność nawilżania 33,2 mgH₂O/L, waga 4,5 g, opór przepływu 0,31 cmH₂O/ 60 l/min, objętość wewnętrzna 8 ml, zakres objętości oddechowej 100 - 1500 ml, średnica złącza 15F, zaopatrzony w boczny port do podawania tlenu oraz centralny samozamykający się - w postaci rozchylanych, silikonowych płatków - port do odsysania, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy poz. 15 to Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 152– dot. Pakietu nr 3 poz. 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych innego producenta?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 153– dot. Pakietu nr 3 poz. 59

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane maski były bezpieczne podczas pracy w środowisku MRI?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 154– dot. Pakietu nr 5 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych rurek o długości 8cm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 155– dot. Pakietu nr 16 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych laryngoskopów z uchwytem metalowo-plastikowym, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 156– dot. Pakietu nr 17 poz. 37-40

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane maski były pozbawione PCV oraz ftalanów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 157– dot. Pakietu nr 25 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu? Umożliwiłoby to znacznie większej grupie Wykonawcom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 158– dot. Pakietu nr 46 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnej wody o pojemności 450ml, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 159– dot. Pakietu nr 55 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych obwodów dwururowych dla dorosłych, o średnicy 22mm, długość rur 1,6m, wykonane z polietylenu, zawierających łącznik Y z portem kapno, odłączalny od rur, odłączalne kolanka obrotowe, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie, bez ftalanów, w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Zapytanie nr 160– dot. Pakietu nr 55 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych obwodów dwururowych dla dorosłych, o średnicy 22mm, długość rur 1,8m, z dodatkową rurą 1m, wykonane z polietylenu, zawierających łącznik Y z portem kapno, odłączalny od rur, odłączalne kolanka obrotowe, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie, bez ftalanów, w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Zapytanie nr 161– dot. Pakietu nr 55 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych obwodów dwururowych dla dorosłych, o średnicy 22mm, długość rur 1,8m, z dodatkową rurą 1m, workiem bezlateksowym 2litry, wykonane z polietylenu, zawierających łącznik Y z portem kapno, odłączalny od rur, odłączalne kolanka obrotowe, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie, bez ftalanów, w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy poz. 3 to zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 162– dot. Pakietu nr 91 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego markera w kolorze fioletowym?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 163– dot. Pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści okulary w następujących rozmiarach:
Medium 26-32cm, Large 33-38cm?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 164– dot. Pakietu nr 90

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pulsoksymetrów bez dźwięku i alarmu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 165– dot. Pakietu nr 3 poz. 68

Czy Zamawiający dopuści przylepce do mocowania sond u pacjentów mających skórę o normalnej wrażliwości o poniższych parametrach:

-Hipoalergiczny tradycyjny przylepiec z tkaniny wiskozowej w kolorze cielistym;

- Pokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami;
- Przepuszcza powietrze i parę wodną, jest przyjazny nawet dla wrażliwej skóry;
- Dobrze przylega, jest wytrzymały i nie-rozciągliwy;
- Od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
- Trzyma pewnie, a po zdjęciu nie pozostawia resztek kleju;
- Ząbkowane brzegi plastra pozwalają na jego łatwe oddzielenie bez użycia nożyczek i zabezpieczają przed strzępieniem się tkaniny;
- Nie absorbuje promieni Roentgena, nie musi więc być usuwany przy prześwietleniu;
- Dostępny w rozmiarach 1,25cm x 5m; 2,5 cm x 5 m; 5cm x 5m.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 166– dot. zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 167– dot. wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: „Za zwłokę w dostawie Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 168– dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wniesienia towaru do magazynu Zamawiającego i odstąpienie od naliczenia z tego tytułu kary umownej, która jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do zawinienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 169– dot. wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę §9 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

Zapis nie dotyczy

Zapytanie nr 170– dot. wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisu §7 ust. 4 wzoru umowy na: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 171– dot. Pakietu nr 49 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych pętli naczyniowych w czterech kolorach: niebieskim, czerwonym, białym, żółtym, o wymiarze 1,0 x 2,5 mm (grubość x szerokość), o długości 46 cm. Nośnik: Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS)/ polietylen. Pętla jednorazowa, bezłateksowa, sterylizowana radacyjnie. Klasa IIa sterylna. Pakowane podwójnie w rozrywanych torebkach typu peel pouch, następnie w dyspenser po 10 szt. Karton zbiorczy 100 szt.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 172– dot. Pakietu nr 11

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie jednostkowe strzykawki ma mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 173– dot. Pakietu nr 30

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maksymalny okres przechowywania i aspiracji leków ma wynosić maksymalnie 28 dni?

Odpowiedź:

Maksymalny czas pobierania leków do 24 godzin.

Zapytanie nr 174– dot. Pakietu nr 46

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 175– dot. Pakietu nr 61

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do bezpiecznego pobierania leków z fiolek 18G, 1,2 x 40mm, otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań bez filtra cząsteczkowego. sterylizowana tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 176– dot. Pakietu nr 40

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferować okulariki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, jednopacjentowe (do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta), wykonane z materiału nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne, dobrze przylegające wielopunktowo do skóry na zasadzie bioadhezji, bezklejwe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie, bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych.

Wykonanie okularików gwarantuje szczelne ich przyleganie, nie przemieszczają się, nawet podczas zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.



Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:

Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm (najmniejsze noworodki/ wcześniaki), rozm. 20-30 cm

Rozmiar 1 110 x 47 mm (noworodki o drobnej budowie główki), rozm. 23-35 cm

Rozmiar 2 130 x 60 mm (wielkość główki - typowa); rozm. 30-35 cm,

.Każda sztuka pakowana pojedynczo z oznakowaniem rozmiaru.

**Odpowiedź:**

Tak

Zapytanie nr 177– dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 2, poz. 1 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 178 – dot. Pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 27 próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomagania porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwoonu” (kielicha) Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie lub „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru.

Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 179 – dot. Pakietu nr 35

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o następujących parametrach: Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175 ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.”

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 33 to zgodnie z SIWZ

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii
lek. med. Włodzimierz Migacz