



# KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376

REGON 276201240

tel. 32 42 00 100 fax. 32 25 14 533

e-mail: szpital@kco.katowice.pl



K.C.O./AT/ZL/ZP/AS/ 1789 / 19

Katowice, dnia 21.11.2019 r.

## Zapytania do SIWZ- SPROSTOWANIE

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii  
**oznaczenie sprawy:** KCO/PN/ 84/2019

**Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że zaistniała pomyłka w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

### **Było:**

#### **Zapytanie nr 107– dot. pakietu nr 33**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port dostępu żylnego:

- przezroczysty
- kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip,
- do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, cytostatyków, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań,
- o przepływie 540ml/min
- ilość aktywacji min. 600
- wypieranie 0,002 ml
- objętość napełnienia nie większa niż 0,045ml,
- przeznaczony na 7 dni (600 aktywacji)
- bez zawartości lateksu i ftalanów,
- sterylne,
- opakowanie typu folia – papier,
- sterylizowany tlenkiem etylenu,
- opakowanie z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie produkcji, dacie przydatności, metodzie sterylizacji?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

### **Jest:**

#### **Zapytanie nr 107– dot. pakietu nr 33**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port dostępu żylnego:

- przezroczysty
- kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip,
- do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, cytostatyków, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań,
- o przepływie 540ml/min
- ilość aktywacji min. 600
- wypieranie 0,002 ml
- objętość napełnienia nie większa niż 0,045ml,
- przeznaczony na 7 dni (600 aktywacji)
- bez zawartości lateksu i ftalanów,

- sterylny,
- opakowanie typu folia – papier,
- sterylizowany tlenkiem etylenu,
- opakowanie z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie produkcji, dacie przydatności, metodzie sterylizacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Było:**

**Zapytanie nr 179 – dot. Pakietu nr 35**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o następujących parametrach: Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175 ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.”

**Odpowiedź:**

Jeżeli dotyczy pakietu nr 33 to zgodnie z SIWZ

**Jest:**

**Zapytanie nr 179 – dot. Pakietu nr 35**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o następujących parametrach: Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175 ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.”

**Odpowiedź:**

Jeżeli dotyczy pakietu nr 33 to Zamawiający dopuszcza

**DYREKTOR**  
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzisław Migacz