



KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376 REGON 276201240

tel. 32 42 00 100

fax. 32 25 14 533

e-mail: szpital@kco.katowice.pl



Katowice, dnia 10.01.2020 r.

KCO/AT/ZL/ZP/GP/ 43 /2020

Dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostawę podnośników hydraulicznych o udźwigu min. 200 kg, służących do podnoszenia pacjentów na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologicznego
(nr sprawy: K.C.O./PN/ 1/2020)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie, jakiego rodzaju nosidełka (transportowe czy kąpielowe) oczekuje Zamawiający w zestawie z podnośnikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający zamawia podnośniki zapewniające możliwość przeprowadzania badań jak i kąpeli pacjenta.

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie podnośników elektrycznych, z mechanicznie otwieraną podstawą nóg, o następujących parametrach:

- udźwig do 160 kg
- zakres podnoszenia: od 580 do 1610 mm
- regulowana szerokość podstawy od 550 do 780 mm
- długość podstawy jezdnej: 1000 mm
- wysokość podwozia: 80 mm
- czteropunktowy wieszak do mocowania nosidła
- możliwość regulacji pochylecia nosidła transportowego za pomocą kolorowych pętli
- możliwość awaryjnego opuszczania pacjenta

lub

Prosimy o dopuszczenie podnośników elektrycznych, z mechanicznie otwieraną podstawą nóg, o następujących parametrach:

- udźwig do 180 kg
- zakres podnoszenia: od 620 do 1800 mm
- regulowana szerokość podstawy od 700 do 1070 mm
- długość podstawy jezdnej: 1200 mm
- wysokość podwozia: 113 mm
- czteropunktowy wieszak do mocowania nosidła, z zaczepami w jednej płaszczyźnie
- możliwość regulacji pochylecia nosidła transportowego za pomocą kolorowych pętli
- możliwość awaryjnego opuszczania pacjenta



lub

Prosimy o dopuszczenie podnośników elektrycznych, z elektrycznie otwieraną podstawą nóg, o następujących parametrach:

- udźwig do 180 kg
- zakres podnoszenia: od 620 do 1800 mm, z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi
- regulowana szerokość podstawy od 650 do 1070 mm
- długość podstawy jezdnej: 1200 mm
- wysokość podwozia: 113 mm
- czteropunktowy wieszak do mocowania nosidła
- możliwość regulacji pochylenia nosidła transportowego za pomocą kolorowych pętli
- możliwość awaryjnego opuszczania pacjenta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii
lek. med. Włodzimierz Migacz