



# Katowickie Centrum Onkologii

ul. RACIBORSKA 26 40-074 K A T O W I C E

http://: [www.kco.katowice.pl](http://www.kco.katowice.pl)

e-mail: [szpital@kco.katowice.pl](mailto:szpital@kco.katowice.pl)

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZL/ZP/GP/ 479 18

Katowice dnia 18.04.2018r.

**Dotyczy:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie aparatu RTG diagnostycznego przyłóżkowego dla Katowickiego Centrum Onkologii  
**znak sprawy: K.C.O./PN/ 22 /2018**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego częstotliwość generatora wynosi 40kHz?

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego zakres regulacji prądu wynosi od 25mA do 250 mA?  
Jest to wystarczający zakres regulacji do wykonania całego zakresu badań aparatem przyłóżkowym, a dodatkowo korzystniejsza dla pacjenta jest możliwość ustawienia dużego prądu w celu zmniejszenia trwania czasu ekspozycji.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego szerokość aparatu wynosi maksymalnie 68 cm?  
Jest to minimalna różnica od wymaganej.

#### Odpowiedź:

Tak.

### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o mocy generatora 3,5 kW?

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie generatora o częstotliwości 40 kHz?

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o znikomo mniejszym zakresie mAs, tj. 0,2 – 220 mAs? Różnica jest zupełnie nieznacząca i nie wpływa na funkcjonalność aparatu ani na jakość diagnostyczną badania, a pozwoli nam zaoferować aparat najwyższej klasy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o zakresie czasu ekspozycji 3 ms – 1,5 s? Różnica jest zupełnie nieznacząca i nie wpływa na funkcjonalność aparatu ani na jakość diagnostyczną badania, a pozwoli nam zaoferować aparat najwyższej klasy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kolimatora o zakresie obrotu +/- 45 stopni? Kolimator posiada przy maksymalnym otwarciu kwadratowe pole obrazowania i obrót powyżej +/- 45 stopni nie przynosi Zamawiającemu żadnych korzyści funkcjonalnych, gdyż po obrocie o +/-90 stopni pole obrazowania nie zmieni się.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat rtg o minimalnej odległości ognisko-podłoga 51 cm? Różnica ta jest nieznaczna i w praktyce nieodczuwalna. Przychylenie się do naszej prośby pozwoli nam na złożenie ważnej oferty na sprzęt najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 10**

W pkt. 5 Załącznika nr 2 (Oferta Cenowa) Zamawiający wymaga „Zakres prądu min. 5 mA do 100 mA”. Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym zakres prądu wynosi od 40 do 80 mA? Taki zakres jest optymalny i w pełni wystarczający do wszystkich badań z zastosowaniem aparatu przyłóżkowego wyposażonego w wyspecyfikowany generator. Zamawiający najprawdopodobniej popełnił pomyłkę pisarską, ponieważ tak małe prądy, zbliżone do 5 mA, nie są w ogóle stosowane w radiografii, a jedynie w niektórych badaniach fluoroskopowych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 11**

W SIWZ Zamawiający wymaga: „Całość zadania zostanie zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej” po przeprowadzonych testach specjalistycznych i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na użytkowanie aparatu RTG”. Jednocześnie Zamawiający podaje, że wykonanie testów specjalistycznych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na użytkowanie aparatu RTG leży po stronie Zamawiającego. W efekcie jako Wykonawca nie mamy żadnego wpływu na to, kiedy zostanie podpisane protokół odbioru, ponieważ uzyskanie „niezbędnych zezwoleń” zależy od wielu czynników niezależnych od Wykonawcy i dostarczonego sprzętu – w tym np. kompletności dokumentacji dotyczącej samej placówki i personelu medycznego. Wykonawca nie ma też wpływu na to, kiedy Zamawiający wykona testy specjalistyczne, z których protokół wymagany jest do wydania zezwolenia na użytkowanie aparatu RTG. Wnosimy zatem o zmianę zapisów SIWZ na następujące, powszechnie stosowane w przetargach na dostawę aparatury rentgenowskiej:

- wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych leży po stronie Wykonawcy
- podpisanie „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej” nastąpi po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z umową, w zakresie:
- transport sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca dostawy

- instalacji i uruchomienia
- przekazania aparatu RTG wraz z atestami i certyfikatami
- szkoleniu personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończonym podpisaniem „Protokołu szkolenia”
- wykonaniu testów specjalistycznych i akceptacyjnych

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12**

Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt f); Załącznik nr 5 par. 1 pkt 6 lit. f)

Prosimy o potwierdzenie, że dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie 13**

Dotyczy: SIWZ, strona 2 oraz załącznik nr 5 do SIWZ par. 3 pkt 1 zdanie ostateczne:

*„Całość zadania zostanie zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej” po przeprowadzonych testach specjalistycznych i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na użytkowanie aparatu RTG.”*

Z uwagi, iż zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie testów specjalistycznych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na użytkowanie aparatu RTG leży po stronie Zamawiającego, prosimy o zmianę zapisu w sposób jak poniżej:


*„Całość zadania zostanie zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej” po dostawie i uruchomieniu aparatu RTG, przeprowadzeniu testów akceptacyjnych i przeszkoleniu personelu z obsługi.”*

Powyższą prośbę motywujemy faktem, iż przedmiotem zamówienia jest wyłącznie zakup i dostawa aparatu RTG. Zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i uruchomienia aparatu RTG, wykonania testów akceptacyjnych oraz do przeszkolenia personelu obsługi.

Naszym zdaniem przedmiot zamówienia po jego należyтым wykonaniu powinien zostać od Wykonawcy odebrany poprzez podpisanie stosownego protokołu przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Na przystąpienie do odbioru przedmiotu zamówienia nie powinny mieć wpływu okoliczności niezwiązane z zamówieniem, w tym przypadku prace dodatkowe, o których mowa w istniejącym obecnie zapisie (testy specjalistyczne, uzyskanie przez Zamawiającego zezwoleń na użytkowanie aparatu RTG, gdyż nie są przedmiotem postępowania. Ze względu na powyższe nie znajduje uzasadnienia uzależnianie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru od Wykonawcy prac będących przedmiotem zamówienia od terminów i jakości wykonania prac nieobjętych zamówieniem (zleczanych przez Zamawiającego podmiotom trzecim w ramach innych postępowań). Wykonawca nie ma wpływu na termin wykonania testów specjalistycznych ani na termin, w jakim Zamawiający uzyska od właściwych organów zezwolenia na użytkowanie aparatu RTG. Zwracamy uwagę, że podpisanie protokołu odbioru ma za cel potwierdzić należyte wykonanie przez Wykonawcę prac opisanych w SIWZ i nie powinno być uzależniane od wykonania prac i zadań, które nie leżą po stronie Wykonawcy. Ponadto, nasza powyższa prośba staje się jeszcze bardziej zasadna biorąc pod uwagę fakt (zapewne znany Zamawiającemu), że pomimo używanej potocznie nazwy „zezwolenie na użytkowanie aparatu” formalne procedury instytucji zewnętrznych obejmują kontrole wielu innych elementów poza dostarczonym sprzętem, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu. Takimi elementami są np. aktualność badań lekarskich personelu Zamawiającego, kompletność sprzętu do ochrony pacjentów i personelu będącego w posiadaniu Zamawiającego, poziom ochronności radiologicznej pomieszczeń Zamawiającego, w których aparat RTG będzie użytkowany itd.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.



**Pytanie 14**

Dotyczy: SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ pkt b oraz załącznik nr 5 do SIWZ, par. 4 pkt 1

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wystawi a Zamawiający przyjmie fakturę VAT po wykonaniu dostawy, instalacji, uruchomienia aparatu RTG wraz z testami akceptacyjnymi, bez względu na czas wykonania testów specjalistycznych i zezwoleń, które leżą po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że dokona wszelkich starań, które będą mieć na celu zminimalizować czas wykonania testów specjalistycznych i zezwoleń, które leżą po stronie.

**Pytanie 15**

Dotyczy: SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ pkt d oraz załącznik nr 5 do SIWZ, par. 5 pkt 2

Prosimy o potwierdzenie, że termin gwarancji określony w SIWZ (24 miesiące) liczony jest od daty instalacji, uruchomienia, testów akceptacyjnych aparatu RTG do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca bez względu na zakres prac leżących po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR  
Katowickiego Centrum Onkologii  
lek. med. Włodzimierz Migacz

