



Katowickie Centrum Onkologii

Ul. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

http://www.kco.katowice.pl

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZL/ZP/RI/ 164 / 18

Katowice, dnia 20.02.2018 r.

Zapytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie produktów i zestawów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 06 /2018

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 31

„Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 31, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach 16x40cm, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 serwety wykonanej z warstwy celulozowej i folii PE o gramaturze 44g/m2?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 sterylnego obłożenia uniwersalnego zgodnego z opisem zawartym w SIWZ, zawierającego w swoim składzie dodatkowo 2 ręczniki do rąk oraz 1 taśmę przylepną 9x50cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 sterylnego obłożenia uniwersalnego zgodnego z opisem zawartym w SIWZ, o nieprzemakalności 167cm H₂O - chłonności 990% (563ml) serweta górna i dolna wykonana z laminatu trzywarstwowego w części dedykowanej dla pacjenta, serwety boczne w całości wykonane z laminatu trzywarstwowego. Dodatkowo w serwetach: dolnej i bocznych taśma chłonna o wymiarach 15x50cm”


Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 zestawu w niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, składana teleskopowo



- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny wyposażoną w sztywnek, bez zaworu drenażowego, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)"

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 niżej opisanego zestawu?"

Zestaw wykonany z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m², spełniający wymogi normy EN 13795 (1-3), w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm 2 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczoowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przyklepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Zestaw pakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie zawiera 4 naklejki do umieszczania w dokumentacji medycznej z nr katalogowym, nr lot, datą ważności oraz nazwą identyfikującą producenta"

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 7

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 niżej opisanego zestawu?"

Zestaw wykonany z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m², spełniający wymogi normy EN 13795 (1-3), w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm 2 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczoowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przyklepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
- ewentualnie kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 15+25cm x 30cm – pakowana osobno

Zestaw pakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie zawiera 4 naklejki do umieszczania w dokumentacji medycznej z nr katalogowym, nr lot, datą ważności oraz nazwą identyfikującą producenta"

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 9



„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 sterylnej serwety spełniającej wymogi zawarte w SIWZ, z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m²?"

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 pokrowca na stół Mayo o wymiarach 78x145cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?"



Handwritten signature and initials.

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 11

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 11 fartucha ochronnego z włókniny o gramaturze 25g/m² w rozmiarze uniwersalnym 120 x 145cm?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 17

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 17 niesterylnego czepka chirurgicznego o gramaturze 14g/m², pakowanego w karton po 150szt, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 24 i 25

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 24 i 25 serwet operacyjnych z tasiemką i elementem RTG, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Przytaczany „element RTG” to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 27 i 28

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 27 i 28 serwety operacyjnej wykonanej z laminatu (PE+PP) z otworem o średnicy 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 33

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 33 zestawu w niżej opisanym składzie:

1. Serweta dwuwarstwowa 100x150cm – 1szt
2. Serweta SMS 100x120cm – 1szt
3. Fartuch chirurgiczny Standard XL – 1szt.
4. Kompresy włókninowe 10x10cm – 10szt
5. Tupfery włókninowe 25/26cm (Ø40mm) – 6szt
6. Strzykawka j.u. 2ml – 1szt
7. Strzykawka j.u. 20ml – 1szt
8. Iгла j.u. 0,7x30, 22G – 1szt
9. Iгла j.u. 1,2x40, 18G – 1szt
10. Taca medyczna przezroczysta 120ml – 2szt
11. Pean prosty 14cm – 1szt
12. Skalpel j.u. – 1szt
13. Nożyczki Iris ostre 11cm – 1szt
14. Pęseta chirurgiczna Troves 12,5cm – 1szt
15. Iglotrzymacz Mayo Hegar 15cm – 1szt
16. Serweta nieprzemakalna przylepna 75x90 z otworem przylepny 10cm i nacięciem – 1szt”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 33

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby opakowanie nie zawierało informacji o dacie ważności i nr serii w formie 2 naklejek do umieszczania w dokumentacji medycznej?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 36

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 36 kieszeni dwukomorowej o wymiarach 30x40cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 39

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 39 sterylne go zestawu opatrunkowego w składzie:

Kompresy gazowe 8w17n 7,5 x 7,5cm – 5 szt

Pęseta plastikowa ju – 1 szt

Tupfery gazowe 20x19cm -- 5 szt

Zestaw w twardym opakowaniu. Opakowanie zawiera informację o dacie ważności i nr serii w formie 2 naklejek do umieszczania w dokumentacji medycznej.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 40

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 40 sterylne go zestawu do usuwania szwów w składzie:

rękawice zabiegowe lateksowe bezpydrowe M – 2 szt.

pęseta metalowa 12,5cm -- 1szt

nożyczki metalowe ostre, zagięte 11cm – 1szt

tupfery 20x19cm – 6 szt.

Całość w twardym opakowaniu. Opakowanie zawiera informację o dacie ważności i nr serii w formie 2 naklejek do umieszczania w dokumentacji medycznej”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 45

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 45 serwety w rozmiarze 90x120cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 45

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 45 serwety w rozmiarze 100x150cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 46

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 46 folii w rozmiarze 20x30cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 46

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 46 folii w rozmiarze 35x40cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 47

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 47 folii w rozmiarze 35x40cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 48

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 48 folii w rozmiarze 45x50cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 48

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 48 folii w rozmiarze 45x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 58

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 58 osłony o średnicy Ø 90cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 59

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 59 osłony o średnicy Ø 140cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 28 – dot. dotyczy dodatkowych wymagań

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie arkuszy danych technicznych gotowego wyrobu?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 1

„Czy Zamawiający dopuści fartuch do wyboru przez Zamawiającego tylko w rozmiarze L,XL?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 3

„Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 150cm x 230cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 3

„Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którego składzie dodatkowo znajdują się taśma lepna i ręczniki chłonne?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 32 – dot. Pakietu nr 4

„Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalność obłożenia 130 cm H₂O?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 6

„Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serwetka o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy kroczka o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm wyposażoną w sztywnek, filtr oraz podłączenie drena

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

+ osobno pakowana serweta na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm?"

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 6

„Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²„ zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm wyposażoną sztywnek, filtr oraz podłączenie drena

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 35 – dot. Pakietu nr 7

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym kłapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m².

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm,

łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m²."

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 7

„Czy Zamawiający dopuści zaferowanie kieszeni samoprzylepnej dwukomorowej -15cm x 30cm kieszeń lewa / 25 x 30cm kieszeń prawa, pakowanej osobno?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 7

„Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m².

1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm ze sztywnikiem, wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 65 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m²."

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 10

„Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stolik MAYO o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonany z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 11

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m²?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 18

„Czy Zamawiający dopuści czeppek chirurgiczny, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej, część przednia czepka z możliwością wywinięcia (jako dodatkowa warstwa chłonna)?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 18

„Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m²,

Wstawka przeciwpotna w części przedniej, pakowany w woreczek foliowy a'100szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 21

„Czy Zamawiający dopuści prześcieradło: 210 cm x 150 cm, pozostałe części składowe zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 24-26, 31

„Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu naklejek na opakowaniu.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 27

„Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 5cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 29

„Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch o gramaturze 35g/m², ze wzmocnieniem w części przedniej i na przedramionach o gramaturze 38g/m²?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 30

„Czy Zamawiający dopuści czepek z wstawką antypotną w części czołowej, górna część czepka (otok) wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 32

„Czy Zamawiający dopuści maskę 3 warstwową?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 36

„Czy Zamawiający dopuści dwukomorową kieszeń foliową w rozmiarze 30cm x 40cm (kieszeń lewa w rozmiarze 15 x 30cm, prawa 25 x 30cm)?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 37

„Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na gumce w kolorze zielonym, o gramaturze 25g/m², w rozmiarze 90cm x 200cm?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 50 – dot. Pakietu nr 45

„Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 120cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 31, 46-49

„Czy Zamawiający dopuści informację o dacie ważności i nr serii w formie pieczętki na opakowaniu?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 49

„Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 58

„Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową w rozmiarze 105cm x 105cm?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 59

„Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową w rozmiarze 140cm x 140cm?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 55 – dot. Dodatkowe wymagania

„Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga jedynie dla Pakietu nr 51, 52 certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, a dla Pakietu nr 2-7, 9, 10, 12, 14, 22, 27-29, 33-35, 38, 42, 44-49, 56, 57 dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795 1,2,3.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 56 – dot. Pakietu nr 1

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 1

„Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 58 – dot. Pakietu nr 13

„Czy zamawiający dopuści fartuch o grubości 16 mikronów, wykonany z folii PE, o wymiarach 76 cm x 140 cm oraz o wymiarach 72 cm x 120 cm, o długości troków około 56 cm, pakowane po 100 szt.?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 59 – dot. Pakietu nr 13

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 60 – dot. Pakietu nr 15

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 61 – dot. Pakietu nr 16

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 25 szt. z przeliczeniem?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 62 – dot. Pakietu nr 17

„Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze 16 g/m², pozostałe wymagania bez zmian?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 63 – dot. Pakietu nr 17

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 64 – dot. Pakietu nr 18

„Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 65 – dot. Pakietu nr 18

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 66 – dot. Pakietu nr 19

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 67 – dot. Pakietu nr 19

„Czy zamawiający dopuści ochraniacze włókninowe o gramaturze 40 g/m²?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 68 – dot. Pakietu nr 20

„Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny o gramaturze 25 g/m², pozostałe wymagania bez zmian?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 69 – dot. Pakietu nr 24-25

„Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 70 – dot. Pakietu nr 24-25

„Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 szt. serwety?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 71 – dot. Pakietu nr 3

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego, które zawiera dodatkowo 2 ręczniki chłonne o wym. 30 x 40cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 72 – dot. Pakietu nr 4

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z 3-warstwowego laminatu o gramaturze 74 g/m² o wytrzymałości na wypychanie na mokro 224 kPa, nieprzemakalności 150 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 73 – dot. Pakietu nr 4

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z chłonnego, nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu o gram. 109,5 g/m² wokół pola operacyjnego, o wytrzymałości na wypychanie na mokro 270 kPa, nieprzemakalności > 125 cm H₂O, pozostały obszar obłożenia wykonany z materiału 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m², o wytrzymałości na wypychanie na mokro 274 kPa, nieprzemakalności 125 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 74 – dot. Pakietu nr 5

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania obłożenia do cięcia cesarskiego zawierającego serwetę o rozmiarze 335 x 260/200 cm z otworem prostokątnym 27 x 33 cm z oknem otoczonym folią chirurgiczną 14 x 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 75 – dot. Pakietu nr 6

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania obłożenia do zabiegów ginekologicznych dolnych wykonanego z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gram. 57,5 g/m², wzmocnionego dodatkową trzecią warstwą laminatu wokół pola operacyjnego o łącznej gramaturze 109,5 g/m² spełniającego wymogi normy EN 13795 (1-3), składającego się z serwety o wym. 230 x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, posiadającej otwór na krocze 10 x 15cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem, 1 serwety na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2 ręczników 30 x 40 cm, 1 serwety na stolik Mayo 80 x 145 cm, taśmy lepnej 9 x 50cm i serwety samoprzylepnej 50 x 50cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 76 – dot. Pakietu nr 7

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania obłożenia do laparoskopii ginekologicznej wykonanego z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m², posiadającego dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej o 109,5 g/m² (gramatura podstawowa plus wzmocnienie). Obłożenie spełnia wymogi normy EN 13795 (1-3), posiada serwetę główną o wymiarach 260 cm x 310 cm, wyposażoną w zintegrowane osłony na kończyny dolne, organizatory przewodów, samoprzylepny otwór w okolicy jamy brzusznej o wymiarach 28 cm x 32 cm oraz samoprzylepny otwór w okolicach krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczony kłapką. Zestaw posiada serwetę na stolik Mayo 80x145 cm, 4 ręczniki 30 x 40 cm oraz serwetę na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarze 150 x 190 cm. Obłożenie pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 77 – dot. Pakietu nr 9

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania serwety wykonanej z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 57,5 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 78 – dot. Pakietu nr 10

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania pokrowca na stolik Mayo wykonanego z folii PE o grubości 35 µm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 79 – dot. Pakietu nr 11

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania fartucha ochronnego z włókniny, z mankietem w rozmiarze uniwersalnym o gram. 21 g/m²?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 80 – dot. Pakietu nr 24

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania serwetki operacyjnej po wstępnym praniu o rozmiarze 50 x 60 cm? Pozostałe parametry serwetki zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 81 – dot. Pakietu nr 29

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania sterylnych fartuchów o gram. 35 g/m², wykonanych w części przedniej i na przedramionach z laminatu o gram. 28 g/m² ? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 82 – dot. Pakietu nr 5

„Czy Zamawiający dopuści zestaw spełniający wymagania normy PN-EN 13795 wykonany z włókniny laminowanej dwuwarstwowej o gramaturze min. 43 g/m²?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 83 – dot. Pakietu nr 5

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z otworem prostokątnym 32x35cm wypełnionym folią chirurgiczną, serweta wyposażona w okalający zintegrowany worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i 2 zawory drenażowe	1	320 x180
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1	90x60
serweta na stół instrum. (owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 84 – dot. Pakietu nr 7

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta z otworem w okolicy jamy brzusznej 28x10x19cm w kształcie trapezu, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i otworem w okolicy kroczonej 10x15cm klapką przesłaniającą otwór kroczonej	1	265x180
serweta	1	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrumentariałny	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20

oraz poza zestawem dołączona kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x21x35cm?"

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 85 – dot. Pakietu nr 8

„Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy w rozm. 13x244cm?"

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 86 – dot. Pakietu nr 9

„Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu o gramaturze min. 56g/m2?"

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 87 – dot. Pakietu nr 11

„Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny wykonany z włókniiny o gramaturze min. 17g/m2, z mankietem zakończonym gumką, w rozmiarze uniwersalnym? Jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga fartucha ochronnego, a nie fartucha chirurgicznego. Także wymóg 35g/m2 wydaje się być bezpodstawny.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 88 – dot. Pakietu nr 14

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z poliestru 99,3% + 0,7% włókno węglowe, o gramaturze min. 84g/m2 na całej powierzchni?"

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 89 – dot. Pakietu nr 21

„Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o wymiarach: poszwa 200x150cm, powłoczka 90x75cm, prześcieradło 210x150cm?"

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 90 – dot. Pakietu nr 24-26

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów z gazy zgodnych z wymaganiami Farmakopei Polskiej wyd. VI 2002?"

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 91 – dot. Pakietu nr 26

„Czy Zamawiający ma na myśli serwetę pakowaną po 1 szt.?"

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 92 – dot. Pakietu nr 27

„Czy Zamawiający dopuści serwetę bez przylepca?"

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 93 – dot. Pakietu nr 35

„Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z otworem prostokątnym w rozmiarze 35x32cm oraz z chustą laparatomijną z gazy 17 nitkowej wyposażoną w nitkę RIG i białą tasiemkę bawełnianą, kompresy z gazy 12 nitkowej i kleszczyki blokowane 24cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 94 – dot. Pakietu nr 56

„Czy Zamawiający dopuści zestaw wyposażony w serwetę główną o rozmiarze 235x320cm, Osłonę foliową na sprzęt, okrągłą o rozmiarze 81x162cm, dodatkowo w zestawie znajdują się serwetki do rąk 20x40cm 2 szt. oraz serweta na stół instrumentariałny 150x190cm ?Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 95 – dot. Pakietu nr 57

„Czy Zamawiający dopuści zestaw wyposażony w serwetę główną o rozmiarze 235x320cm, Osłonę foliową na sprzęt, okrągłą o rozmiarze 81x162cm, dodatkowo w zestawie znajdują się serwetki do rąk 20x40cm 2 szt. oraz serweta na stół instrumentariałny 150x190cm ?Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 96 – dot. Pakietu nr 59

„Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na sprzęt, okrągłą o rozmiarze 81x162cm”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 97 – dot. §7 pkt. 2 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„§7 pkt. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej na 250 zł za każde zdarzenie?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 98 – dot. §8 pkt 3.1 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„§8 pkt 3.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 99 – dot. §8 ust. 2 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoki” w §8 ust. 2?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 100 – dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy była naliczana od części zamówienia nie zrealizowanego w terminie, a nie od wartości całej umowy?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 101 – dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany ceny brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto ?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 102 – dot. Pakietu nr 3

„Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm µ
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przyklepna na całej długości dłuższego boku

- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu, 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m², odporne na przenikanie płynów (>200 cm H₂O), wytrzymałe na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). Wszystkie serwety okrywające pacjenta oraz warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 103 – dot. Pakietu nr 3

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń uniwersalnych, które zawierają serwety okrywające pacjenta z chłonnego materiału na całej powierzchni serwet.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 104 – dot. Pakietu nr 3

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń sterylizowanych tlenkiem etylenu, co zapewni minimalizację pogniczenia serwet oraz brak nieprzyjemnego zapachu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 105 – dot. Pakietu nr 3

„Czy Zamawiający oczekuje aby serwety okrywające pacjenta i stoliki narzędziowe były wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych, a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 106 – dot. Pakietu nr 5

„Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270l z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m², pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy), boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 107 – dot. Pakietu nr 8

„Prosimy o dopuszczenie osłony na kamerę nie zawierająca lateksu, wykonana z przezroczystej folii PE o wymiarach: 13 x 240 cm z wstępnie przyciętą końcówką, z kartonikiem do nakładania osłony, taśmą

klejącą do fiksacji, składana teleskopowo, jałowa, pakowana jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.”

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Zapytanie nr 108 – dot. Pakietu nr 12

„Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania standardowo. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barirowość min. 55 mmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N. Na opakowaniu indykator sterylności. Rozmiary S-XXL.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 109 – dot. Pakietu nr 17

„Prosimy o dopuszczenie czepek chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 12 g/m², pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 110 – dot. Pakietu nr 18

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepek chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 111 – dot. Pakietu nr 29

„Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barirowość min. 55 mmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa i min. 140 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N oraz min. 90/100 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności. Rozmiary S-XXL.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 112 – dot. Pakietu nr 30

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepek chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 113 – dot. Pakietu nr 31

„Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej zawierającej nadrukowaną na opakowaniu datę ważności i numer serii (bez naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej), pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 114 – dot. Pakietu nr 36

„Prosimy o dopuszczenie sterylnej dwukomorowej torby na narzędzia chirurgiczne samoprzylepna w rozmiarze 33x41cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 115 – dot. Pakietu nr 46-49

„Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej zawierającej nadrukowaną na opakowaniu datę ważności i numer serii (bez naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej), pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 116 – dot. Pakietu nr 12

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 12 sterylnego fartucha chirurgicznego w rozmiarze L, XL, XXL wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m², przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na troki łączone kartonikiem, zabezpieczający plecy operatora, rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem. Fartuch pakowany indywidualnie bez ściereczek do osuszania rąk gdyż zgodnie z zasadami aseptyki ręce podczas aplikacji fartucha powinny być już osuszone, a ponadto utylizacja dodatkowych ściereczek do rąk generuje niepotrzebne koszty, co mający na uwadze oszczędne wydatkowanie pieniędzy Publicznych, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę. Opakowanie zawiera informację o dacie ważności i nr serii w formie min. dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 117 – dot. Pakietu nr 29

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 29 sterylnego fartucha chirurgicznego w rozmiarze M, L, XL ze wstawkami. Wykonany w części przedniej i przedramiona z laminatu o gramaturze min. 40g/m², w pozostałej części z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m², przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na troki łączone kartonikiem, zabezpieczający plecy operatora, rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem. Fartuch pakowany indywidualnie bez ściereczek do osuszania rąk gdyż zgodnie z zasadami aseptyki ręce podczas aplikacji fartucha powinny być już osuszone, a ponadto utylizacja dodatkowych ściereczek do rąk generuje niepotrzebne koszty, co mający na uwadze oszczędne wydatkowanie pieniędzy Publicznych, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę. Opakowanie zawiera informację o dacie ważności i nr serii w formie min. dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 118 – dot. Pakietu nr 35

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 35 w zestawie do cięcia cesarskiego rozszerzonym chusty laparatomijnej w ilości 5 sztuk, wykonanej z gazy 20 nitkowej, 4 warstwowej ze znacznikiem RIG oraz tasiemką w kolorze niebieskim, serweta po praniu wstępnym. Pozostały skład zestawu i parametry zgodnie ze specyfikacją.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 119 – dot. Pakietu nr 35

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 35 w zestawie do cięcia cesarskiego rozszerzonym skalpeła chirurgicznego jednorazowego użytku z ostrzem nr 23 z nasadką zabezpieczającą przed zakłuciem.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 120 – dot. Pakietu nr 3, 5, 9

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania serwet i zestawów wykonanych z 2- warstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m²?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 121 – dot. Pakietu nr 3

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania zestawu uniwersalnego posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 190 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 122 – dot. Pakietu nr 4

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gram. min. 55 g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi, posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 190 cm? Pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 123 – dot. Pakietu nr 5

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania zestawu do cięcia cesarskiego posiadającego w swoim składzie serwetę główną z otworem w rozmiarze 19 x 29 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 124 – dot. Pakietu nr 12, 29

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania fartuchów zapinanych przy szyi na taśmę samoprzylepną wielokrotnego użytku, która pozwala na precyzyjne dopasowanie fartucha do rozmiaru ciała operatora w dowolnym miejscu na wysokości barków? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 125 – dot. Pakietu nr 17

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania czepka chirurgicznego o gramaturze 14 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 126 – dot. Pakietu nr 18

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania czepka chirurgicznego posiadającego wydłużoną część tylną ze ściągaczem, wykonanego na całej powierzchni z włókniny pochłaniającej pot? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 127 – dot. Pakietu nr 24-25

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania serwet operacyjnych pakowanych w opakowanie zawierające jedną naklejkę do umieszczenia w dokumentacji medycznej? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 128 – dot. Pakietu nr 27

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania serwet wykonanej z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen)? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 129 – dot. Pakietu nr 29

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, posiadającego wstawki w części przedniej i przedramionach wykonane z laminatu o gramaturze min. 38 g/m²?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 130 – dot. Pakietu nr 33-34

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu spełniania przez w/w zestawy wymagań normy PN-EN 13795 1-3 z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaoferowania zestawów ambulatoryjnych, w których składzie znajdują się serwety spełniające w/w normę”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 131 – dot. Pakietu nr 38

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pakowanego w opakowanie handlowe a’ 33 szt. o następującym składzie:

Skład zestawu: *

1. 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
2. 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkość śliwki (Pagastring Nr 3)
3. 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
4. 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
5. 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
6. 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny
7. 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
8. 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 1^{1/2}, różowa (zapakowana)
9. 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 1^{1/2}, zielona (zapakowana)
10. 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
11. 1 x igłotrymacz typu Derf 13 cm
12. 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

Opakowanie

Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

„

Odpowiedź:

Jeżeli dotyczy Pakietu nr 33 - Nie.

Zapytanie nr 132 – dot. Pakietu nr 34

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń, pakowanego w opakowanie handlowe a’ 24 szt. o następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm
- 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm, z otworem i przyklepną krawędzią boczną
- 1 x kleszczyki typu Kocher, 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml
- 1 x igła 18G x 1 1/2
- 1 x igła 22G x 1 1/4
- 6 x tupfer z gazy wielkości śliwki
- 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 133 – dot. Pakietu nr 39

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego, pakowanego w opakowanie handlowe a’ 72 szt. o następującym składzie:

Skład zestawu: *

1. 6 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka
2. 1 x kleszczyki plastikowe typu kocher 14 cm

Opakowanie

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki

»

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 134 – dot. Pakietu nr 40

„czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do usuwania szwów pakowanego w opakowanie handlowe a' 108 szt. o następującym składzie:

Skład zestawu: *

1. 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości sfirki
2. 1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm
3. 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm
4. 1 x uszre - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

»

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 135 – dot. Pakietu nr 41

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do usuwania zszywek o następującym składzie:

- 1 x kleszczyki jednorazowe do usuwania zszywek staplera
 - 4 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw 17 nitok
 - 2 x rękawica nitylowa bezpudrowa M
- Opakowanie papierowo- foliowe, miękkie.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 136 – dot. Pakietu nr 3

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 obłożenia zawierającego dodatkow w swoim składzie 1 taśmę lepna oraz 4 chłonne ręczniki, reszta parametrów zgodna z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:


Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 137 – dot. Pakietu nr 5

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 5 zestaw sterylny do cięcia cesarskiego w następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PF, 0,050mm.
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przyklepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2, zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o wym. 90x100cm

- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m²



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 138 – dot. Pakietu nr 11

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 fartuch ochronny w rozmiarach: M, L, XL, XXL o gramaturze min. 24 g/m².”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 139 – dot. Pakietu nr 21

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 21 kompletu pościeli o gramaturze min. 20 g/m², zawierający w swoim składzie prześcieradło w rozmiarze min. 200cm x 150cm, reszta parametrów zgodna z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 140 – dot. Pakietu nr 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o poniższym składzie:

- 1 serwetka na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serwetka na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serwetka dla noworodka 60 x 80 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 serwetka główna 160x300 z otworem 30x25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetką organizatory przewodów w formie rzepów

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 141 – dot. Pakietu nr 11

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 142 – dot. Pakietu nr 11

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny o gramaturze 30g/m²?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 143 – dot. Pakietu nr 12

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekując zaoferowania fartucha wykonanego z włókny polipropylenowej o gramaturze 35g/m² dopuszcza również fartuch wykonany z włókny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35g/m².”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 144 – dot. Pakietu nr 21

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli w składzie z prześcieradłem o wymiarach 250cm x 160cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 145 – dot. Pakietu nr 29

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekując zaoferowania fartucha wykonanego z włókny polipropylenowej o gramaturze 35g/m² dopuszcza również fartuch wykonany z włókny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35g/m².”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 146 – dot. Pakietu nr 37

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła z fizeliny na gumce w kolorze zielonym?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 147 – dot. Pakietu nr 50

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu higienicznego w rozmiarze 80cm x 170cm lub 90cm x 160cm?”

Odpowiedź:

W rozmiarze 80cm x 170cm - Tak.

W rozmiarze 90cm x 160cm - Nie.

Zapytanie nr 148 – dot. Pakietu nr 51

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki ochronnej na stół operacyjny, niesterylnej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przesyć, zapobiegającej przesuwananiu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia, wykonana z włókny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polistyrenowej zabezpieczającej przed przesuwananiem się podkładu po powierzchni.

Parametry:

Chłonność: min. 35ml /1m²

Gramatura całkowita podkładu: 260g, (ok. 115 g/m²)

Wymiary: 101cm x 225 (+/- 2 cm), rdzeń chłonny 50cm x 225cm (+/- 2cm).

Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty certyfikatów jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001. W zamian zostanie dołączona karta techniczna wyrobu. Odstąpienie pozwala Zamawiającemu na uzyskanie większej liczby konkurencyjnych ofert.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 149 – dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

„Prosimy o wyjaśnienie czy w sytuacji zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto stosownie do obowiązujących przepisów, a netto zostanie bez zmian.”

Odpowiedź:

Niezmiennosc ceny brutto.

Zapytanie nr 150 – dot. §7 ust. 2 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
„Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ww. zapisu z umowy lub zmniejszenie obowiązującej kary, ponieważ obecna kara jest niewspółmiernie wysoka.”

Odpowiedź:

Brak zgody.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz

